



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011

RELATÓRIO TRIMESTAL

(REFERÊNCIA: ABRIL, MAIO E JUNHO/2019 - RETIFICADO)

Goiânia-GO

AGOSTO/2019

AGIR

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Alaor Rodrigues Aguiar

Alberto Borges de Souza

Cesar Helou

Clidenor Gomes Filho

Fernando Moraes Pinheiro

José Evaldo Balduino Leitão

Paulo Afonso Ferreira

Pedro Daniel Bittar

Salomão Rodrigues Filho

Vardeli Alves de Moraes

CONSELHO FISCAL

Alcides Rodrigues Junior

Cyro Miranda Gifford Júnior

Gláucia Maria Teodoro Reis

Lúcio Fiúza Gouthier

Marcos Pereira Ávila

Milca Severino Pereira

DIRETORIA

Washington Cruz - Diretor Presidente

Lindomar Guimarães Oliveira - Vice-Diretor

Ruy Rocha de Macedo - Diretor Tesoureiro

SUPERINTENDÊNCIAS

Sérgio Daher - Superintendente Executivo

Claudemiro Euzébio Dourado - Superintendente Administrativo e Financeiro

DIRETORIA DO CRER

Válney Luiz da Rocha - Diretor Geral

Viviane Tavares Ferreira - Diretora Administrativa e Financeira

João Alírio Teixeira da Silva Júnior - Diretor Técnica de Reabilitação

SUMÁRIO

1 – APRESENTAÇÃO	4
2 – IDENTIFICAÇÃO	5
3 – ATIVIDADES REALIZADA	5
3.1 –ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	5
3.2 – CENTRO CIRÚRGICO	7
3.3 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL	7
3.4 – TERAPIAS ESPECIALIZADAS	8
3.5 – SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR – SAD	9
3.6 – OFICINA ORTOPÉDICA	9
3.7 – SADT EXTERNO	10
4 –METAS DE PRODUÇÃO TRIMESTRAL E RESULTADOS ALCANÇADOS	12
4.1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PROPOSTAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS	12
4.2 – ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS	13
4.3 – INDICADORES DA PARTE VARIÁVEL DO CONTRATO	15
4.4 – AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO	19
5 - ANEXO	21

1 – APRESENTAÇÃO

Em consonância com o contrato firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR, para o gerenciamento do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER, faz-se nesta oportunidade a apresentação do **RELATÓRIO DAS METAS DE DESEMPENHO** referente ao trimestre **(Abril, Maio e Junho de 2019)**.

A AGIR, gestora do CRER, possui personalidade jurídica de direito privado, com fins não econômicos, qualificada como Organização Social pelo Decreto Estadual nº 5.591/02 e reconhecida como entidade de utilidade pública e de interesse social por força do artigo 13 da Lei Estadual 15.503/05, detém recertificação como **Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS-SAÚDE)** pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 1.073, de 17 de julho de 2018 válida até dia 28/06/2021.

Em Setembro de 2002 a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR firmaram contrato de gestão para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do CRER, instituição de referência na atenção à pessoa com deficiências física, auditiva, intelectual e visual, no Estado de Goiás, localizado na cidade de Goiânia, sito a Rua Vereador José Monteiro, nº 1.655, CEP nº 74.653-230, Setor Negrão de Lima.

Inicialmente foi recebido do Governo do Estado de Goiás uma estrutura física com 8.823m² e durante a gestão da AGIR expandiu-se para 33.275,56m² de área construída, abrangendo 136 leitos de internação, 8 salas cirúrgicas, 7 ginásios para terapias, 4 piscinas para hidroterapia e 20 leitos de UTI.

A AGIR como organização que presta contas de suas atividades junto à sociedade e ao poder público, busca gerir eficientemente suas ações internas munido-se de análises criteriosas dos dados e informações para nortear suas decisões de forma eficaz. Portanto, o relatório apresentado parte deste princípio.

Cumprindo exigência contratual, este relatório apresenta subsídios necessários para que a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás- SES/GO analise o desempenho das principais atividades realizadas no CRER e assim fundamente sua avaliação com base nas obrigações pactuadas.

Os dados que serão apresentados neste relatório são extraídos do banco de dados do sistema de gestão hospitalar interno, que realiza o gerenciamento de todos os processos assistenciais, administrativos e financeiros de forma integrada. As informações evidenciadas demonstram o cenário atual dos atendimentos prestados pela instituição.

2 - IDENTIFICAÇÃO

Nome: Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER;

CNES: 2673932;

Endereço: Avenida Vereador Jose Monteiro, nº 1.655 - Setor Negrão de Lima - Goiânia - GO;

CEP: 74.653-230;

Tipo de Unidade: Hospital Especializado em Reabilitação;

Esfera da Administração: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO;

Esfera da Gestão: Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-GO.

3 - ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRER

O CRER como instituição de referência na atenção à pessoa com deficiência tem por missão: “Oferecer excelência no atendimento à pessoa com deficiência, fundamentado no ensino e pesquisa”, tendo como os principais valores:


- **Competência** na busca do conhecimento e do aprimoramento das habilidades;
- **Responsabilidade** na adoção de postura social e ambiental que traduzam dedicação e respeito à vida;
- **Ética** no respeito às normas com ações que denotem lealdade e transparência, e
- **Renovação** contínua das forças produtivas, objetivando a excelência.


3.1 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreende o conjunto de atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar, incluindo-se todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter ou completar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar.

Os pacientes internados em processo de reabilitação recebem atendimento clínico e cirúrgico adequado às suas necessidades, com o objetivo de intensificar o tratamento multidisciplinar, com intervenções terapêuticas e orientação para promoção da saúde.

As unidades de internação possuem:






A Unidade de Terapia Intensiva compreende 20 leitos, incluindo 02 leitos privativos para isolamento. Trata-se de ambiente de Alta Complexidade reservado e único no ambiente hospitalar a que se propõe estabelecer monitorização completa.




O Centro Cirúrgico contempla em sua estrutura 08 salas cirúrgicas, sendo 02 salas com sistema de fluxo laminar e sistema de monitorização para videoconferência e 08 leitos de recuperação pós-anestésica.



A estrutura conta com outras salas de apoio como: almoxarifado/farmácia satélite, copa, sala para guarda de equipamentos, sala de montagem dos carrinhos e sala de utilidades (expurgo).

Internações (Saídas Hospitalares) - Abril/Maio/Junho 2019



Fonte: Relatório Gerencial

O percentual atingido no trimestre para as internações (saídas hospitalares) foi de 95,7%


3.2-CENTRO CIRÚRGICO

O Centro Cirúrgico contempla em sua estrutura 08 salas cirúrgicas, sendo 02 salas com sistema de fluxo laminar e sistema de monitorização para videoconferência e 08 leitos de recuperação pós-anestésica.



A estrutura conta com outras salas de apoio como: almoxarifado/farmácia satélite, copa, sala para guarda de equipamentos, sala de montagem dos carrinhos e sala de utilidades (expurgo).

Cirurgias Eletivas - Abril/Maio/Junho 2019



Fonte: Relatório Gerencial

O percentual atingido no período para as cirurgias eletivas, foi de 110,5%

3.3-ATENDIMENTO AMBULATORIAL

O atendimento ambulatorial compreende:

- Primeira consulta e/ou primeira consulta de egresso;
- Interconsulta;
- Consultas subsequentes (retornos).

Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do paciente encaminhado pela Central de Regulação do Estado ou Município ao Hospital, para atendimento a uma determinada especialidade.


Entende-se por primeira consulta de egresso, a visita do paciente encaminhada pela própria instituição, que teve sua consulta agendada no momento da alta hospitalar, para atendimento a especialidade referida.

Entende-se por interconsulta, a primeira consulta realizada por outro profissional em outra especialidade, com solicitação gerada pela própria instituição.

Entende-se por consulta subsequente, todas as consultas de seguimento ambulatorial, em todas as categorias profissionais, decorrentes tanto das consultas oferecidas à rede básica de saúde quanto às subsequentes das interconsultas.

Para garantir de maneira sustentável a ampla oferta de especialidades médicas que vão ao encontro das necessidades dos usuários do SUS, o CRER adota um corpo clínico formado por profissionais contratados e por corpo clínico aberto, que atendem diversas especialidades médicas como: *Angiologia, Cardiologia, Cirurgia Plástica, Clínica Geral, Endocrinologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Infectologia, Genética, Medicina Intensiva, Neurologia, Neuropediatria, Nutrologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Psiquiatria, Reumatologia e Urologia.*

Atendimento Ambulatorial - Abril/Maio/Junho 2019



Fonte: Relatório Gerencial

O percentual atingido no período para o atendimento ambulatorial, foi de 91,1%

3.4 - TERAPIAS ESPECIALIZADAS


No âmbito da reabilitação, o atendimento multidisciplinar no CRER é composto por equipe formada por profissionais que oferecem aos usuários tratamento multiprofissional, através de programa personalizado de reabilitação que podem incluir: *Arteterapia, Atividades Educativas, Avaliação Neuropsicológica, Educação Física, Enfermagem, Equoterapia, Estimulação Visual, Fisioterapia, Fonoterapia, Hidroterapia, Musicoterapia, Natação, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Terapia*



Ocupacional.

Hidroterapia - Equoterapia - Musicoterapia - Fisioterapia - Terapia Ocupacional – Odontologia

Total de Terapias Especializadas (Sessões) - Abril/Maio/Junho 2019



Fonte:Relatório Gerencial

O percentual atingido no período para as terapias especializadas (sessões) foi de 97,9%

3.5 - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD)

O CRER está habilitado a realizar este serviço pela Portaria GM/MS nº 1.280, de 20 de novembro de 2013. O Serviço de Atenção Domiciliar – SAD oferece assistência a pacientes que necessitam de intervenções multiprofissionais e que estejam em condições de serem assistidos em domicílio. Este serviço é direcionado somente para pacientes provenientes da área de internação do CRER.



Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) - Abril/Maio/Junho 2019



Fonte:Relatório Gerencial

O percentual atingido no período para o Serviço de Atenção Domiciliar - SAD foi de 121,5%

3.6 - OFICINA ORTOPÉDICA

A Oficina Ortopédica do CRER é um espaço industrial onde se confecciona aparelhos de aplicação terapêutica, sob prescrição médica, utilizando equipamentos modernos e equipe altamente qualificada, considerada como referência nacional e como centro de treinamento do Ministério da Saúde.



A Oficina Ortopédica recebe as demandas de pacientes provenientes do ambulatório, internação do CRER e constitui-se em serviço de confecção de aparelhos de aplicação terapêutica (órteses, próteses e materiais especiais – OPME), sob prescrição médica.

Os equipamentos de alta tecnologia disponíveis na oficina permitem a produção de órteses, próteses e calçados ortopédicos, possibilitando melhores condições de uso e maior adaptação dos pacientes, além da dispensação de cadeiras de rodas com adequação, andadores e muletas.

A Oficina Ortopédica Itinerante Terrestre, conforme preconizada em Portaria SAS/MS 793/2012 e 835/2012 é um componente de atenção especializada da rede de cuidados à pessoa com deficiência e constitui-se como uma unidade de saúde itinerante vinculada a uma Oficina Ortopédica Fixa cujo objetivo principal é promover o acesso a órteses e próteses, além de adaptações, ajustes e pequenos consertos nas OPME já utilizadas pelas populações que residem em locais sem acesso à Oficina Ortopédica Fixa.



Essa oficina é composta por um caminhão adaptado especificamente para esse fim. A operação desta unidade para o Estado de Goiás propõe disponibilizar aos municípios do interior do estado acesso à confecção de órteses e próteses, bem como a manutenção e ajustes destas, tendo como agente gerador de demanda os Centros Especializados em Reabilitação, habilitados como tal e demais estabelecimentos de saúde competentes a prescreverem tais dispositivos. Este arranjo de atendimento propõe dispensar até 2.400 dispositivos ortopédicos (órteses e próteses) por ano, dentre o *portfólio* destes produtos no âmbito do SUS, contemplando neste volume ainda, itens não presentes na tabela SUS de procedimentos, como órteses de posicionamento de membro superiores.

Oficina Ortopédica - Abril/Maio/Junho 2019



Fonte: Relatório Gerencial

O percentual atingido no período para oficina ortopédica, foi de 106,4%

3.7 – SADT EXTERNO: Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

Os exames realizados no CRER são executados por profissionais experientes e habilitados tecnicamente a desempenhar suas atividades com qualidade e compromisso assistencial.


A instituição tem o compromisso de disponibilizar aos usuários acessos aos mais complexos exames e para isso, preocupa-se com a renovação de seus equipamentos e a garantia contínua de manutenções. O CRER conta ainda com um moderno Laboratório de Análise de Movimento, que realiza suas atividades através da análise da marcha e identifica distúrbios no caminhar que não podem ser verificados pelo exame físico e pela análise visual. Este exame é indicado para auxiliar na tomada de decisões no tratamento e acompanhamento de pacientes com problema de marcha.



O serviço de diagnóstico do CRER oferece os seguintes exames para os pacientes internados e encaminhados pela Central de Regulação Municipal: Análises Clínicas, Audiometria, Bera, Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Eletroneuromiografia, Espirometria, Fluoroscopia, Imitanciometria, Laboratório de Marcha, Otoemissões, Polissonografia, Mamografia, Raios-X, Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Multi-Slice, Ultrassonografia com Doppler colorido, Urodinâmica, Vectonistagmografia e Videolaringoscopia.



SADT Externos - Abril/Maio/Junho 2019



Fonte: Relatório Gerencial

O percentual atingido no período para os SADT externos foi de 133,8%

4 - QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO – 2º TRIMESTRE 2019

Com o objetivo de quantificar detalhadamente o número de atendimentos/procedimentos realizados para cada atividade médica, terapêutica e diagnóstica do CRER, apresenta-se planilha abaixo:

9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 2º Trimestre de 2019						
Atividade	Meta Trimestral	Meta Mensal	Abr	Mai	Jun	Total do Trimestre
1 - INTERNAÇÃO - SAÍDAS HOSPITALARES						
Meta do Grupo (Clínica Médica + Clínica Cirúrgica)	1.710	570	570	570	570	1.710
Procedimentos Realizados - Saídas			548	577	511	1.636
% Atingido da Meta - Saídas			96,1%	101,2%	89,6%	95,7%
Saídas - Clínica Cirúrgica	1.350	450	450	450	450	1.350
Procedimentos Realizados (Clínica Cirúrgica)			464	493	443	1.400
% Atingido da Meta (Clínica Cirúrgica)			103,1%	109,6%	98,4%	103,7%
Saídas - Clínica Médica	252	84	84	84	84	252
Procedimentos Realizados (Clínica Médica)			58	49	47	154
% atingido da Meta (Clínica Médica)			69,0%	58,3%	56,0%	61,1%
Saídas - Reabilitação	108	36	36	36	36	108
Procedimentos Realizados (Clínica Médica)			26	35	21	82
% atingido da Meta (Clínica Médica)			72,2%	97,2%	58,3%	75,9%
2 - Cirúrgias Eletivas						
Cirúrgias Eletivas (Pessoas)	1.323	441	441	441	441	1.323
Procedimentos Realizados - Saídas			489	526	447	1.462
% Atingido da Meta - Saídas			110,9%	119,3%	101,4%	110,5%
Saídas - Cirúrgica Eletivas	1.323	441	441	441	441	1.323
Procedimentos Realizados (Cirúrgias Eletivas)			489	526	447	1.462
% Atingido da Meta (Cirúrgica Eletivas)			110,9%	119,3%	101,4%	110,5%
3 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL						
Meta do Grupo (Consulta Médica + Consultas Não Médica)	48.801	16.267	16.267	16.267	16.267	48.801
Procedimentos Realizados - Consultas			16.240	15.353	12.848	44.441
% Atingido da Meta - Consultas			99,8%	94,4%	79,0%	91,1%
Consulta Médica	34.605	11.535	11.535	11.535	11.535	34.605
Procedimentos Realizados (Consulta Médica)			10.965	10.961	9.733	31.659
% atingido da meta (Consulta Médica)			95,1%	95,0%	84,4%	91,5%
Consulta Não Médica	14.196	4.732	4.732	4.732	4.732	14.196
Procedimentos Realizados (Consulta Não Médica)			5.275	4.392	3.115	12.782
% atingido da meta (Consulta Não Médica)			111,5%	92,8%	65,8%	90,0%
4- TERAPIAS ESPECIALIZADAS (SESSÕES)						
Sessões	92.097	30.699	30.699	30.699	30.699	92.097
Procedimentos Realizados			29.894	31.966	28.301	90.161
% atingido da meta (Sessões)			97,4%	104,1%	92,2%	97,9%
5- SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR -SAD						
Pacientes Atendidos	135	45	45	45	45	135
Procedimentos Realizados			53	56	55	164
% atingido da meta			117,8%	124,4%	122,2%	121,5%
6- OFICINA ORTOPÉDICA						
Itens Dispensados	2.970	990	990	990	990	2.970
Procedimentos Realizados			1.170	1.312	677	3.159
% atingido da meta			118,2%	132,5%	68,4%	106,4%
7 - SADT - EXTERNO						
Exames - Externos	56.649	18.883	18.883	18.883	18.883	56.649
Procedimentos Realizados			31.159	27.160	17.505	75.824
% Atingido da Meta (Exames - Externos)			165,0%	143,8%	92,7%	133,8%
RADIOLOGIA	246	82	2.178	2.078	1.645	5.901
% atingido da meta			2656,1%	2534,1%	2006,1%	2398,8%
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	1.620	540	979	945	930	2.854
% atingido da meta			181,3%	175,0%	172,2%	176,2%
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	2.070	690	736	438	235	1.409
% atingido da meta			106,7%	63,5%	34,1%	68,1%
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	50.913	16.971	24.931	21.681	12.643	59.255
% atingido da meta			146,9%	127,8%	74,5%	116,4%
OUTROS EXAMES	1.800	600	2.335	2.018	2.052	6.405
% atingido da meta (Outros Exames)			389,2%	336,3%	342,0%	355,8%

Fonte:Relatório Gerencial

4.2 - ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

1) INTERNAÇÃO - SAÍDAS HOSPITALARES

Em abril, registra-se que as saídas clínicas atingiram 69% em relação a meta, as saídas cirúrgicas 103% e as saídas de reabilitação 72%.O percentual atingido no período para este indicador foi de **96%** conforme demonstrado no quadro de metas de produção.

Em maio, registra-se que as saídas clínicas atingiram 58,3% em relação a meta, as saídas cirúrgicas 109,5% e as saídas de reabilitação 97,2%.O percentual atingido no período para este indicador foi de **101,2%** conforme demonstrado no quadro de metas de produção.

Em junho registra-se que as saídas clínicas atingiram 55,9% em relação a meta, as saídas cirúrgicas 98,4% e as saídas de reabilitação 58,3%.O percentual atingido no período para este indicador foi de **90,0%** conforme demonstrado no quadro de metas de produção.

Em análise do 2º trimestre/19, observa-se que as saídas clínicas atingiram 61,1% em relação a meta, as saídas cirúrgicas 103,7% e as saídas de reabilitação 75,9%. O percentual no trimestre para este indicador foi de **95,7%**.

Para o próximo período, será dada a continuidade aos planos de ação, que visam a redução do tempo de permanência dos pacientes, através da garantia da integralidade de acesso aos tratamentos demandados, além de almejar o incremento da produtividade e assertividade terapêutica.

Além do fortalecimento em prol a adesão da equipe assistencial aos protocolos assistenciais que visam garantir a adequada transição de cuidados entre as unidades de internação até a alta do paciente (hospital para o domicílio).

2) CIRURGIAS ELETIVAS

Em abril, registra-se que as cirurgias realizadas em abril atingiram um percentual de **111%**, conforme demonstrado no quadro de metas de produção.Ressalta-se que este indicador contempla todos os procedimentos cirúrgicos realizados no centro cirúrgico, onde a meta pactuada foi de 441 cirurgias e o realizado no período foi de 489 pacientes operados.

Em maio, registra-se que as cirurgias realizadas atingiram um percentual de **119,3%**, conforme demonstrado no quadro de metas de produção.Ressalta-se que este indicador contempla todos os procedimentos cirúrgicos realizados no centro cirúrgico, onde a meta pactuada foi de 441 cirurgias e o realizado no período foi de 526 pacientes operados.

Em junho, registra-se que as cirurgias realizadas atingiram um percentual de **101,4%**, conforme demonstrado no quadro de metas de produção. Ressalta-se que este indicador contempla todos os procedimentos cirúrgicos realizados no centro cirúrgico, onde a meta pactuada foi de 441 cirurgias e o realizado no período foi de 447 pacientes operados.

Em análise do 2º trimestre/19, observa-se que as cirurgias eletivas atingiram **110,5%**.

3) ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Em abril, registra-se que as Consultas Médicas atingiram no período em análise 95% assim como as Consultas não Médicas, atingiram 111%, dados referentes as metas individuais. Ressalta-se que o indicador atendimento ambulatorial, é composto por dois itens (consultas médicas e não médicas), com uma meta global de 16.267 atendimentos para o período em análise, no qual realizamos 16.240 atendimentos, atingindo **100%** da meta, conforme demonstrado no quadro de metas de produção.

Em maio, registra-se que as Consultas Médicas atingiram no período em análise 95,0% assim como as Consultas não Médicas, atingiram 92,8%, dados referentes as metas individuais. Ressalta-se que o indicador atendimento ambulatorial, é composto por dois itens (consultas médicas e não médicas), com uma meta global de 16.267 atendimentos para o período em análise, no qual realizamos 15.353 atendimentos, atingindo **94,4%**. Registra-se que as Consultas Médicas atingiram no período em análise 84,4% assim como as Consultas não Médicas, atingiram 65,8%, dados referentes as metas individuais.

Em junho, ressalta-se que o indicador atendimento ambulatorial, é composto por dois itens (consultas médicas e não médicas), com uma meta global de 16.267 atendimentos para o período em análise, no qual realizamos 12.848 atendimentos, atingindo **79,0%** da meta, conforme demonstrado no quadro de metas de produção.

Em análise do 2º trimestre/19, observa-se que a rubrica atendimento ambulatorial atingiu **91,1%**, onde Consultas médicas atingiu **91,5%** e Consultas não médicas atingiu **110,5%** no trimestre.

Como plano de ação para dar continuidade a otimização das agendas serão realizados agendamentos extras para reposição dos cancelamentos médicos, conforme validado com a Diretoria Técnica de Reabilitação da instituição.

4) TERAPIAS ESPECIALIZADAS

O grupo é composto por sessões com os seguintes profissionais: Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Musicoterapeuta, Psicólogo, Fonoaudiólogo e Educador Físico e não possuem metas individuais, neste período de análise o grupo atingiu **97,4%** da meta em abril, **104,1%** da meta em maio e **92,2%** em junho., atingindo no trimestre em análise **97,9%** da meta.

5) SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR – SAD

Em abril a unidade realizou assistência domiciliar a 53 pacientes atingindo um percentual de **118%** com relação a meta de contrato.

Em maio a unidade realizou assistência domiciliar a 56 pacientes atingindo um percentual de **124,4%** com relação a meta de contrato.

Em junho a unidade realizou assistência domiciliar a 55 pacientes atingindo um percentual de **122,2%** com relação a meta de contrato.

Em análise do 2º trimestre/19, observa-se que o serviço de atenção domiciliar – SAD atingiu **121,5%**

6) OFICINA ORTOPÉDICA

Em abril a unidade apresentou o percentual de **118,2%**, em maio atingiu o percentual de **132,5%** e em junho apresentou o percentual de **68,4%**, sendo que no trimestre em análise a unidade atingiu **106,4%**

7) SADT EXTERNO

Registra-se que em abril o grupo SADT Externo, é composto por metas individuais nas quais neste semestre obtiveram os seguintes resultados: Radiologia 2.656%, Tomografia 181%, Ressonância Magnética 107%, Laboratório de Análises Clínicas 147%, Outros Exames 370%. Informa-se que a meta global de SADT Externo do período em análise é de 18.883 exames no qual realizamos 31.159, atingindo assim um percentual de **165%**.

Em maio, o grupo SADT Externo, é composto por metas individuais nas quais neste semestre obtiveram os seguintes resultados: Radiologia 2.534,1%, Tomografia 175%, Ressonância Magnética 63,5%, Laboratório de Análises Clínicas 127,7%, Outros Exames 330,8%. Informa-se que a meta global de SADT Externo do período em análise é de 18.883 exames no qual realizamos 27.160, atingindo assim um percentual de **143,8%**.

Em junho, o grupo SADT Externo, é composto por metas individuais nas quais neste semestre obtiveram os seguintes resultados: Radiologia 2.006,1%, Tomografia 172,2%, Ressonância Magnética 63,5%, Laboratório de Análises Clínicas 127,7%, Outros Exames 330,8%. Informa-se que a meta global de SADT Externo do período em análise é de 18.883 exames no qual realizamos 17.505, atingindo assim um percentual de **92,7%**.

Registra-se que no trimestre em análise a meta global de SADT Externo é de 56.649 exames no qual realizamos 75.579, atingindo assim um percentual de **133,8%**.

Como apresentado acima os percentuais alcançados neste período todos os indicadores (Internações Hospitalares, Cirurgias, Atendimento Ambulatorial, Terapias Especializadas, Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, Oficina Ortopédica e SADT Externo) ficaram acima de 90% atingindo assim o percentual mínimo no cumprimento das metas.

4.3 – INDICADORES DA PARTE VARIÁVEL DO CONTRATO

METAS E INDICADORES

Estabelecem-se como indicadores qualitativos determinantes do repasse da parte variável:


- a. Taxa de Ocupação Hospitalar
- b. Tempo Médio de Permanência Hospitalar (dias)
- c. Índice de Intervalo de Substituição de Leito (horas)
- d. Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)
- e. Taxa de Readmissão em UTI (em até 48 horas)
- f. Percentual de Ocorrências de Glosas no SIH – DATASUS
- g. Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições Operacionais
- h. Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional

1. Taxa de Ocupação Hospitalar

Conceituação: Relação percentual entre o número de pacientes-dia, em determinado período, e o número de leitos-dia no mesmo período. Taxa de ocupação muito baixa (abaixo de 75%) pode indicar: inadequação do número de leitos à região; baixa integração do hospital à rede de saúde, com dificuldade de acesso; falha no planejamento ou na gestão do hospital (ineficiência); insatisfação da clientela.

Fórmula: $[Total\ de\ Pacientes-dia\ no\ período / Total\ de\ leitos\ operacionais-dia\ do\ período] \times 100$

A meta para a permanência na Unidade de Terapia Intensiva, entretanto, foi mantida em 90%, considerando-se a série histórica da Instituição, devendo ser avaliada separadamente.




Nota Explicativa: Considerando a taxa de ocupação mínima de 80% para os postos de internação e 90% para UTI, conforme o 9º Termo Aditivo. A unidade alcançou o percentual global de 92% com relação à meta (80%).

2. Média de Permanência Hospitalar (dias)

Conceituação: Relação entre o total de pacientes-dia no período e o total de pacientes egressos do hospital (por altas, transferência externa e/ou óbitos no mesmo período). Representa o tempo médio de internações dos pacientes nos leitos hospitalares. Tempo médio de permanência muito alto nesses leitos pode indicar um caso de complexidade maior ou complicação pré ou pós-operatória, ou também ausência de plano terapêutico adequado e desarticulação nos cuidados ao paciente.


Fórmula: $[Total\ de\ pacientes-dia\ no\ período / Total\ de\ saídas\ no\ período]$



3. Índice de Intervalo de Substituição (horas)

Conceituação: Assinala o tempo médio em que um leito permanece desocupado, entre a saída de um paciente e a admissão de outro. Essa medida relaciona a taxa de ocupação com a média de permanência.

Fórmula: $[(100 - \text{Taxa de ocupação hospitalar}) \times \text{Média de tempo de permanência}] / \text{Taxa de ocupação hospitalar}$



Nota Explicativa: Conforme reunião realizada em 31/05/2019, foi levado ao conhecimento da SES/GO a incompatibilidade das metas definidas para os indicadores de desempenho “Taxa de Ocupação Hospitalar e Tempo Médio de Permanência Hospitalar” com este indicador, o qual ficou de avaliar junto com a equipe técnica (SCAGS – SES/GO), entretanto estamos aguardando um posicionamento sobre o assunto.

4. Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)

Conceituação: O indicador de Readmissão Hospitalar mede a taxa de pessoas que retornaram ao hospital em até 29 dias desde a última vez que deixaram a unidade hospitalar após a primeira admissão. Esse indicador avalia a capacidade progressiva do serviço em ajudar na recuperação de forma tão eficaz quanto possível. Quanto menor for a reincidência de internação, ou seja, quanto menor for a readmissão potencialmente evitável, melhor é considerado o atendimento prestado pela unidade hospitalar. Readmissões desnecessárias indicam elementos disfuncionais no sistema de saúde, acarretam riscos indevidos aos pacientes e custos desnecessários ao sistema. Internações por câncer e obstetrícia são excluídas, pois podem integrar o plano de cuidado do paciente.

O acompanhamento do indicador deve ser realizado mensalmente e a avaliação de acordo com o resultado acumulado do ano.

Fórmula: $[\text{Número de pacientes readmitidos entre 0 e 29 dias da última alta hospitalar} / \text{Número total de internações hospitalares}] \times 100$

Para o numerador, como informado, são excluídas internações por câncer e obstetrícia, pois podem integrar o plano de cuidado do paciente. Readmissões que terminam em morte também estarão incluídas no numerador.

Para o denominador:

a. São excluídos casos de um dia, alta por morte, admissões na maternidade (com base na especialidade,

tipo de episódio, diagnóstico), e aqueles com menção de um diagnóstico de câncer ou quimioterapia para o câncer.

b. São excluídos pacientes com menção de um diagnóstico de câncer ou quimioterapia em qualquer lugar, nos 365 dias antes da admissão.

c. Quando houver mais do que uma readmissão no prazo de 30 dias, cada readmissão é contada uma vez.

Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias) Abril/Maio/Junho 2019



5. Taxa de Readmissão em UTI em até 48 horas (Readmissão Precoce em UTI)

Conceituação: Mede a taxa de pacientes que retornaram à UTI do mesmo hospital em até 48 horas desde a última vez que deixaram a UTI da unidade hospitalar após a primeira admissão. Trata-se de indicador de qualidade da assistência e pode refletir a qualidade de cuidado baixa e/ou altas precoces da UTI.

O acompanhamento do indicador deve ser realizado mensalmente e a avaliação de acordo com o resultado acumulado do ano.

Fórmula: $[N^{\circ} \text{ de retornos em até 48 horas} / N^{\circ} \text{ de saídas da UTI, por alta}] \times 100$

Taxa de Readmissão em UTI (em até 48 horas) Abril/Maio/Junho 2019



6

Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH

Conceituação: Mede a relação de procedimentos rejeitados no Sistema de Informações Hospitalares em relação ao total de procedimentos apresentados no mesmo Sistema, no período.

Fórmula: $[Total \text{ de procedimentos rejeitados no SIH} / total \text{ de procedimentos apresentados no SIH}] \times 100$

Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH - Abril/Maio/Junho2019



Nota Explicativa: Devido ao fluxo de faturamento, não apresentamos o nº de procedimentos rejeitados no SIH. Ressaltamos que de acordo com o Convênio nº 011/2018 firmado com a SMS, o faturamento apresenta a produção até 5º dia útil do mês subsequente. A SMS apresenta os relatórios de aprovação e rejeição da produção, após o dia 20 do mês de apresentação.

7. Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por condições operacionais (apresentar os mapas cirúrgicos)

Conceituação: Mede o total de cirurgias programadas que foram suspensas em relação ao total de cirurgias agendadas, no período.

Fórmula: $[N^{\circ} \text{ de cirurgias programadas suspensas} / N^{\circ} \text{ de cirurgias programadas (mapa cirúrgico)}] \times 100$

Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por condições operacionais (apresentar os mapas cirúrgicos) - Abril/Maio/Junho2019



8. Taxa de Leitos Bloqueados por Motivos Operacionais

Conceituação: Mede o número de leitos que são habitualmente utilizados para internação, porém, no momento do censo, não podem ser utilizados por razões operacionais (manutenção predial ou mobiliária, falta transitória de pessoal). O indicador não inclui o bloqueio dos leitos por condições de enfermidades relativas ao paciente, no período.

Fórmula: $[N^{\circ} \text{ de leitos bloqueados por motivos operacionais} / N^{\circ} \text{ total de leitos}] \times 100$

Taxa de Leitos Bloqueados por Motivos Operacionais Abril/Maio/Junho2019



4.4 – AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO (10% do Contrato de Gestão)

1 Cada indicador de desempenho acima descrito será avaliado sua *performance* calculando-se o PCM – Percentual de Cumprimento de Meta, conforme fórmula de cálculo de desempenho a seguir:

$$PCM = \frac{V_A \times 100}{V_M}$$

Onde:

PCM = Percentual de Cumprimento da Meta;

V_A = Valor Atingido;

V_M = Valor da Meta.

2 Em caso de polaridade do indicador ser **quanto menor o resultado melhor** a performance, o cálculo deverá ser realizado conforme descrito na fórmula a seguir:

$$PCM = \{1 - [(V_A - V_M) / V_M]\} \times 100$$

3 Uma vez calculado o PCM de cada indicador, será determinada uma nota que varia de 0 (zero) a 10 (dez) para cada um, conforme regra de pontuação descrita na tabela a seguir.

Regra de pontuação dos indicadores e projetos estratégicos

% de execução em relação à meta	Nota de desempenho
=>100%	10
90,00% até 99,99%	9
80,00% até 89,99%	8
70,00% até 79,99%	7
60,00% até 69,99%	6
50,00% até 59,99%	5
40,00% até 49,99%	4
< 40%	0

Indicadores de desempenho	Formula adequada a polaridade do indicador	% de execução em relação à meta
Taxa de Ocupação Hospitalar	$PCM = 73,6/80 \times 100$	92,0
Tempo Médio de Permanência Hospitalar (dias)	$PCM = \{1 - [(4,87-12) / 12]\} \times 100$	159,4
Índice de Intervalo de Substituição de Leito (horas)	$PCM = \{1 - [(127,2-36) / 36]\} \times 100$	-153,3
Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)	$PCM = \{1 - [(3,94-20) / 20]\} \times 100$	180,3
Taxa de Readmissão em UTI (em até 5 dias)	$PCM = \{1 - [(0,62-5) / 5]\} \times 100$	187,6

48 horas)		
Percentual de Ocorrências de Glosas no SIH – DATASUS	$PCM = \{1 - [(0-1) / 1] \} \times 100$	200
Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições Operacionais	$PCM = \{1 - [(2,35-5) / 5] \} \times 100$	153,0
Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional	$PCM = \{1 - [(8,85-20) / 20] \} \times 100$	155,8

Indicadores de desempenho	% de execução em relação à meta	Nota de desempenho
Taxa de Ocupação Hospitalar	92,0	9
Tempo Médio de Permanência Hospitalar (dias)	159,4	10
Índice de Intervalo de Substituição de Leito (horas)	-153,3	0
Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)	180,3	10
Taxa de Readmissão em UTI (em até 48 horas)	187,6	10
Percentual de Ocorrências de Glosas no SIH – DATASUS	200	10
Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições Operacionais	153,0	10
Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional	155,8	10
TOTAL		69

4 A pontuação global das metas de desempenho será calculada pela média das notas de cada indicador, conforme fórmula a seguir

Σ (nota de cada indicador)
Quantidade de indicadores

Σ (69)
8
= 9

5 - ANEXOS

NÚMERO DE AIH'S FATURADAS NO TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO)

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE COMPOSIÇÃO /EVOLUÇÃO DE CUSTOS (MARÇO A MAIO)



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ENGENHARIA CLÍNICA ((ABRIL A JUNHO))

**Sistema de Gestão da Qualidade
COMUNICAÇÃO INTERNA**



DE: SUFAT

C.I. Nº:108/2019

PARA: Diretoria Geral

ASSUNTO: Número de AIH'S faturadas
04/2019.

Goiânia, 14 de maio de 2019.

Prezado Diretor,

Vimos em atenção ao ANEXO TÉCNICO III - Indicadores da Parte Variável do Contrato (Autorização de Internação Hospitalar) referente ao 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 123/2011-SES/GO, celebrado entre o Estado de Goiás e a Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR, organização social responsável pela gerência do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – CRER, informar:

Na competência abril de 2019 foram faturadas 652 AIH'S, conforme descrito abaixo:

Faturamento 04/2019			
Mês Internação	Cirúrgicas	Clínicas	Total
Nov/2018	10	-	10
Dez/2018	5	13	18
Jan/2019	11	18	29
Fev/2019	2	-	2
Mar/2019	29	1	30
Abr/2019	455	108	563
Total			652

Atenciosamente,

Bráulio Alves da Costa Barbosa
Supervisão de Faturamento – Mat.1593

Valdey Luiz da Rocha
Diretor Geral - CRER
CRM 4244

Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
REG 553-01 p.1/1	Setor responsável pelo processo	Dentro do processo/ Colaboradores envolvidos no processo	Por nº de processo	Permanente	Não aplicável
	Setor responsável pela emissão da CI	Pasta específica do setor / Colaboradores envolvidos no processo	Por nº de CI	5 anos	Trituração / Reciclagem

**Sistema de Gestão da Qualidade
COMUNICAÇÃO INTERNA**



DE: SUFAT

C.I. Nº:136/2019

PARA: Diretoria Geral

ASSUNTO: Número de AIH'S faturadas
05/2019.

Goiânia, 12 de junho de 2019.


Prezado Diretor,

Vimos em atenção ao ANEXO TÉCNICO III - Indicadores da Parte Variável do Contrato (Autorização de Internação Hospitalar) referente ao 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 123/2011-SES/GO, celebrado entre o Estado de Goiás e a Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR, organização social responsável pela gerência do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – CRER, informar:

Na competência **maio de 2019** foram faturadas **618 AIH'S**, conforme descrito abaixo:

Faturamento 05/2019			
Mês Internação	Cirúrgicas	Clínicas	Total
Fev/2019	01	03	04
Mar/2019	07	04	11
Abr/2019	18	-	18
Mai/2019	481	104	585
Total			<u>618</u>

Atenciosamente,


Bráulio Alves da Costa Barbosa
Supervisão de Faturamento – Mat.1593



Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
REG 553-01 p.1/1	Setor responsável pelo processo	Dentro do processo/ Colaboradores envolvidos no processo	Por nº de processo	Permanente	Não aplicável
	Setor responsável pela emissão da CI	Pasta específica do setor / Colaboradores envolvidos no processo	Por nº de CI	5 anos	Trituração / Reciclagem

**Sistema de Gestão da Qualidade
COMUNICAÇÃO INTERNA**



DE: SUFAT

C.I. Nº:150/2019

PARA: Diretoria Geral

ASSUNTO: Número de AIH'S faturadas
06/2019.

Goiânia, 05 de julho de 2019.

Prezado Diretor,

Vimos em atenção ao ANEXO TÉCNICO III - Indicadores da Parte Variável do Contrato (Autorização de Internação Hospitalar) referente ao 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 123/2011-SES/GO, celebrado entre o Estado de Goiás e a Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR, organização social responsável pela gerência do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – CRER, informar:

Na competência **junho de 2019** foram faturadas **548 AIH'S**, conforme descrito abaixo:

Faturamento 06/2019			
Mês Internação	Cirúrgicas	Clínicas	Total
Fev/2019	06	04	10
Mar/2019	13	02	15
Abr/2019	07	08	15
Mai/2019	25	-	25
Jun/2019	394	89	483
Total			548

Atenciosamente,

Marco Cristiano da Cunha

Supervisão de Faturamento – Mat.838

At. 02/07/2019

Valney Luiz da Rocha
Diretor Geral - CRER
CRM 4244
08/07/19.

Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
REG 553-01 p.1/1	Setor responsável pelo processo	Dentro do processo/ Colaboradores envolvidos no processo	Por nº de processo	Permanente	Não aplicável
	Setor responsável pela emissão da CI	Pasta específica do setor / Colaboradores envolvidos no processo	Por nº de CI	5 anos	Trituração / Reciclagem

Relatório de composição/evolução de custos

CRER - Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo 3/2019 - 5/2019 - Com Depreciação - Com Recursos Externos

Conta de custo	3/2019 Valor	4/2019 Valor	5/2019 Valor
Diretos			
Pessoal Não Médico			
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	4.253.527,06	4.193.616,76	4.087.565,41
Encargos Sociais Não Médicos	897.919,56	838.723,35	817.513,08
Provisões Não Médicos - CLT	114.419,88	106.098,50	103.415,40
Benefícios Não Médicos	37.882,14	33.497,04	42.672,08
Salários e Ordenados Diretoria - CLT	89.773,34	80.800,03	70.051,39
Encargos Sociais Diretoria - CLT	18.951,15	16.160,01	14.010,28
Provisões Diretoria - CLT	2.414,90	2.044,24	1.772,30
Serviços de Terceiros Não Médicos - PJ	63.794,62	22.220,01	7.401,56
Outros Custos com Pessoal	38.831,98	41.493,01	40.636,41
Total Pessoal Não Médico	5.517.514,64	5.334.652,95	5.185.037,92
Pessoal Médico			
Salários e Ordenados Médicos - CLT	997.522,63	905.937,29	848.345,66
Encargos Sociais Médicos	210.577,03	181.187,46	169.669,13
Provisões Médicos - CLT	26.833,36	22.920,21	21.463,15
Benefícios Médicos	1.497,00	1.996,00	2.495,00
Honorários Médicos Fixos	166.000,00	166.000,00	166.000,00
Honorários Médicos Variáveis	808.050,83	838.588,31	868.764,41
Total Pessoal Médico	2.210.480,85	2.116.629,27	2.076.737,35
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente			
Medicamentos	184.669,22	223.865,67	207.866,89
Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos	476.054,15	530.263,60	436.824,30
Materiais Dietas Enterais	71.712,02	53.615,87	63.550,04
Materiais O.P.M.E. (Órteses, Próteses e Mat. Especiais)	611.111,50	722.789,75	706.704,91
Medicamentos Gases Medicinais	17.482,31	12.767,27	13.954,62
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	1.361.029,19	1.543.302,17	1.428.900,76
Materiais de Consumo Geral			
Materiais de Esterilização	6.533,17	7.494,71	9.580,84
Combustíveis e Lubrificantes	5.084,82	4.798,46	6.704,58
Gases Industriais	24.195,36	47.684,49	47.676,51
Gêneros Alimentícios	81.013,19	71.317,82	79.235,17
Gêneros Alimentícios (Coletivo)	13.903,45	11.108,81	13.035,98
Materiais de E.P.I.	5.501,62	36.536,69	5.876,69
Materiais de Embalagens	11.737,75	16.345,45	16.450,89
Materiais de Escritório, Impressos e de Informática	25.857,50	34.506,39	43.219,12
Materiais de Higiene e Limpeza	27.251,27	26.217,96	27.076,81
Materiais Esportivos e Educativos	535,85	1.511,99	625,08

Conta de custo	3/2019	4/2019	5/2019
	Valor	Valor	Valor
Peças e Materiais de Manutenção - Equipamentos	100.611,72	20.814,34	42.478,62
Peças e Materiais de Manutenção - Predial	6.356,05	6.356,05	6.356,05
Uniformes e Enxovais	6.625,08	9.768,99	10.343,31
Outros Materiais de Consumo	9.525,80	4.191,50	32.988,45
Total Materiais de Consumo Geral	324.732,64	298.653,65	341.648,10

Prestação de serviços

Serviço de Hemoterapia	18.500,00	24.500,00	14.000,00
Serviços de Limpeza	541.384,40	542.273,80	532.117,98
Resíduos hospitalar Comum	7.423,02	7.737,18	7.675,14
Serviços de Vigilância	232.375,37	251.836,63	242.106,00
Serviços de Informática	58.698,60	58.698,60	58.828,49
Serviços de Manutenção Outros	105.529,68	91.985,08	81.523,00
Serviços de Manutenção de Equipe. Eletromédicos	126.200,15	126.318,94	151.015,02
Serviços Diversos - PJ - Outros	27.919,34	39.726,71	35.459,10
Serviço Médico - PJ - Variáveis	55.534,90	50.889,77	32.909,06
Serviço de Residência Médica	116.232,01	125.113,15	126.556,34
Total Prestação de serviços	1.289.797,47	1.319.079,86	1.282.190,13

Gerais

Amortização de Software	4.706,11	4.706,11	3.099,44
Impostos, Taxas, Contribuições e Desp. Legais	1.400,49	887,14	702,40
Locação de Equipamentos Assistenciais	130.676,09	134.591,39	146.517,62
Marketing, Propaganda, Publicidade e Anúncios	0,00	172,12	0,00
Outros Custos Gerais	16.922,62	13.477,83	14.882,02
Rateio da CSC - Central de Serv. Compartilhados - SEDE	365.297,85	338.457,86	292.943,25
Seguros (veículos / fiança / equiptos)	2.305,71	2.305,71	2.305,71
Total Gerais	521.308,86	494.598,15	460.450,44

Não operacionais

Perdas e Ajustes de estoques	0,00	0,00	1.807,48
Outras despesas não operacionais	4.060,04	0,00	0,00
Total Não operacionais	4.060,04	0,00	1.807,48
Total Diretos	11.228.923,69	11.106.916,06	10.776.772,17

Indiretos

Gerais

Água e Esgoto (ind.)	80.430,86	87.097,74	82.851,47
Energia Elétrica (ind.)	276.867,65	254.765,55	234.786,33
Telefone (ind.)	15.226,05	12.768,25	14.419,89
Impostos, Taxas, Contribuições e Desp. Legais (ind.)	2.724,50	11.219,71	7.821,90
Seguro Predial (ind.)	1.332,33	1.332,33	1.332,33
Internet	4.197,00	4.197,00	4.197,00
Total Gerais	380.778,39	371.380,58	345.408,92
Total Indiretos	380.778,39	371.380,58	345.408,92
Total	11.609.702,08	11.478.296,64	11.122.181,09

Breia Moreira Barros
Supervisora de Orc. e Custos
CRA/GO: 16572

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA

Setor: SUENG

**Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG
referente a Abril/19 a Junho/19**

IDENTIFICAÇÃO: CRER

VERSÃO: 01

FOLHA Nº: 1/12

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA

Período: Abril/19 a Junho/19



RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA

Setor: SUENG

IDENTIFICAÇÃO: CRER

Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG referente a Abril/19 a Junho/19

VERSÃO: 01

FOLHA Nº: 2/12


1. Objetivo

O Objetivo deste relatório é descrever as atividades desenvolvidas pela Engenharia Clínica da Unidade CRER no período de Abril/19 a Junho/19.

O gerenciamento de tecnologia em saúde é o conjunto de procedimento de gestão, planejado e implementado a partir de base científica, técnica, normativa e legal, com o objetivo de garantir a rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade, segurança e em alguns casos o desempenho da tecnologia de saúde. Abrange cada etapa do gerenciamento, desde o planejamento e entrada do Equipamento Médico Hospitalar (EMH) no Estabelecimento até seu desuso, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública e do meio ambiente e a segurança do paciente.

2. Atividades Desenvolvidas

Segue abaixo um comparativo de todas as manutenções executadas de Abril a Junho/19 no CRER:



RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA

Setor: SUENG

IDENTIFICAÇÃO: CRER

Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG referente a Abril/19 a Junho/19

VERSÃO: 01

FOLHA Nº: 3/12

Gestão dos Indicadores - As Metas dos indicadores 1,2,5 e 6 são contratuais, e o restante dos indicadores foram definidas através de benchmarking externo e das metas corporativas. A aquisição de dados é realizada através do software de gerenciamento de engenharia clínica.

INDICADOR		OBJETIVO	CÁLCULO DO INDICADOR	META
1	Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva	Monitorar a realização de manutenções preventivas programadas para o período (relacionado a otimização de custos, de recursos tecnológicos e segurança)	Manutenções Preventivas executadas no período / Manutenções Preventivas previstas no período (%)	≥90%
2	Cumprimento do Plano de Treinamento	Monitorar a realização de treinamentos previstas para o período (relacionado a disponibilidade de recursos tecnológicos e segurança).	Treinamentos ministrados no período / Treinamentos previstos no período (%)	≥90%
3	Conclusão de Manutenções Corretivas	Mensurar a resolutividade do total de ordens de serviço de um período (relacionado a resolutividade e segurança)	Ordens de Serviço fechadas no período / Ordens de Serviço abertas no período (%)	≥84%
4	Disponibilidade	Monitorar a prontidão do parque tecnológico (relacionado a segurança do paciente e a preservação da imagem institucional)	Equipamentos inoperantes no período/Equipamentos Operantes no Período	≥97%
5	Tempo Médio para Reparo (MTTR)	Monitorar tempo de execução das Manutenções Corretivas	Tempo médio que as ordens de serviços fechadas no período, ficaram abertas (dias)	≤ 20
6	Tempo Médio para Atendimento	Monitorar tempo de primeiro atendimento, após abertura de chamado	Tempo médio em horas desde a abertura da ordens de serviço até o primeiro registro de atendimento	≤ 2

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA



Setor: SUENG

IDENTIFICAÇÃO: CRER

Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG referente a Abril/19 a Junho/19

VERSÃO: 01

FOLHA Nº: 4/12

Indicador 1 – Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva

Meta: >90%. Média Valor alcançado: 99%

Foram programadas 319 preventivas para este 2º trimestre, e realizadas 318, atingindo um valor de 99%, ou seja, houve 01 pendência. Segue as pendências:

- 01 Balança. Equipamento apresentou erro enquanto a realização da preventiva, desta forma foi aberta uma ordem de serviço corretiva. No aguardo da finalização da corretiva, para realização da preventiva.

As preventivas realizadas no 3º trimestre/18, foram executadas conforme tabela abaixo:

<u>Família</u>	<u>Qtd Total</u>	<u>Qtd Encerrada</u>	<u>% Encerrada</u>
ANALISADOR DE HEMOCULTURA	1	1	100
AP. DE ANESTESIA BLINDADO	1	1	100
AP. DE MAMOGRAFIA	1	1	100
AP. DE PROFILAXIA	7	7	100
APARELHO RAO X MOVEL	5	5	100
AUTO REFRATOR	1	1	100
AUTOCLAVE	9	9	100
BALANÇA	24	23	95
BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	5	5	100
CALANDRA	6	6	100
CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	66	66	100
CAMA HOSPITALAR C			
MOTORIZACAO E EXTENSOR	1	1	100
CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	93	93	100
CAMA HOSPITALAR C/	6	6	100

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA

Setor: SUENG


IDENTIFICAÇÃO: CRER

**Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG
referente a Abril/19 a Junho/19**

VERSÃO: 01

FOLHA Nº: 5/12

MOTORIZACAO E EXTENSOR CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO	21	21	100
RADIOTRANSF. CAMA HOSPITALAR COM MOTORIZACAO E EXTENSOR	3	3	100
CONTADOR DE CELULAS LEUCOCITARIAS	1	1	100
ELEVADOR DE PACIENTE	4	4	100
FOCO CIRURGICO	14	14	100
GABINETE	6	6	100
LAVADORA	10	10	100
LAVADORA ULTRASSONICA	4	4	100
OSMOSE REVERSA	13	13	100
SECADOR	9	9	100
TERMODESINFECTORA	6	6	100
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	1	1	100
VENTILADOR PULMONAR	1	1	100



Indicador 1 – Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA

Setor: SUENG

IDENTIFICAÇÃO: CRER

Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG
referente a Abril/19 a Junho/19

VERSÃO: 01

FOLHA Nº: 6/12

Indicador 2 - Cumprimento do Plano de Treinamento


Meta: >90%. Valor alcançado mês: 100%

A meta foi alcançada, e a engenharia clínica conseguiu aplicar o treinamento em todos os horários e turnos estipulados e solicitados pelos setores. Abaixo segue os treinamentos:

- Cama Hospitalar
- Bomba de Infusão
- Aparelho de Anestesia
- Ventilador Pulmonar
- Grefit
- Monitor Multiparâmetro
- Cardioversor

Ao avaliar a eficácia dos treinamentos, verificamos que o treinamento realizado da família de equipamentos Cama Hospitalar teve um alto impacto, visto que tínhamos um alto índice de camas apresentando defeito nos rodízios, após o treinamento, houve uma diminuição na quebra. No primeiro trimestre tivemos 83 ordens de serviço abertas para camas e no segundo trimestre após o treinamento houve uma diminuição para 32 ordens de serviço.

As bombas de infusão também tiveram impacto, no primeiro trimestre tivemos 41 ordens de serviço aberto, após o treinamento as ordens de serviço diminuíram para 25.



Indicador 2 - Cumprimento do Plano de Treinamento

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA

Setor: SUENG

IDENTIFICAÇÃO: CRER

**Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG
referente a Abril/19 a Junho/19**

VERSÃO: 01


FOLHA Nº: 7/12

Indicador 3 – Conclusão de Manutenções Corretivas

Meta: >84%. Valor alcançado mês: 95%

Foram abertas 556 manutenções corretivas, e executadas 530 no 2º trimestre, referente a 95%, além das 45 remanescentes de meses anteriores, totalizando 575 executadas. Em comparação com o trimestre anterior, tivemos uma diminuição nas ordens de serviço que estavam pendentes, o que demonstra um comprometimento e técnica na execução e uma melhor análise das ordens de serviços abertas com a equipe interna

Segue no Anexo I as Ordens de Serviços executadas neste período.



Indicador 3 – Conclusão de Manutenções Corretivas

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA

Setor: SUENG

IDENTIFICAÇÃO: CRER

**Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG
referente a Abril/19 a Junho/19**


VERSÃO: 01

FOLHA Nº: 8/12

Indicador 4 – Disponibilidade

Meta: >97%. Valor alcançado mês: 98%

A meta foi alcançada, demonstrando portanto que 98% do parque do CRER está disponível para uso. Vale ressaltar que os 2% indisponíveis, referentes a principalmente bombas de infusão, esfigmomanômetros que não estão causando impacto na assistência, visto que os setores possuem backup. Ressaltamos que nesse indicador só é levado em consideração equipamentos que estão com status de inoperantes.



Indicador 4 – Disponibilidade

Neste ano de 2019, a SUENG está analisando a disponibilidade dos setores críticos, segue:

DISPONIBILIDADE DISPONIBILIDADE DISPONIBILIDADE			
SETOR	Abril	Maio	Junho
UTI	99%	99%	99%
CENTRO CIRÚRGICO	99%	99%	99%
CME	99%	99%	99%
IMAGEM	100%	100%	90%

No setor Imagem, estamos com a Ressonância Magnética aguardando a peça que foi danificada, conforme descrito em fatos relevantes, previsão de finalização em 04/07/2019.

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA

Setor: SUENG

IDENTIFICAÇÃO: CRER

Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG referente a Abril/19 a Junho/19


VERSÃO: 01

FOLHA Nº: 9/12

Indicador 6 – Tempo Médio para Reparo- MTTR (Dias)

Meta: <20. Valor alcançado mês: 4

Justificativa / Plano de Ação: A meta de tempo médio para reparo foi atingida, sendo bem inferior ao proposto em contrato. Esse resultado mostra um comprometimento da equipe da engenharia clínica em aquisição rápida de peças, uma revisão semanal do sistema.



Indicador 6 – Tempo Médio para Reparo- MTTR (Dias)

Neste ano de 2019, a SUENG está analisando o tempo médio de reparo para equipamentos críticos:

Tempo médio(horas/dias)

Famílias	Abril	Maio	Junho
ARCO CIRÚRGICO	Não houve parada	0 dias	0 dias
APARELHO DE RAIOS X	Não houve parada	1 dia	Não houve parada
APARELHO DE ANESTESIA	2h[0 dias]	Não houve parada	Não houve parada
BISTURI ELETRÔNICO	Não houve parada	Não houve parada	2 dias
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	2h[0 dias]	15dias	-
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	3dias	12h[0dias]	Não houve parada
VENTILADOR PULMONAR	12h [0 dias]	4 dias	4 dias

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA

Setor: SUENG

IDENTIFICAÇÃO: CRER

**Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG
referente a Abril/19 a Junho/19**

VERSÃO: 01

FOLHA Nº: 10/12


Observa-se que em todos os meses tivemos ordens de serviço de Ventilador Pulmonar, mas todas resolvidas em tempo hábil. Importante comentar que o setor possui equipamentos de backup, fazendo com que o impacto não seja tão grande.

A Ressonância Magnética no mês de Maio passou por adequações, por isto a demora na execução. No mês de Junho tivemos uma intercorrência de advento adverso, em que a mesma ainda se encontra parada.

Indicador 7– Tempo Médio para Atendimento (Horas)

Meta: <2 Valor alcançado mês <1

Justificativa / Plano de Ação: Meta alcançada, demonstrando um primeiro atendimento rápido, sendo menos de 1h, muito inferior ao proposto em contrato.



Indicador 7– Tempo Médio para Atendimento (Horas)

Neste ano de 2019, a SUENG está analisando o tempo médio para atendimento para equipamentos críticos, como pode ser observado a seguir, todos os equipamentos críticos tiveram um tempo de atendimento menor do que 1 hora conforme POP.

Tempo médio para atendimento

Famílias	Abril	Maio	Junho
ARCO CIRÚRGICO	<01 hora	<01 hora	<01 hora
APARELHO DE RAIOS X	<01 hora	<01 hora	<01 hora
APARELHO DE ANESTESIA	<01 hora	<01 hora	<01 hora

RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA

Setor: SUENG

IDENTIFICAÇÃO: CRER

**Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG
referente a Abril/19 a Junho/19**


VERSÃO: 01

FOLHA Nº: 11/12

BISTURI ELETRÔNICO	<01 hora	<01 hora	<01 hora
RESSONÂNCIA			
MAGNÉTICA	<01 hora	<01 hora	<01 hora
TOMOGRAFIA			
COMPUTADORIZADA	<01 hora	<01 hora	<01 hora
VENTILADOR			
PULMONAR	<01 hora	<01 hora	<01 hora

Indicador Auxiliar 1 – Distribuição de Horas Técnicas por Setor Comentários

O gráfico abaixo mostra os setores que tiveram maior tempo de atendimento no 1º trimestre. Observa-se que o centro cirúrgico teve uma demanda de tempo maior, devido as complexidades das falhas apresentadas, e devido as manutenções preventivas que demandam mais tempo. Abaixo mostra um comparativo de Abril a Junho/19.



RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA

Setor: SUENG

IDENTIFICAÇÃO: CRER

**Assunto: Relatório de Atividades desenvolvidas pela SUENG
referente a Abril/19 a Junho/19**

VERSÃO: 01

FOLHA Nº: 12/12

setor	quantidade horas trabalhadas Abril/19	quantidade horas trabalhadas Maio/18	quantidade horas trabalhadas Junho/19
148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	30,27	31,6	52,61
162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	29,25	13,66	10,09
107 - ÁREAS COMUNS	18,7	21,58	19,25
166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	48,7	25,56	8,75
167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	9,5	23,9	6,58
118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	36,7	28,86	30,88

FATO RELEVANTES

Como podemos observar ao longo do relatório apresentado, a Engenharia Clínica teve vários pontos significativos durante o 2º trimestre/19. Como destaque, o alcance de todas as metas propostas. Estamos trabalhando de forma contínua em busca da melhoria dos serviços prestados a esta instituição, para que juntos possamos alcançar o objetivo comum, que é sempre prestar serviço de qualidade para os nossos clientes finais. Esperamos ter expostas informações de forma clara, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Renata Vila Verde D. Garrote – Mat. 5882

Engenharia Clínica

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
115156	CRER	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	607403	CUFFOMETRO	VBM	< a definir >	01/04/2019	SOLICITAMOS O REPARO NO MESMO, RESSALTO QUE NÃO ESTA FUNCIONANDO.	12/04/2019	Encerrado
115165	CRER	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	1230	RESSONANCIA MAGNETICA	SIEMENS	MAGNETOM AVANTO	01/04/2019	equipamento está apresentando erro de radiofrequencia	01/04/2019	Encerrado
115170	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8546	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	01/04/2019	CONTRA ANGULO NÃO ESTA FECHANDO P/ SEGURAR FRESA. AO FUNCIONAR A FRESA VIBRA E SAI DO PREPARO DENTAL	14/05/2019	Encerrado
115171	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8546	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	01/04/2019	sugador fraco na sucção	01/04/2019	Encerrado
115179	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2758CRER	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	01/04/2019	BOMBA COM DEFEITO.	08/04/2019	Encerrado
115180	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3178	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	01/04/2019	CAMA NÃO ATENDE AOS COMANDOS APTº 31 B	14/05/2019	Encerrado
115183	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	952144	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DS44-11CBT	01/04/2019	MANGUITO DANIFICADO	01/04/2019	Encerrado
115197	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	01/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	01/04/2019	Encerrado
115208	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2963	MONITOR	DIXTAL	DX2020	01/04/2019	CABO DE ECG MAL CONTATO.	02/04/2019	Encerrado
115291	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	5700	NEGATOSCOPIO	KONEX	< a definir >	02/04/2019	O referido aparelho não está funcionando	04/04/2019	Encerrado
115293	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3412	CONJ. DE LARINGOSCOPIO C/ CABO E LAMINAS CURVAS	VELCH ALLY	< a definir >	02/04/2019	O referido laringo apresenta falhas na emissão de luz	02/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
115294	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	5046	CJ. LARINGOSCOPIO	VELCH ALLY	C60813 C/ CABO E LAMINAS	02/04/2019	O referido laringo não acende	02/04/2019	Encerrado
115357	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CRER.407	- x -	- x -	- x -	02/04/2019	HGT Accu-chek, modelo GU, nº de série gu12435083 não está funcionando	02/04/2019	Encerrado
115361	CRER	205 - SERV LABORATORIO DE MARCHA	CRER.329	- x -	- x -	- x -	02/04/2019	SOLICITO MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SENSOR ELETROMIOGRÁFICO (CANAL 10)	05/04/2019	Encerrado
115364	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	7194	MODULO DE CAPNOGRAFIA	DIXTAL	ETC02	02/04/2019	O referido módulo não está funcionando	22/04/2019	Encerrado
115366	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3514	MONITOR	DIXTAL	DX2023	02/04/2019	O referido monitor não afere PA	03/04/2019	Encerrado
115388	CRER	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	02/04/2019	AUTOCLAVE COM CICLO DE FORMOL ABORTADO	02/04/2019	Encerrado
115397	CRER	136 - SERV CONC PROTESES AUDITIVAS	9667	HI PRO 2 INTERFACE DE PROGRAMACAO DE AASI	OTOMETRIC	TYPE1072	02/04/2019	O ESQUIPAMENTO NÃO ESTA FUNCIONANDO .	02/04/2019	Encerrado
115401	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DERROUPAS	475850	LAVADORA	SUZUKI	MLEXS50	02/04/2019	solicito reparo na lavadora que encontra com o dreno entupido. URGENTE.	02/04/2019	Encerrado
115422	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER	GU1243508	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	HE DIAGNO	ACTIVE	02/04/2019	O referido HGT não está funcionando	08/04/2019	Encerrado
115424	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CRER.402	- x -	- x -	- x -	02/04/2019	O Infusor pressórico da smiths medical, modelo MX4708, lote 1817430 apresenta vazamento	05/04/2019	Encerrado
115437	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	6549	FOTOFORO	ZUMAX	HL 800	02/04/2019	Fixação da lente frontal no referido aparelho	03/04/2019	Encerrado
115438	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	6550	FOTOFORO	ZUMAX	HL 800	02/04/2019	Fixação da lente frontal no referido aparelho	03/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
115443	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	99991847	ARMARIO	TROLLEY	TC-71	02/04/2019	Emissão de luz que deveria ser na coloração vermelha (adequada para exames na mucosa), está sendo emitida na cor amarela	08/04/2019	Encerrado
115469	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3881	AP. DE ANESTESIA	GE	DATEX OHMEDA AESPIRE 7900	03/04/2019	Reparo de acúmulo de água que está ocorrendo na última gaveta	03/04/2019	Encerrado
115470	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3215	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	03/04/2019	COM VAZAMENTO	03/04/2019	Encerrado
115492	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8540	AP. DE PROFILAXIA	ABI ATLANT	PROFI NEO	03/04/2019	ULTRASSOM VAZANDO ÁGUA E PONTA DE ULTRASSOM ESTÁ COM DIFICULDADE DE SAIR DA CANETA DO APARELHO	05/04/2019	Encerrado
115504	CRER	119 - SUPERV DE CME	CRER.422	- x -	- x -	- x -	03/04/2019	Solicito Manutenção com URGÊNCIA na Válvula do Ar Comprimido da Química, o mesmo está dificultando o serviço do setor	04/04/2019	Encerrado
115521	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8544	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	03/04/2019	A CADEIRA ODONTOLÓGICA DESLIGOU SOZINHA E NÃO QUER LIGAR MAIS	03/04/2019	Encerrado
115526	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2437CRER	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	03/04/2019	SENSOR DE TRÁS QUEBRADO.	10/04/2019	Encerrado
115528	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2643CRER	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	03/04/2019	DEFEITO NO SENSOR INDICA (PORTA ABERTA)	10/04/2019	Encerrado
115529	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2966	MONITOR	DIXTAL	DX2020	03/04/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	03/04/2019	Encerrado
115530	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CRER.467	- x -	- x -	- x -	03/04/2019	VAZAMENTO EM VALVULA DE AR COMPRIMIDO	03/04/2019	Encerrado
115534	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	1145	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	29/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
115535	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	370	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	18/04/2019	Encerrado
115540	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	372	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	22/04/2019	Encerrado
115541	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	373	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	29/04/2019	Encerrado
115543	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	374	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/04/2019	Encerrado
115544	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	4121	MODULO DE CAPNOGRAFIA	DIXTAL	DX2010	03/04/2019	Urgente (cirurgias de coluna 04/04): segundo informado, o mesmo não se encontra calibrado	03/04/2019	Encerrado
115548	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	375	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
115551	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	376	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	29/04/2019	Encerrado
115554	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	377	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/04/2019	Encerrado
115555	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	378	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	29/04/2019	Encerrado
115556	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	379	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	18/04/2019	Encerrado
115558	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	380	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
115560	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	381	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	18/04/2019	Encerrado
115561	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	382	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/04/2019	Encerrado
115564	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	383	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	18/04/2019	Encerrado
115566	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	384	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/04/2019	Encerrado
115567	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	385	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	29/04/2019	Encerrado
115568	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	386	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	30/05/2019	Encerrado
115569	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	387	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
115572	CRER	119 - SUPERV DE CME	2599	MAQUINA SELADORA	B. BAIÃO	< a definir >	03/04/2019	Solicito a troca da Fita Seladora SELADORA a pedal.	03/04/2019	Encerrado
115574	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	388	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	18/04/2019	Encerrado
115576	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	389	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	22/04/2019	Encerrado
115578	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	390	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
115579	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	391	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/04/2019	Encerrado
115580	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	392	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	29/04/2019	Encerrado
115581	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	393	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	18/04/2019	Encerrado
115582	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	394	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	29/04/2019	Encerrado
115584	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	395	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	22/04/2019	Encerrado
115585	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	396	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	30/05/2019	Encerrado
115587	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	397	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/04/2019	Encerrado
115588	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	399	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	18/04/2019	Encerrado
115590	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	400	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	22/04/2019	Encerrado
115592	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	429	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	22/04/2019	Encerrado
115595	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	430	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	17/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
115596	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	431	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	17/04/2019	Encerrado
115597	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	432	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	17/04/2019	Encerrado
115598	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	433	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	29/04/2019	Encerrado
115599	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	434	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/04/2019	Encerrado
115601	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	435	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	17/04/2019	Encerrado
115602	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	436	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/04/2019	Encerrado
115603	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	437	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	17/04/2019	Encerrado
115606	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	438	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	30/05/2019	Encerrado
115617	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	03/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	03/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
115618	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	02/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RÔNDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	02/04/2019	Encerrado
115667	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2975	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	04/04/2019	ERRO SENSOR	04/04/2019	Encerrado
115668	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	439	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	17/04/2019	Encerrado
115669	CRER		440	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	17/04/2019	Encerrado
115670	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	441	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	17/04/2019	Encerrado
115671	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	442	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	29/04/2019	Encerrado
115672	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	443	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	22/04/2019	Encerrado
115673	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	444	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	18/04/2019	Encerrado
115674	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	445	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/04/2019	Encerrado
115675	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	446	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	18/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
115677	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	447	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	29/04/2019	Encerrado
115678	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	448	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	18/04/2019	Encerrado
115680	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	449	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/04/2019	Encerrado
115681	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	450	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	18/04/2019	Encerrado
115682	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	451	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/04/2019	Encerrado
115683	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	452	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	17/04/2019	Encerrado
115685	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	453	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	17/04/2019	Encerrado
115686	CRER	159 - SERV DE POLISSONOGRRAFIA	454	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/04/2019	Encerrado
115688	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	455	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/04/2019	Encerrado
115690	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	457	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/04/2019	Encerrado
115691	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	458	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
115692	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	459	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/05/2019	Encerrado
115694	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	460	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	18/04/2019	Encerrado
115696	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	524	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	18/04/2019	Encerrado
115697	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	531	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	29/04/2019	Encerrado
115698	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3532	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	31/05/2019	Encerrado
115699	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	533	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	30/05/2019	Encerrado
115700	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3534	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	31/05/2019	Encerrado
115706	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	952144	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DS44-11CBT	04/04/2019	velcro estragado	04/04/2019	Encerrado
115723	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	10350	AP. DE PROFILAXIA	PROFINEO	DABIATLANTE	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	30/04/2019	Encerrado
115726	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	10351	AP. DE PROFILAXIA	PROFINEO	DABIATLANTE	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	30/04/2019	Encerrado
115727	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8537	AP. DE PROFILAXIA	ABI ATLANT	PROFI NEO	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	30/04/2019	Encerrado
115728	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8538	AP. DE PROFILAXIA	ABI ATLANT	PROFI NEO	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	30/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
115729	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8539	AP. DE PROFILAXIA	ABI ATLANT	PROFI NEO	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	30/04/2019	Encerrado
115730	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8540	AP. DE PROFILAXIA	ABI ATLANT	PROFI NEO	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	30/04/2019	Encerrado
115731	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	9047	AP. DE PROFILAXIA	SCHUSTER	JETLAXIX SONIC BP	04/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	30/04/2019	Encerrado
115733	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3186	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	04/04/2019	A cama do apartamento07 não esta funcionando- posto 01 - leito07A	10/04/2019	Encerrado
115752	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	10332	APARELHO RAO X MOVEL	XDENT	X70	04/04/2019	APARELHO DE RX NÃO FUNCIONA	06/04/2019	Encerrado
115843	CRER	105 - SERV CURATIVOS	CRER.275	- x -	- x -	- x -	05/04/2019	Solicito que leve os equipamentos para o otorrino que foi guardado na engenharia clinica ,o rack ja foi pintado aguardando os equipamentos	05/04/2019	Encerrado
115845	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3883	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	05/04/2019	VAZAMENTO EM VALVULA DE AR COMPRIMIDO	05/04/2019	Encerrado
115848	CRER	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	3816	EQUIP. DE EMISSOES OTO ACUSTICAS EVOCADAS	TODYNAMIC	OTOPORT	05/04/2019	O APARELHO DE EMISSOES NÃO ESTA CONECTANDO COM COMPUTADOR - O SOFTWARE NÃO QUER CONECTAR. FAZER TESTE PARA VERIFICAR POSSIVEIS ERROS. URGENTE	05/04/2019	Encerrado
115851	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8539	AP. DE PROFILAXIA	ABI ATLANT	PROFI NEO	05/04/2019	APARELHO DE ULTRASOM NÃO FUNCIONA; MAL CONTATO	22/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
115856	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11203	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado
115858	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11204	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/04/2019	Encerrado
115860	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11205	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado
115862	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11206	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado
115863	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11207	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado
115864	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11208	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado
115865	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11209	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado
115866	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11210	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado
115867	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11211	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado
115868	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11212	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado
115870	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11213	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
115871	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11214	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado
115872	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11216	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado
115874	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11217	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado
115875	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11218	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado
115876	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11219	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado
115877	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11220	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado
115878	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11221	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado
115879	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11222	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	05/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	23/04/2019	Encerrado
115892	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3036	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	05/04/2019	CAMA COM A RODA QUEBRADA	10/04/2019	Encerrado
115893	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3060	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	05/04/2019	CAMA COM A RODA QUEBRADA	10/04/2019	Encerrado
115894	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3159	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	05/04/2019	CAMA COM A RODA QUEBRADA	10/04/2019	Encerrado
115895	CRER	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	9999185	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DS44	05/04/2019	MANGUITO DANIFICADO	10/04/2019	Encerrado
115896	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3371	ESTETOSCOPIO	VELCH ALLY	5079-135	05/04/2019	DIAFRAGMA ESTRAGADO	10/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
115897	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3363	ESTETOSCOPIO	VELCH ALLY	5079-135	05/04/2019	DIAFRAGMA ESTRAGADO	10/04/2019	Encerrado
115901	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475850	LAVADORA	SUZUKI	MLEXS50	05/04/2019	solicito reparo na lavadora ,poise a mesma encontra com processo decentrifugação freada.	29/04/2019	Encerrado
115903	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475851	LAVADORA	SUZUKI	MLEXS50	05/04/2019	solicito reparo na lavadora que encontra com os botoes danificados com dificuldade de manusear	01/05/2019	Encerrado
115919	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3096	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	05/04/2019	CAMA COM A RODA QUEBRADA	10/04/2019	Encerrado
115944	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	586	SELADORA	SUPRIMAX	NM2	05/04/2019	INOOPERANTE DEVIDO A FITA DA BASE DA SELADORA SOLTOU	06/04/2019	Encerrado
116041	CRER	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	07/04/2019	Autoclave esta com rachadura no reservatório de água	07/04/2019	Encerrado
116079	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	586	SELADORA	SUPRIMAX	NM2	08/04/2019	soliucitio reparo novamente na seladora não esta selando	09/04/2019	Encerrado
116083	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11545	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	08/04/2019	BOMBA COM DEFEITO.	14/05/2019	Encerrado
116094	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2982	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	28/06/2019	Encerrado
116096	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2988	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	27/06/2019	Encerrado
116097	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2989	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	27/06/2019	Encerrado
116098	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2991	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	12/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
116099	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2993	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	12/04/2019	Encerrado
116100	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3191	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	12/04/2019	Encerrado
116101	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3192	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	12/04/2019	Encerrado
116104	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3194	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	12/04/2019	Encerrado
116106	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3195	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	12/04/2019	Encerrado
116107	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3196	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	12/04/2019	Encerrado
116108	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3197	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	12/04/2019	Encerrado
116110	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3198	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA	12/04/2019	Encerrado
116113	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3199	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	27/06/2019	Encerrado
116114	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3200	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	12/04/2019	Encerrado
116115	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3201	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	12/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
116116	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3202	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	12/04/2019	Encerrado
116117	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3203	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	28/06/2019	Encerrado
116118	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3205	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	12/04/2019	Encerrado
116119	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3263	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	27/06/2019	Encerrado
116122	CRER	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	465	MICROSCOPIO	NIKON	ECLIPSE E200	08/04/2019	SOLICITO A TROCA DA LAMPADA DO MICROSCOPIO, POIS NÃO ESTÁ FUNCIONANDO.	08/04/2019	Encerrado
116125	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.220	- x -	- x -	- x -	08/04/2019	O estetoscópio do posto02 esta sem membrana.	09/04/2019	Encerrado
116128	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3677	MESA DE CIRURGIA	BARRFAB	BF 683	08/04/2019	Urgente: mesa se encontra na sala 3, não responde aos comandos via painel e via controle	30/04/2019	Encerrado
116129	CRER	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	1230	RESSONANCIA MAGNETICA	SIEMENS	MAGNETOM AVANTO	06/04/2019	erro de ajuste e frequencia	06/04/2019	Encerrado
116130	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3653	MESA DE CIRURGIA	BARRFAB	BF 683	08/04/2019	Mesa se encontra na sala 7, não responde aos comandos via painel e via controle	11/04/2019	Encerrado
116135	CRER	SERV RAO - X	8615	SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE IMAGEM	AK CARESTR	DRX1	01/04/2019	não prepara para raio x	03/04/2019	Encerrado
116136	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2299	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	08/04/2019	BOMBA ESTRAGADA	10/04/2019	Encerrado
116150	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11502	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	08/04/2019	FICA ALARMANDO AR NA LINHA!	14/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
116151	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CRER.182	- x -	- x -	- x -	08/04/2019	FLUXOMETRO DO O2 QUEBRADO	09/04/2019	Encerrado
116158	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CRER.243	- x -	- x -	- x -	08/04/2019	TERMOMETRO DA GELADEIRA DA SALA DE MEDICAÇÃO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. POSTO 3	30/04/2019	Encerrado
116182	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	7523	OXIMETRO DE PULSO	MINDRAY	PM60	09/04/2019	oximetro com defeito na base, nao carrega	10/04/2019	Encerrado
116196	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2963	MONITOR	DIXTAL	DX2020	09/04/2019	OXIMETRO NÃO FUNCIONA.	09/04/2019	Encerrado
116207	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.189	- x -	- x -	- x -	09/04/2019	CAMA DO LEITO B NÃO ATENDE AOS COMANDOS	09/04/2019	Encerrado
116208	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3301	MONITOR	DIXTAL	DX2020	09/04/2019	SUPORTE MONITOR QUEBRADO.	29/04/2019	Encerrado
116213	CRER	120 - SERV TERAPIA OCUPACIONAL	10039	ESFIGMOMANOMETRO	UNITEC	AD 2 PEDESTAL	09/04/2019	Solicitamos o reparo do referido que não esta funcionando, o mesmo não esta aferindo com precisão.	12/04/2019	Encerrado
116223	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.219	- x -	- x -	- x -	09/04/2019	CAMA DO LEITOB NAO ATENDE AOS COMANDOS.	09/04/2019	Encerrado
116237	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	59434	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	09/04/2019	BOMBA SOLICITANDO SENHA	15/04/2019	Encerrado
116240	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	32645	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	09/04/2019	BOMBA APITANDO AR NA LINHA	20/04/2019	Encerrado
116279	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3605	MODULO DE CAPNOGRAFIA	DIXTAL	DX 2010 ETC02	09/04/2019	Reparo do referido Módulo, pois o mesmo não está funcionando	10/04/2019	Encerrado
116280	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	4121	MODULO DE CAPNOGRAFIA	DIXTAL	DX2010	09/04/2019	Reparo do referido Módulo, pois o mesmo não está funcionando	10/04/2019	Encerrado
116350	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	10513	ASPIRADOR CIRURGICO	PROTEC	EVOLUTION 10000	10/04/2019	Aspirador esta com defeito.nao esta aspirando	15/04/2019	Encerrado
116429	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	99991466	FOTOFORO	STEEL MED	< a definir >	10/04/2019	fotoforo esta danificado.	11/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
116434	CRER	119 - SUPERV DE CME	11579	SELADORA	M MAQUIN	MICROMATIC 420	10/04/2019	SOLICITO MANUTENÇÃO NA SELADORA , A MESMA ESTA PRENDENDO O SACO PLASTICO	29/05/2019	Encerrado
116440	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	4122	MODULO DE CAPNOGRAFIA	DIXTAL	ETC02	10/04/2019	O referido módulo não está funcionando	17/04/2019	Encerrado
116442	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	952155	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DS44-11CBT	10/04/2019	BRAÇADEIRA RASGADA	10/04/2019	Encerrado
116459	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3508	MONITOR	DIXTAL	DX2023	10/04/2019	O referido sensor não funciona	12/04/2019	Encerrado
116460	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	5269	MONITOR	DIXTAL	DX2023	10/04/2019	O referido sensor não funciona	12/04/2019	Encerrado
116491	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	99991847	ARMARIO	TROLLEY	TC-71	10/04/2019	O referido aparelho apresenta mal contato e oscilação no funcionamento	10/04/2019	Encerrado
116518	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	CRER.86	- x -	- x -	- x -	11/04/2019	A GARRAFA DE ÁGUA DA CADEIRA ESTA ALTERANDO A FORMA DEVIDO PRESSÃO DE AR	11/04/2019	Encerrado
116519	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8546	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	11/04/2019	A GARRAFA DE ÁGUA DA CADEIRA ESTA ALTERANDO A FORMA DEVIDO PRESSÃO DE AR	11/04/2019	Encerrado
116538	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	6U1243554	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	HE DIAGNO	ACTIVE	11/04/2019	NÃO FUNCIONA	11/04/2019	Encerrado
116541	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	4121	MODULO DE CAPNOGRAFIA	DIXTAL	DX2010	11/04/2019	Urgente: o referido módulo não funciona (há previsão de cirurgias de coluna e otorrino no período vespertino)	17/04/2019	Encerrado
116543	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	911282	UNIDADE DE AQUECIMENTO MANTA TERMICA	WARMTOUCH	WARMATOUCH II COMPACTA	11/04/2019	O referido aparelho apresenta mal contato e não funciona	11/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
116547	CRER	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	CRER.369	- x -	- x -	- x -	10/04/2019	REALIZAR TREINAMENTO	11/04/2019	Encerrado
116550	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	11/04/2019	SOLICITO TRANSFERENCIA PARA UTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME	11/04/2019	Encerrado
116568	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	11/04/2019	SOLICITO TRANSFERENCIA PARA SALA DE UTRASSOM	11/04/2019	Encerrado
116570	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CRER.183	- x -	- x -	- x -	08/04/2019	REALIZAR TREINAMENTO	08/04/2019	Encerrado
116620	CRER	236 - SERV RAO X	969886	CR	FA HEALTC	DX-M	01/04/2019	Sodtware não liga	09/04/2019	Encerrado
116621	CRER	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	10023	ANALISADOR HEMATOLOGICO	HORIBA/AB	PENTRA 80	04/04/2019	bloco de reagente ruim	04/04/2019	Encerrado
116622	CRER	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	10023	ANALISADOR HEMATOLOGICO	HORIBA/AB	PENTRA 80	05/04/2019	valores alterados	09/04/2019	Encerrado
116623	CRER	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	480599	CONTADOR DE CELULAS LEUCOCITARIAS	HORIBA/AB	MICRO 60 OT	09/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	09/04/2019	Encerrado
116637	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	09/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	09/04/2019	Encerrado
116638	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	08/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	08/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
116641	CRER	119 - SUPERV DE CME	2565	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	08/04/2019	Encerrado
116644	CRER	119 - SUPERV DE CME	2567	GABINETE	BAUMER	EA 3403	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	08/04/2019	Encerrado
116645	CRER	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	08/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	08/04/2019	Encerrado
116647	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475850	LAVADORA	SUZUKI	MLEXS50	10/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	10/04/2019	Encerrado
116649	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475853	SECADOR	SUZUKI	SEC30	10/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	10/04/2019	Encerrado
116650	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475851	LAVADORA	SUZUKI	MLEXS50	09/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	09/04/2019	Encerrado
116651	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	8463	LAVADORA	SUZUKI	MLXS120	09/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	09/04/2019	Encerrado
116652	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475854	CALANDRA	SUZUKI	CLM2545	10/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	10/04/2019	Encerrado
116653	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475852	SECADOR	SUZUKI	SEC30	10/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	10/04/2019	Encerrado
116696	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	38165	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	12/04/2019	BOMBA PEDINDO SENHA	12/04/2019	Encerrado
116697	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475852	SECADOR	SUZUKI	SEC30	12/04/2019	solicito reparo no secador o tambor roda e para	16/04/2019	Encerrado
116698	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CRER.467	- x -	- x -	- x -	12/04/2019	BOLSA PRESSÓRICA COM VAZAMENTO	12/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
116699	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CRER.467	- x -	- x -	- x -	12/04/2019	BOLSA PRESSÓRICA COM VAZAMENTO	12/04/2019	Encerrado
116706	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2977	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	12/04/2019	DEFEITO VALVULA AR COMPRIMIDO.	15/04/2019	Encerrado
116707	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	12/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	12/04/2019	Encerrado
116709	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8540	AP. DE PROFILAXIA	ABI ATLANT	PROFI NEO	12/04/2019	ULTRASSOM COM POTÊNCIA FRACA	30/04/2019	Encerrado
116723	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3854	SISTEMA DE UROLOGIA COMPLETO	KARL STORZ	20134020	12/04/2019	Urgente - rack de vídeo parado: a referida fonte apresenta a luz de emergência acesa e está com a emissão atenuada	15/05/2019	Encerrado
116769	CRER	119 - SUPERV DE CME	2563	AUTOCLAVE	BAUMER	HI-VAC PLUS 520L (B526P)	12/04/2019	AUTOCLAVE ABORTOU CICLO NO FINAL DS ESTERILIZAÇÃO	12/04/2019	Encerrado
116839	CRER	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	14/04/2019	Infomro que autoclave apresenta vazamento no reservatorio da osmose reversa	15/04/2019	Encerrado
116843	CRER	119 - SUPERV DE CME	2566	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	14/04/2019	Informe que a impressora não imprimi	24/04/2019	Encerrado
116879	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	99991708	ESTETOSCOPIO	VELCH ALLY	5079135	15/04/2019	Solicitamos o reparo no mesmo, não esta sendo possível realizar a aferição.	16/04/2019	Encerrado
116884	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CRER.468	- x -	- x -	- x -	15/04/2019	AMBU COM PINO ENTRADA QUEBRADO	15/04/2019	Encerrado
116893	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2981	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	15/04/2019	COM DEFEITO	15/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
116895	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	10891	MONITOR	DIXTAL	DX 2022+	15/04/2019	FIO SENSOR DE OXIMETRO COM ENTRADA QUEBRADA	25/04/2019	Encerrado
116896	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	10892	MONITOR	DIXTAL	DX 2022+	15/04/2019	FIO SENSOR DE OXIMETRO COM ENTRADA QUEBRADA	25/04/2019	Encerrado
116898	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2963	MONITOR	DIXTAL	DX2020	15/04/2019	MANGUITO DANIFICADO	16/04/2019	Encerrado
116903	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2965	MONITOR	DIXTAL	DX2020	15/04/2019	MANGUITO DANIFICADO	16/04/2019	Encerrado
116912	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	11786	FOCO CIRURGICO	SISMATEC	3LE LED	15/04/2019	Urgente (equipamento do plano de contingência): o referido foco não está ligando	23/04/2019	Encerrado
116922	CRER	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	9999185	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DS44	15/04/2019	APARELHO COM APERINHA NÃO INSUFLA DIREITO.	15/04/2019	Encerrado
116925	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.215	- x -	- x -	- x -	15/04/2019	CAMA DO 48 B NÃO ATENDE AOS COMANDOS, PATRIMONIO N° 0451 NÃO CONFERE	15/04/2019	Encerrado
116955	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11006	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	15/04/2019	BOMBA ALARMANDO O TEMPO TODO (OCLUSÃO)	14/05/2019	Encerrado
116956	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11012	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	15/04/2019	BOMBA COM DEFEITO NO SENSOR DE GOTAS	14/05/2019	Encerrado
116981	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2966	MONITOR	DIXTAL	DX2020	15/04/2019	FIO SENSOR DE TEMPERATURA ESTRAGADO	16/04/2019	Encerrado
116982	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2967	MONITOR	DIXTAL	DX2020	15/04/2019	FIO SENSOR DE TEMPERATURA ESTRAGADO	22/04/2019	Encerrado
116992	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	10350	AP. DE PROFILAXIA	PROFINEO	DABIATLANTE	15/04/2019	O referido aparelho apresenta falha elétrica, desligando-se automaticamente	30/04/2019	Encerrado
116993	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	15/04/2019	Transferência temporária do referido Ultra-som para o Centro Cirúrgico (empréstimo)	15/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
117016	CRER	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	16/04/2019	Informe que autoclave apresentou falha no ciclo	16/04/2019	Encerrado
117023	CRER	119 - SUPERV DE CME	11791	INCUBADORA	BIONOVA	ic10/20fr	16/04/2019	Solicito manutenção na INCUBADORA, a mesma não esta fazendo impressão.	31/05/2019	Encerrado
117038	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	8464	SECADOR	SUZUKI	SECADOR3100V	11/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	11/04/2019	Encerrado
117039	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	8462	CALANDRA	SUZUKI	CLM3080	11/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	11/04/2019	Encerrado
117040	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.191	- x -	- x -	- x -	16/04/2019	CAMA DO LEITO 23 B, NÃO ATENDE AOS COMANDOS, PATRIMONIO DE N° 0383 NÃO CONFERE	16/04/2019	Encerrado
117044	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3514	MONITOR	DIXTAL	DX2023	16/04/2019	Deslocamento de Monitor da RPA para sala 4 no Centro Cirúrgico, devido a um monitor parado para manutenção	16/04/2019	Encerrado
117048	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	99991466	FOTOFORO	STEEL MED	< a definir >	16/04/2019	fotoforo esta com mal contato se possível trocar um novo cabo.	16/04/2019	Encerrado
117050	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CRER.413	- x -	- x -	- x -	16/04/2019	Urgente - vazamento de O ² : reparo de válvula de oxigênio localizada na sala 7	16/04/2019	Encerrado
117051	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	7187	MONITOR	DIXTAL	DX2023	16/04/2019	O referido monitor não liga	16/04/2019	Encerrado
117058	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	11215	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	EVOLUTION	01/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	23/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
117059	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	16/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	16/04/2019	Encerrado
117064	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	11/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	11/04/2019	Encerrado
117131	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8546	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	17/04/2019	A FRESA ESTA BASCULANDO NA CABEÇA DO CONTRA ANGULO CME00171	24/04/2019	Encerrado
117133	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8546	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	17/04/2019	A FRESA ESTA BASCULANDO NA CABEÇA DO CONTRA ANGULO CME00183	24/04/2019	Encerrado
117134	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8546	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	17/04/2019	A FRESA ESTA BASCULANDO NA CABEÇA DO CONTRA ANGULO CME8918	24/04/2019	Encerrado
117136	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8546	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	17/04/2019	MICRO MOTOR NÃO ESTA FUNCIONANDO	24/04/2019	Encerrado
117144	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3490	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	17/04/2019	CAMA COM RODAS QUEBRADAS!	14/05/2019	Encerrado
117146	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	4036	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	BR360R	17/04/2019	VENTILADOR DESLIGANDO E LIGANDO MESMO COM ENERGIA	18/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica

os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
117170	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	17/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	17/04/2019	Encerrado
117171	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	15/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	15/04/2019	Encerrado
117173	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	10/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	10/04/2019	Encerrado
117174	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	05/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	05/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
117179	CRER	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	17/04/2019	SOLICITO MANUTENÇÃO NO RAQUE DA AUTOCLAVE O MESMO ENCONTRA-SE QUEBRADO	26/04/2019	Encerrado
117188	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2984	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	17/04/2019	COM ESCAPE DE AR NA PARTE TRASEIRA	17/04/2019	Encerrado
117196	CRER	168 - SERV REABILITACAO VISUAL	3512	OFTALMOSCOPIO	EYETEC	OSF 1.0 LED	17/04/2019	O aparelho oftalmoscópio esta danificado.	19/04/2019	Encerrado
117197	CRER	168 - SERV REABILITACAO VISUAL	CRER.251	- x -	- x -	- x -	17/04/2019	O aparelho oftalmoscópio esta danificado..	28/06/2019	Encerrado
117206	CRER	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	3156	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK DS4	17/04/2019	APARELHO COM PONTEIRO TRAVANDO.	17/04/2019	Encerrado
117207	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CRER.243	- x -	- x -	- x -	17/04/2019	FLUXOMETRO DE O2SEM ORINGUE.	17/04/2019	Encerrado
117209	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2963	MONITOR	DIXTAL	DX2020	17/04/2019	MANGUITO VAZANDO	18/04/2019	Encerrado
117272	CRER	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	18/04/2019	Solicito a troca dos filtros da Autoclave I, o mesmo estão com sujividade	18/04/2019	Encerrado
117273	CRER	119 - SUPERV DE CME	2563	AUTOCLAVE	BAUMER	HI-VAC PLUS 520L (B526P)	18/04/2019	Solicito a troca dos filtros da Autoclave II, o mesmo estão com sujividade	18/04/2019	Encerrado
117274	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3884	MESA DE CIRURGIA	BARRFAB	BF683	18/04/2019	Reparo de parafusos da mesa de tração da referida mesa cirúrgica	22/04/2019	Encerrado
117275	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	7088	OXIMETRO DE PULSO	MINDRAY	PM60	18/04/2019	OXIMETRO ESTRAGADO	23/04/2019	Encerrado
117282	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.219	- x -	- x -	- x -	18/04/2019	Não atende comandos , numero de patrimonio não conferi 0450, cama leito a	18/04/2019	Encerrado
117304	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	8463	LAVADORA	SUZUKI	MLXS120	18/04/2019	solicito relatorio da verificação das maquinas.	26/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
117307	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475851	LAVADORA	SUZUKI	MLEXS50	18/04/2019	solicito relatorio da verificação das maquinas.	30/05/2019	Encerrado
117311	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2965	MONITOR	DIXTAL	DX2020	18/04/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	20/04/2019	Encerrado
117312	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2966	MONITOR	DIXTAL	DX2020	18/04/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	20/04/2019	Encerrado
117313	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2968	MONITOR	DIXTAL	DX2020	18/04/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	20/04/2019	Encerrado
117314	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2969	MONITOR	DIXTAL	DX2020	18/04/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	26/04/2019	Encerrado
117337	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11534	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	18/04/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	14/05/2019	Encerrado
117343	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	532	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	18/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	22/04/2019	Encerrado
117344	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	534	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	18/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	23/05/2019	Encerrado
117347	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	8388	ELETROCARDIOGRAFO	DIXTAL	EP12	18/04/2019	favor trasferir o equipamento par a RPA da IMaginologia	18/04/2019	Encerrado
117348	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.213	- x -	- x -	- x -	18/04/2019	CAMA DO LEITO B, NÃO ATENDE AOS COMANDOS, PATRIMONIO 0396 NÃO CONFERE	18/04/2019	Encerrado
117349	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.218	- x -	- x -	- x -	18/04/2019	CAMA DO LEITO B, NÃO ATENDE AOS COMANDOS, PATRIMONIO 0448 NÃO CONFERE.	18/04/2019	Encerrado
117368	CRER	119 - SUPERV DE CME	2565	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	18/04/2019	TERMODESINFECTORA APRESENTANDO FALHA NA TEMPERATURA E ABORTANDO CICLO	18/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
117494	CRER	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	21/04/2019	autoclave apresentou falha no processo de esterilização permanecendo somente em acondicionamento .	22/04/2019	Encerrado
117548	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2979	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	22/04/2019	VAZAMENTO DE O2	22/04/2019	Encerrado
117549	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	5B1123242	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	HE DIAGNO	Advantage	22/04/2019	DANDO ERRO 333	22/04/2019	Encerrado
117554	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2970	MONITOR	DIXTAL	DX2020	22/04/2019	FIO SENSOR DE TEMPERATURA COM DEFEITO/NÃO FAZ LEITURA TEMPERATURA	22/04/2019	Encerrado
117558	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	7049	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	22/04/2019	Cúpula 1 com luz de emergência acesa	22/04/2019	Encerrado
117560	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	57197	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	22/04/2019	DEFEITO / VAZAO LIVRE	23/04/2019	Encerrado
117563	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2973	MONITOR	DIXTAL	DX2020	22/04/2019	SENSOR DE OXIMETRO DENTRO NA ENTRADA	22/04/2019	Encerrado
117580	CRER	119 - SUPERV DE CME	10814	SELADORA	LOOK	SRN01	22/04/2019	Solicito manutenção com URGÊNCIA no suporte do grau cirurgico o mesmo está quebrado, assim dificultando o preparo dos materias no grau	24/04/2019	Encerrado
117599	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3871	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	22/04/2019	Urgente - cirurgia de coluna: cúpula 2 apresenta luz fraca	23/04/2019	Encerrado
117600	CRER	236 - SERV RAO X	480602	APARELHO RAO X	SIEMENS	MULTIX B	22/04/2019	Luz do colimador queimou.	22/04/2019	Encerrado
117614	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2971	MONITOR	DIXTAL	DX2020	22/04/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	25/04/2019	Encerrado
117615	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2972	MONITOR	DIXTAL	DX2020	22/04/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	23/04/2019	Encerrado
117650	CRER	119 - SUPERV DE CME	2566	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	23/04/2019	Informo que a impressora não imprimi	23/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
117660	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	11787	FOCO CIRURGICO	SISMATEC	3LE LED	23/04/2019	Urgente (equipamento do plano de contingência; o outro foco já se encontra em manutenção): o referido foco não sustenta luz fora da tomada, sendo a finalidade do mesmo destinada a situações de queda de energia	15/05/2019	Encerrado
117667	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	396	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	18/04/2019	CAMA DO LEITO B, NÃO ATENDE AOS COMANDOS, PATRIMONIO 0396 NÃO CONFERE	23/04/2019	Encerrado
117668	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	23/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	23/04/2019	Encerrado
117669	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	23/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	18/04/2019	Encerrado
117670	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	22/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	22/04/2019	Encerrado
117676	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	450	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	18/04/2019	Abertura, Não atende comandos	23/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
117677	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	451	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	15/04/2019	CAMA DO 48 B NÃO ATENDE AOS COMANDOS,	23/04/2019	Encerrado
117686	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2967	MONITOR	DIXTAL	DX2020	23/04/2019	FIO SENSOR DE OXIMETRO COM CABO/ENTRADA QUEBRADO	23/04/2019	Encerrado
117688	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3980	ESTETOSCOPIO	VELCH ALLY	5079135	23/04/2019	QUEBRADO	23/04/2019	Encerrado
117698	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.216	- x -	- x -	- x -	23/04/2019	CAMA NÃO ATENDE AOS COMANDOS. PATRIMONIO DENº 0444 NÃO CONFERE	23/04/2019	Encerrado
117705	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	444	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	23/04/2019	CAMA NÃO ATENDE AOS COMANDOS.	03/05/2019	Encerrado
117716	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	12206	OXIMETRO DE PULSO	ERAL MEDIT	G1B	23/04/2019	APARELHO NÃO LIGA	25/04/2019	Encerrado
117727	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	23/04/2019	Favor transportar equipamento para BERA, para realização de exame agora	23/04/2019	Encerrado
117734	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	23/04/2019	Favor transportar equipamento do Bera para sala de USG.	24/04/2019	Encerrado
117765	CRER	433 - GINÁSIO NEURO E FISIO ADULTO	478264	PRANCHA ORTOSTATICA C/ REGULAGEM ELETRICA	CARCI	< a definir >	24/04/2019	REPARO NO CABO DE FORÇA ELETRICO DO CONTROLE DA PRANCHA ORTOSTÁTICA 478264 QUE ESTÁ ROMPIDO.	26/04/2019	Encerrado
117766	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2970	MONITOR	DIXTAL	DX2020	24/04/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	26/04/2019	Encerrado
117788	CRER	149 - SUPERV FISIOTERAPIA EM UTI	3794	BIPAP	ESPIRONIC	SYNCHRONY II LA1029756	24/04/2019	REPARO NO EQUIPAMENTO DE ESTÁ APRESENTANDO OSCILAÇÃO. (EQUIPAMENTO ESTÁ NA UTI)	14/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
117794	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2972	MONITOR	DIXTAL	DX2020	24/04/2019	FIO SENSOR DE OXIMETRO COM ENTRADA QUEBRADA	24/04/2019	Encerrado
117810	CRER	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	CRER.385	- x -	- x -	- x -	24/04/2019	trocar lampada de led no fotofor Nº 06	31/05/2019	Encerrado
117811	CRER	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	CRER.385	- x -	- x -	- x -	24/04/2019	trocar lampada de led no fotofor Nº 04	31/05/2019	Encerrado
117812	CRER	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	CRER.385	- x -	- x -	- x -	24/04/2019	trocar lampada de led no fotofor Nº 03	31/05/2019	Encerrado
117836	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	4030	CUFFOMETRO	CELMAT	< a definir >	24/04/2019	NÃO FUNCIONA	25/04/2019	Encerrado
117882	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	11524	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	25/04/2019	Encerrado
117883	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11848	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	25/04/2019	Encerrado
117940	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	12194	OXIMETRO DE PULSO	ERAL MEDIT	G1B	25/04/2019	OXIMETRO NÃO ESTÁ LIGANDO.	25/04/2019	Encerrado
117945	CRER	119 - SUPERV DE CME	2566	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	15/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	15/04/2019	Encerrado
117946	CRER	119 - SUPERV DE CME	2563	AUTOCLAVE	BAUMER	HI-VAC PLUS 520L (B526P)	15/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	15/04/2019	Encerrado
117948	CRER	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	16/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	16/04/2019	Encerrado
117949	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CRER.402	- x -	- x -	- x -	25/04/2019	Reparo de vazamento em duas bolsas pressóricas (urgente - cirurgias de coluna)	25/04/2019	Encerrado
117950	CRER	119 - SUPERV DE CME	680529	GABINETE	BAUMER	EA-34-03	15/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	15/04/2019	Encerrado
117951	CRER	119 - SUPERV DE CME	10807	LAVADORA ULTRASSONICA	SANDERS	SW3000WJ	15/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	15/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
117955	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	7506	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	25/04/2019	CAMA NÃO FUNCIONA NENHUM COMANDO	29/04/2019	Encerrado
117956	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3579	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	25/04/2019	CAMA NÃO FUNCIONA NENHUM COMANDO	26/04/2019	Encerrado
117957	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11850	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Realizar Calibração	25/04/2019	Encerrado
117958	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11851	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
117960	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11853	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
117968	CRER	119 - SUPERV DE CME	11910	OSMOSE REVERSA	BAUMER	H0100-060	15/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	15/04/2019	Encerrado
117970	CRER	119 - SUPERV DE CME	11907	OSMOSE REVERSA	BAUMER	H0100-060	15/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	15/04/2019	Encerrado
117972	CRER	119 - SUPERV DE CME	11908	OSMOSE REVERSA	BAUMER	H0100-060	15/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	15/04/2019	Encerrado
117973	CRER	119 - SUPERV DE CME	11909	OSMOSE REVERSA	BAUMER	H0100-060	15/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	15/04/2019	Encerrado
117979	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3612	FOCO CIRURGICO	BAUMER	CENTRA	25/04/2019	Braço da cúpula nº 2 se apresenta frouxo	29/04/2019	Encerrado
117987	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11854	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
117988	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	11524	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	25/04/2019	Encerrado
117990	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11856	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
117991	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11857	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
117993	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11859	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
117998	CRER	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	10023	ANALISADOR HEMATOLOGICO	HORIBA/AB	PENTRA 80	17/04/2019	equipamento está apresentando valores alterados no exame	18/04/2019	Encerrado
117999	CRER	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	10023	ANALISADOR HEMATOLOGICO	HORIBA/AB	PENTRA 80	23/04/2019	equipamento está apresentando valores alterados no exame	24/04/2019	Encerrado
118000	CRER	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	477908	ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA	ROCHE	9180	15/04/2019	verifique a capsula de ref	23/04/2019	Encerrado
118001	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2967	MONITOR	DIXTAL	DX2020	25/04/2019	FIO SENSOR DE OXIMETRO NÃO FAZ LEITURA	25/04/2019	Encerrado
118002	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11858	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118003	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	3712	AP. DE ELETROESTIMULACAO P/ ACUPUNTURA	NKL	EL608	25/04/2019	. Aparelho de eletroestimulador não esta lendo a frequência.mas esta funcionando	03/05/2019	Encerrado
118005	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	25/04/2019	Favor transportar equipamento para BERA, para realização de exame agora	25/04/2019	Encerrado
118011	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	7023	MODULO DE CAPNOGRAFIA	DIXTAL	DX 2010 ETC02	25/04/2019	O referido sensor não funciona (não está zerando)	30/04/2019	Encerrado
118012	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11855	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118013	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11830	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118014	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11831	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118015	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11834	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118016	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11852	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
118017	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11832	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118018	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11840	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118019	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11842	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118021	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11833	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118022	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11835	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118023	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11837	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118024	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11836	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118025	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11839	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118026	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11844	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118027	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11838	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118028	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11841	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118029	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11843	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118030	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11845	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118031	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11846	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118032	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11847	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118033	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11849	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118034	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11827	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
118035	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11814	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118036	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11815	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118037	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11816	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118038	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11818	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118039	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11817	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118040	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11819	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118041	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11821	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118042	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11829	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118043	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11822	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118044	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11823	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118045	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11824	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118046	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11825	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118047	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11828	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118048	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11813	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118050	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11809	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118051	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11810	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/04/2019	Calibração	25/04/2019	Encerrado
118067	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	8463	LAVADORA	SUZUKI	MLXS120	26/04/2019	solicito reparo na lavadora de 120Kg encontra-se parada problema não liga	26/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
118072	CRER	119 - SUPERV DE CME	2566	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	26/04/2019	SOLICITO MANUTENÇÃO NA TERMODESINFECTORAA MESMA NÃO ESTA FINALIZANDO O CICLO.	26/04/2019	Encerrado
118074	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2973	MONITOR	DIXTAL	DX2020	26/04/2019	FIO SENSOR DE TEMPERATURA ESTRAGADO	26/04/2019	Encerrado
118076	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8546	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	26/04/2019	CONTRA ÂNGULO PROBLEMA NO EIXO. FRESA BASCULANDO	14/05/2019	Encerrado
118077	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8546	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	26/04/2019	CANETA DE CONTRA ÂNGULO COM VAZAMENTO DE ÁGUA	14/05/2019	Encerrado
118087	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CRER.406	- x -	- x -	- x -	26/04/2019	Urgente: Acidente com queda do termômetro TICC01, pelo acadêmico de enfermagem Arleilson de A. Brito, ao aferir a pressão do pte C.M.S (371721) na RPA conforme data e horário citados. Após, o referido aparelho não funciona.	26/04/2019	Encerrado
118091	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2972	MONITOR	DIXTAL	DX2020	26/04/2019	MANGUITO DANIFICADO	30/04/2019	Encerrado
118102	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11811	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	26/04/2019	Calibração	26/04/2019	Encerrado
118103	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11804	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	26/04/2019	Calibração	26/04/2019	Encerrado
118104	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11805	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	26/04/2019	Calibração	26/04/2019	Encerrado
118105	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11806	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	26/04/2019	Calibração	26/04/2019	Encerrado
118106	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11812	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	26/04/2019	Calibração	26/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
118108	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11807	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	26/04/2019	Calibração	26/04/2019	Encerrado
118109	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11808	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	26/04/2019	Calibração	26/04/2019	Encerrado
118110	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11802	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	26/04/2019	Calibração	26/04/2019	Encerrado
118111	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11803	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	26/04/2019	Calibração	26/04/2019	Encerrado
118112	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11801	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	26/04/2019	Calibração	26/04/2019	Encerrado
118113	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11800	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	26/04/2019	Calibração	26/04/2019	Encerrado
118114	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	99991514	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DS 4411CBT	26/04/2019	BRAÇADEIRA ESTRAGADA	26/04/2019	Encerrado
118115	CRER	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	3145	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK DS4	26/04/2019	Braçadeira furada	26/04/2019	Encerrado
118127	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11554	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	26/04/2019	BOMBA APITANDO	22/05/2019	Encerrado
118208	CRER	119 - SUPERV DE CME	2566	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	27/04/2019	Termodesinfectora não finaliza o ciclo	29/04/2019	Encerrado
118304	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3883	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	29/04/2019	ERRO SENSOR DE O2	29/04/2019	Encerrado
118306	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	10892	MONITOR	DIXTAL	DX 2022+	29/04/2019	FIO SENSOR DE TEMPERATURA ESTRAGADO	29/04/2019	Encerrado
118307	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2970	MONITOR	DIXTAL	DX2020	29/04/2019	SUPORTE SOLTO E SEM CAPA DE BATERIA	07/06/2019	Encerrado
118310	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3097	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	29/04/2019	CAMA COM A RODA QUEBRADA	29/04/2019	Encerrado
118313	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	CRER.79	- x -	- x -	- x -	29/04/2019	O aparelho glicocímetro esta estragado solicito que troquenovo o aparelho.	29/04/2019	Encerrado
118321	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	3851	CUFFOMETRO	CELMAT	< a definir >	29/04/2019	NÃO FUNCIONA	30/04/2019	Encerrado
118322	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11826	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	29/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	29/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
118330	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CRER.182	- x -	- x -	- x -	29/04/2019	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO QUEBRADO	29/04/2019	Encerrado
118331	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CRER.167	- x -	- x -	- x -	29/04/2019	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO QUEBRADO	29/04/2019	Encerrado
118332	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CRER.183	- x -	- x -	- x -	29/04/2019	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO QUEBRADO	29/04/2019	Encerrado
118350	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	7035	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	29/04/2019	Cúpula 1 com luz de emergência acesa	30/04/2019	Encerrado
118352	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	CRER.76	- x -	- x -	- x -	29/04/2019	solicito q novo o aparelho glicocimetro Ser.No. GU20607262 Art.No.06583202001 Mannheim Germany CE0088	29/04/2019	Encerrado
118353	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	10891	MONITOR	DIXTAL	DX 2022+	29/04/2019	FIO SENSOR DE OXIMETRO ESTRAGADO	29/04/2019	Encerrado
118356	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2966	MONITOR	DIXTAL	DX2020	29/04/2019	FIO SENSOR DE TEMPERATURA ESTRAGADO	30/04/2019	Encerrado
118357	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	GU2060726	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	HE DIAGNO	Advantage	29/04/2019	solicito q novo o aparelho glicocime. Ser.No. GU20607262 Art.No.06583202001 Mannheim Germany CE0088	29/04/2019	Encerrado
118444	CRER	110 - SERV TOMOGRAFIA	1141	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	SIEMENS	SOMATOM EMOTION 6 CANAIS	09/04/2019	TUBO com defeito	12/04/2019	Encerrado
118446	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	6458	MICROSCOPIO	CARL ZEISS	OPMI VARIO 588	30/04/2019	Urgente: a transmissão da imagem para TV apresenta distorções	30/08/2019	Pendente
118454	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	17/04/2019	REALIZAR TREINAMENTO	18/04/2019	Encerrado
118469	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2965	MONITOR	DIXTAL	DX2020	30/04/2019	FIO SENSOR DE TEMPERATURA LEITO 14 COM DEFEITO	30/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
118471	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2968	MONITOR	DIXTAL	DX2020	30/04/2019	FIO SENSOR DE OXIMETRO DANDO INTERFERENCIA	30/04/2019	Encerrado
118494	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	7523	OXIMETRO DE PULSO	MINDRAY	PM60	30/04/2019	OXIMETRO DE PULSO NÃO LIGA.POSTO 3	29/05/2019	Encerrado
118528	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	GU1210857	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	HE DIAGNO	Advantage	30/04/2019	Aparelho de glicocimetro esta estragado solicito um novo Ser:No:GU:12108570 Art.No:06583202001 Mannheim Germany CE0088	30/04/2019	Encerrado
118595	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	7023	MODULO DE CAPNOGRAFIA	DIXTAL	DX 2010 ETC02	30/04/2019	O referido aparelho apresenta falha elétrica	10/05/2019	Encerrado
118713	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	25/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	25/04/2019	Encerrado
118714	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	26/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	26/04/2019	Encerrado
118715	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	29/04/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	29/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
118716	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	24/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	24/04/2019	Encerrado
118718	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	30/04/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	30/04/2019	Encerrado
118737	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3304	MONITOR	DIXTAL	DX2020	02/05/2019	MONITOR C/ ENTRADA QUEBRADA.	02/05/2019	Encerrado
118739	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3195	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	02/05/2019	DEFEITO PARTE ELETRICA (MECANISMO NÃO RESPONDE)	08/05/2019	Encerrado
118742	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	6567	OXIMETRO DE PULSO	MINDRAY	PM60	02/05/2019	OXIMETRO NÃO LIGA.	02/05/2019	Encerrado
118745	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2969	MONITOR	DIXTAL	DX2020	02/05/2019	OXIMETRO ESTRAGADO	02/05/2019	Encerrado
118746	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2968	MONITOR	DIXTAL	DX2020	02/05/2019	OXIMETRO ESTRAGADO	02/05/2019	Encerrado
118749	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2973	MONITOR	DIXTAL	DX2020	02/05/2019	FIO SENSOR DE TEMPERATURA COM MEDIDA DIFERENTE DO REAL	02/05/2019	Encerrado
118754	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3302	MONITOR	DIXTAL	DX2020	02/05/2019	FIO SENSOR DE TEMPERATURA COM MEDIDA DIFERENTE DO REAL	02/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
118772	CRER	433 - GINÁSIO NEURO E FISIO ADULTO	1721	AP. DE BIOFEEDBACK	MIOTEC	MIOTOOL 400	02/05/2019	Solicitamos o reparo no cabo de eletrodos,EBM já levou o aparelho.	08/05/2019	Encerrado
118785	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3653	MESA DE CIRURGIA	BARRFAB	BF 683	02/05/2019	Reparo do suporte para mão, pois o mesmo está quebrado	17/05/2019	Encerrado
118793	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3854	SISTEMA DE UROLOGIA COMPLETO	KARL STORZ	20134020	02/05/2019	Cabo da referida câmera apresenta mal contato	28/05/2019	Encerrado
118824	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2963	MONITOR	DIXTAL	DX2020	02/05/2019	SENSOR DE OXIMENTRO NÃO FAZ LEITURA	02/05/2019	Encerrado
118844	CRER	149 - SUPERV FISIOTERAPIA EM UTI	3793	TRILOGY 100 INVASIVO E NAO INVASIVO	ESPIRONIC	< a definir >	02/05/2019	EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ GERANDO VOLUME. (LOTADO NA UTI).	30/07/2019	Pendente
118852	CRER	157 - SERV DOENÇAS NEURO MUSCULARES	Setor302	- x -	- x -	- x -	02/05/2019	REPARO NO EQUIPAMENTO DE PICO DE FLUXO DE TOSSE DA DNM QUE ESTÁ DANIFICADO.	02/05/2019	Encerrado
118875	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	99991467	FOTOFORO	STEEL MED	< a definir >	02/05/2019	fotofor esta com a lâmpada fraca,e esta ficando com a cor diferente amarelo.	02/05/2019	Encerrado
118909	CRER	119 - SUPERV DE CME	2930	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	MACON	MA-9000	02/05/2019	Solicito manutenção no Perfurador Ósseo o mesmo está travado na mangueira	02/05/2019	Encerrado
118912	CRER	97 - SERV ALMOXARIFADO N	TMNUT31	TERMOMETRO	INCOTERM	< a definir >	01/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	01/04/2019	Encerrado
118913	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	10749	MANGUITO PNEUMATICO	ITS	28-800	04/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	04/04/2019	Encerrado
118914	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	10750	MANGUITO PNEUMATICO	ITS	28-800	22/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	22/04/2019	Encerrado
118915	CRER	469 - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	11573	CENTRIFUGA	FANEM	3400	04/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	04/04/2019	Encerrado
118916	CRER	469 - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	11575	BANHO MARIA UMIDO	FANEM	1102	04/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	04/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
118918	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER	4287	COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL COM METODO DPD	HANNA	HI 701	23/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	23/04/2019	Encerrado
118920	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	4288	COLORIMETRO DE CLORO DIGITAL COM METODO DPD	HANNA	HI701	23/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	23/04/2019	Encerrado
118921	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	960933	MANGUITO PNEUMATICO	ITS	MC 28-800	15/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	15/04/2019	Encerrado
118922	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA TÉCNICA	1,81E+11	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado
118923	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA TÉCNICA	1,81E+11	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado
118924	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA TÉCNICA	1,81E+11	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado
118925	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA TÉCNICA	1,81E+11	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado
118926	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA TÉCNICA	1,81E+11	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado
118927	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA TÉCNICA	1,81E+11	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado
118928	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA TÉCNICA	1,81E+11	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado
118929	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA TÉCNICA	1,81E+11	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	< a definir >	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado
118930	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA TÉCNICA	1,81E+11	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado
118931	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA TÉCNICA	1890459	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado
118932	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA TÉCNICA	1890460	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado
118933	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA TÉCNICA	1890461	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado
118934	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA TÉCNICA	1890462	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
118935	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA TÉCNICA	1890463	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado
118936	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA TÉCNICA	1890464	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado
118937	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER SALA TÉCNICA	1890465	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado
118938	CRER	155 - SERV RECUP POS ANESTESIA GEAD	10740	VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado
118939	CRER	155 - SERV RECUP POS ANESTESIA GEAD	10741	VENTILADOR PULMONAR	INTERMED	IX5	30/04/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/04/2019	Encerrado
118979	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8543	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	03/05/2019	MANGUEIRA DA CADEIRA COM VAZAMENTO DE AR	03/05/2019	Encerrado
118983	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	10350	AP. DE PROFILAXIA	PROFINEO	DABIATLANTE	03/05/2019	JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO NÃO ESTA FUNCIONANDO/ULTRASSOM COM POTÊNCIA FRACA	22/05/2019	Encerrado
119004	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2965	MONITOR	DIXTAL	DX2020	03/05/2019	FIO SENSOR DE OXIMETRO COM ENTRADA QUEBRADA	03/05/2019	Encerrado
119046	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	6U1243793	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	HE DIAGNO	ACTIVE	03/05/2019	Aparelho de HGT está quebrado	03/05/2019	Encerrado
119259	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2973	MONITOR	DIXTAL	DX2020	06/05/2019	MONITOR ESTRAGADO	06/05/2019	Encerrado
119261	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2967	MONITOR	DIXTAL	DX2020	06/05/2019	FIO SENSOR DE OXIMETRO COM ENTRADA QUEBRADA	06/05/2019	Encerrado
119262	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2968	MONITOR	DIXTAL	DX2020	06/05/2019	FIO SENSOR DE OXIMETRO DANDO INTERFERENCIA	07/05/2019	Encerrado
119311	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2963	MONITOR	DIXTAL	DX2020	06/05/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	06/05/2019	Encerrado
119313	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2966	MONITOR	DIXTAL	DX2020	06/05/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	06/05/2019	Encerrado
119324	CRER	205 - SERV LABORATORIO DE MARCHA	CRER.329	- x -	- x -	- x -	06/05/2019	Bom dia! Preciso que troquem as pilas do equipamento NIVEL LASES que fica localizado no lab. de marcha. Obrigada!	07/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
119446	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3890	ESFIGMOMANOMETRO	PREMIUM	ESHS20IN	06/05/2019	APARELHO ESTÁ DESCALIBRADO	07/05/2019	Encerrado
119454	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2971	MONITOR	DIXTAL	DX2020	06/05/2019	SENSOR DE OXIMENTO NÃO FAZ LEITURA	06/05/2019	Encerrado
119531	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3601	VENTILADOR PULMONAR	VENTLOGOS	VLP 2000E	06/05/2019	NÃO FUNCIONA AUTOMATICO, APENAS MANUAL	17/05/2019	Encerrado
119578	CRER	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	1230	RESSONANCIA MAGNETICA	SIEMENS	MAGNETOM AVANTO	02/05/2019	mesa não funciona - erro 79	17/05/2019	Encerrado
119632	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3849	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	07/05/2019	Cúpula 2 com luz de emergência acesa	08/05/2019	Encerrado
119657	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3443	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	07/05/2019	CAMA COM A RODA QUEBRADA	14/05/2019	Encerrado
119663	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8544	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	07/05/2019	ENCOSTO DA CABECEIRA	07/05/2019	Encerrado
119665	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8540	AP. DE PROFILAXIA	ABI ATLANT	PROFI NEO	07/05/2019	ULTRASSOM ESTA FALHANDO	27/05/2019	Encerrado
119666	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8538	AP. DE PROFILAXIA	ABI ATLANT	PROFI NEO	07/05/2019	ULTRASSOM FALHANDO NO FUNCIONAMENTO	22/05/2019	Encerrado
119670	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3006	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	07/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	30/05/2019	Encerrado
119672	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3007	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	07/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	20/05/2019	Encerrado
119673	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3015	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	07/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	30/05/2019	Encerrado
119684	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	11030	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	07/05/2019	PEDINDO SENHA.	07/05/2019	Encerrado
119689	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3016	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	07/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	30/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
119690	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3024	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	07/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	31/05/2019	Encerrado
119692	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3025	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	07/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	19/05/2019	Encerrado
119693	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3035	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	07/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	30/05/2019	Encerrado
119826	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2971	MONITOR	DIXTAL	DX2020	08/05/2019	COM DEFEITO (LEITOR DE ELETRO NÃO FUNCIONA)	08/05/2019	Encerrado
119828	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2966	MONITOR	DIXTAL	DX2020	08/05/2019	FIO SENSOR DE OXIMENTO COM DEFEITO (LEITO 7)	08/05/2019	Encerrado
119840	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DERROUPAS	475851	LAVADORA	SUZUKI	MLEXS50	08/05/2019	solicito reparo na lavadora a mesma não aceita os comando.	10/07/2019	Pendente
119867	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.203	- x -	- x -	- x -	08/05/2019	CAMADO LEITO B , NÃO ATENDE AOS COMANDOS, PATRIMONIO DE Nº 0364 NÃO CONFERE.	08/05/2019	Encerrado
119873	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CRER.467	- x -	- x -	- x -	08/05/2019	REALIZAR TREINAMENTO	14/05/2019	Encerrado
119883	CRER	119 - SUPERV DE CME	2565	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	08/05/2019	Solicito a troca dos filtros da TERMODESINFECTORA, o mesmo estão com sujividade	08/05/2019	Encerrado
119884	CRER	119 - SUPERV DE CME	2566	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	08/05/2019	Solicito a troca dos filtros da TERMODESINFECTORA, o mesmo estão com sujividade	08/05/2019	Encerrado
119913	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2973	MONITOR	DIXTAL	DX2020	08/05/2019	MONITOR LEITO 7 COM DEFEITO	08/05/2019	Encerrado
119926	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	10891	MONITOR	DIXTAL	DX 2022+	08/05/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	10/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
119944	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3208	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	08/05/2019	VAZAMENTO DE O2	09/05/2019	Encerrado
119948	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	10892	MONITOR	DIXTAL	DX 2022+	08/05/2019	cabo de eletro nao fucnciona	16/05/2019	Encerrado
120028	CRER	119 - SUPERV DE CME	2566	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	09/05/2019	SOLICITO MANUTENÇÃO NA TERMODESINFECTORAA MESMAESTA COM VAZAMENTO DE ÁGUA	09/05/2019	Encerrado
120029	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	586	SELADORA	SUPRIMAX	NM2	09/05/2019	Solicito reparo em seladora, a mesma não está selando.	09/05/2019	Encerrado
120041	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	TICC01	TERMOMETRO	INCOTERM	INFRAVRMELHO SEM CONTATO	09/05/2019	Urgente: Acidente com queda do termômetro TICC01, pelo acadêmico de enfermagem Arleilson de A. Brito, ao aferir a pressão do pte C.M.S (371721) na RPA conforme data e horário citados. Após, o referido aparelho não funciona.	09/05/2019	Encerrado
120067	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3782	ARCO CIRURGICO	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	09/05/2019	Urgente (cirurgias de quadril, perna e coluna previstas para hoje à tarde): Cabo de força do Monitor apresenta dano e mal contato	09/05/2019	Encerrado
120087	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3677	MESA DE CIRURGIA	BARRFAB	BF 683	09/05/2019	Não sustenta posição de inclinação dorsal	17/05/2019	Encerrado
120100	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	6458	MICROSCOPIO	CARL ZEISS	OPMI VARIO 588	09/05/2019	Botão do contra-peso não sustenta a estrutura das lentes	27/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
120122	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	99991600	VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS	GIF-Q150	09/05/2019	Urgente (aparelho imprescindível para traqueoscopias e broncoscopias realizadas semanalmente); o mesmo apresenta falha na luz.	09/05/2019	Encerrado
120123	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3612	FOCO CIRURGICO	BAUMER	CENTRA	09/05/2019	Cúpula 2: peça principal não mantém posição	09/05/2019	Encerrado
120135	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CRER.467	- x -	- x -	- x -	09/05/2019	BOLSA PRESSÓRICA COM VAZAMENTO	09/05/2019	Encerrado
120136	CRER	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	3774	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK DS44 CBT	09/05/2019	PERA ESTRAGADA NÃO INSULFLA	31/05/2019	Encerrado
120142	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2971	MONITOR	DIXTAL	DX2020	09/05/2019	CABO DE ECG FIO DESCASCADO	10/05/2019	Encerrado
120150	CRER	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	09/05/2019	SOLICITO MANUTENÇÃO NA AUTOCLAVE I, AMESMA APRESENTOU VAZAMENTO DE AR E ESTA COM CHEIRO DE QUEIMADO	09/05/2019	Encerrado
120179	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3846	MESA DE CIRURGIA	BARRFAB	BF 683	09/05/2019	Castalholha presa à braçadeira, não servindo a sua função de firmar a mesma	17/05/2019	Encerrado
120221	CRER	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	10/05/2019	Infomro que a guarnição quebrou	10/05/2019	Encerrado
120222	CRER	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	CRER.385	- x -	- x -	- x -	10/05/2019	O aparelho fotoforo não esta ligando verificar se o cabo não esta dsanificado.	10/05/2019	Encerrado
120224	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	99991467	FOTOFORO	STEEL MED	< a definir >	10/05/2019	Aparelho esta com cabo danificado e não esta funcionando .	10/05/2019	Encerrado
120233	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2973	MONITOR	DIXTAL	DX2020	10/05/2019	CABO DE ECG FIO COM DEFEITO	10/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
120259	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3201	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	10/05/2019	CAMA COM GRADE ESTRAGADA (LEITO 10)	30/05/2019	Encerrado
120269	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	7088	OXIMETRO DE PULSO	MINDRAY	PM60	10/05/2019	APARELHO DESCALIBRADO	10/05/2019	Encerrado
120303	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	11364	FOTOFORO	ZUMAX	HL800MD	10/05/2019	Peça interna solta e bloqueando parcialmente a emissão de luz	19/06/2019	Encerrado
120412	CRER	119 - SUPERV DE CME	2565	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	13/05/2019	Informo que a porta apresenta fechada porem a termo não liga o ciclo	13/05/2019	Encerrado
120413	CRER	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	13/05/2019	Informo que a válvula abriu	13/05/2019	Encerrado
120429	CRER	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	8461	OSMOSE REVERSA	QUIMIS	Q842U220 220V	13/05/2019	SOLICITO QUE VERIFIQUEM A OSMOSE, POIS ESTÁ COM VAZAMENTO DE ÁGUA.	13/05/2019	Encerrado
120443	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2966	MONITOR	DIXTAL	DX2020	13/05/2019	FIO SENSOR DE OXIMETRO COM ENTRADA QUEBRADA	13/05/2019	Encerrado
120458	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	99991467	FOTOFORO	STEEL MED	< a definir >	13/05/2019	Fotoforo esta com os fios arrebitados	13/05/2019	Encerrado
120463	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3275	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	13/05/2019	CAMA COM RODAS QUEBRADAS	14/05/2019	Encerrado
120474	CRER	119 - SUPERV DE CME	2565	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	13/05/2019	Informo que a termodesinfectora apresenta vazamento na parte inferior	13/05/2019	Encerrado
120532	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	10891	MONITOR	DIXTAL	DX 2022+	14/05/2019	FIO SENSOR DE TEMPERATURA COM MEDIDA DIVERGENTE AO SENSOR DIGITAL	16/05/2019	Encerrado
120533	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2963	MONITOR	DIXTAL	DX2020	14/05/2019	CABO DE ECG FIO COM DEFEITO	15/05/2019	Encerrado
120546	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3036	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	03/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
120548	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.222	- x -	- x -	- x -	14/05/2019	BALA DE OXIGENIO ESTÁ COM RELOGIO QUEBRADO.	16/05/2019	Encerrado
120554	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3042	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	15/05/2019	Encerrado
120585	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8540	AP. DE PROFILAXIA	ABI ATLANT	PROFI NEO	14/05/2019	A PINÇA DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NÃO PRENDE A BROCA MARCA KAVO EXTRA TORQUE 605 CME 00154	31/05/2019	Encerrado
120587	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8540	AP. DE PROFILAXIA	ABI ATLANT	PROFI NEO	14/05/2019	A FRESA NÃO GIRA QUANDO É PRESSIONADA CONTRA O DENTE	31/05/2019	Encerrado
120613	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3657	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	09/05/2019	equipamento não está acendendo	17/05/2019	Encerrado
120618	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3043	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120620	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3051	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check list	14/05/2019	Encerrado
120621	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3052	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120622	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3060	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120623	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3061	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120625	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3069	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	15/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
120626	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3070	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120628	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3078	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120629	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3079	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120631	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3087	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120632	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3088	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120633	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3096	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120637	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3097	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	03/06/2019	Encerrado
120638	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3105	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120642	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3114	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	15/05/2019	Encerrado
120644	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	3115	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120645	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3124	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT0456 EVOLUTION	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
120647	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3132	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	15/05/2019	Encerrado
120649	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3133	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120650	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3141	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120653	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3142	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	03/06/2019	Encerrado
120654	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3150	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120655	CRER		3151	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120656	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3159	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120657	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	3160	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120658	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3168	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120659	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3169	CAMA HOSPITALAR C MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check list	03/06/2019	Encerrado
120660	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3177	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	15/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
120663	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3186	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120664	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3187	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120665	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3193	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120667	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3257	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check list	03/06/2019	Encerrado
120669	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3282	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120670	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3289	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	14/05/2019	Encerrado
120671	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3292	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	14/05/2019	Encerrado
120672	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3412	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	24/05/2019	Encerrado
120673	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3447	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	24/05/2019	Encerrado
120674	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3448	CAMA HOSPITALAR COM MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	24/05/2019	Encerrado
120676	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3451	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
120677	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3456	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120678	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3458	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120680	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3466	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120681	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3467	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	24/05/2019	Encerrado
120682	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3475	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	24/05/2019	Encerrado
120683	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3476	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120684	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3484	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	14/05/2019	Encerrado
120685	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3492	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check list	03/06/2019	Encerrado
120686	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3493	CAMA HOSPITALAR COM MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	24/05/2019	Encerrado
120687	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3494	CAMA HOSPITALAR COM MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	24/05/2019	Encerrado
120688	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3497	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	24/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
120689	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3498	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120691	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3501	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120692	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3505	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120693	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3512	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120694	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3542	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120695	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3549	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120697	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	3554	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120698	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3562	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120699	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3567	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450 EVOLUTION	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120701	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3574	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120702	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3579	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO E EXTENSOR	META	MT 0450 EVOLUTION	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
120703	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	4918	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	20/05/2019	Encerrado
120705	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	7506	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check list	03/06/2019	Encerrado
120706	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	9126	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	14/05/2019	Encerrado
120707	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	9127	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	23/05/2019	Encerrado
120708	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3106	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check lista	30/05/2019	Encerrado
120763	CRER	119 - SUPERV DE CME	2566	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	15/05/2019	Informe que a termo apresentou vazamento de ar comprimido	15/05/2019	Encerrado
120767	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	7179	ULTRASSOM	ESAOTE	MYLAB-50 XVISION	15/05/2019	TRANSFERÊNCIA/DEVOLUÇÃO DA UTI PARA UTRASSON	15/05/2019	Encerrado
120769	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2971	MONITOR	DIXTAL	DX2020	15/05/2019	DESCONFIGURADO	15/05/2019	Encerrado
120781	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2967	MONITOR	DIXTAL	DX2020	15/05/2019	FIO SENSOR DE TEMPERATURA COM MEDIDA DIFERENTE DO REAL	16/05/2019	Encerrado
120782	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2965	MONITOR	DIXTAL	DX2020	15/05/2019	FIO SENSOR DE TEMPERATURA COM MEDIDA DIFERENTE DO REAL	16/05/2019	Encerrado
120783	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CRER.467	- x -	- x -	- x -	15/05/2019	TERMOMETRO DIGITAL NÃO LIGA	16/05/2019	Encerrado
120785	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2968	MONITOR	DIXTAL	DX2020	15/05/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	15/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
120873	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	5047	CONJ. LARINGOSCOPIO C/ CABO E LAMINAS	VELCH ALLY	< a definir >	15/05/2019	COM DEFEITO, LUZ NÃO MANTEM	15/05/2019	Encerrado
120889	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3514	MONITOR	DIXTAL	DX2023	15/05/2019	Entrada para o Cabo ECG está danificada; Os 4 cabos ECG citados apresentam danos nos fios (desencapamento) e mal funcionamento	15/05/2019	Encerrado
120891	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3639	MONITOR	DIXTAL	DX2023	15/05/2019	Entrada para o Cabo ECG está danificada, bem como o referido cabo não funciona	15/05/2019	Encerrado
120896	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3896	MONITOR	DIXTAL	DX2023	15/05/2019	Entrada para o Cabo ECG está danificada	15/05/2019	Encerrado
120962	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3289	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	16/05/2019	Roda estragada	17/05/2019	Encerrado
120974	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	8698	APARELHO DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICA	DVT	601E - BOMBA 04	16/05/2019	O referido aparelho apresenta vazamento	30/05/2019	Encerrado
120975	CRER	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	16/05/2019	Informo que autoclave apresenta falha no ciclo, não finalizando o ciclo	16/05/2019	Encerrado
120976	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	11789	ESTIMULADOR		B.BRAUN	ENG. CLINICA -	16/05/19 11:41	acional se encontra solto	
121011	CRER	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	CRER.385	- x -	- x -	- x -	16/05/2019	fotoforo nr:01 esta danificado cabo nao funcionando	30/05/2019	Encerrado
121013	CRER	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	CRER.385	- x -	- x -	- x -	16/05/2019	fotoforo nr: 05 nao esta ligando	30/05/2019	Encerrado
121024	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2963	MONITOR	DIXTAL	DX2020	16/05/2019	CABO DE ECG FIO COM DEFEITO	20/05/2019	Encerrado
121025	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	2138	MICROSCOPIO	CARL ZEISS	OPMI PICO	16/05/2019	Cabo não funciona	17/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
121066	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CRER.183	- x -	- x -	- x -	17/05/2019	BRAÇADEIRA FURADA	17/05/2019	Encerrado
121068	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CRER.183	- x -	- x -	- x -	17/05/2019	BRAÇADEIRA RASGADA	17/05/2019	Encerrado
121097	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CRER.243	- x -	- x -	- x -	17/05/2019	FLUXOMETRO COM VAZAMENTO	17/05/2019	Encerrado
121099	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	12193	OXIMETRO DE PULSO	ERAL MEDI	G1B	17/05/2019	SENSOR COM FERRO SOLTO.	17/05/2019	Encerrado
121134	CRER	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	3887	ESFIGMOMANOMETRO	PREMIUM	ESHS20IN	17/05/2019	BRAÇADEIRA RASGADA	20/05/2019	Encerrado
121135	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3849	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	17/05/2019	Urgente - paciente em sala - O referido foco não liga - sala 5	17/05/2019	Encerrado
121136	CRER	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	3893	ESFIGMOMANOMETRO	PREMIUM	ESHS20IN	17/05/2019	BRAÇADEIRA FURADA	20/05/2019	Encerrado
121201	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2973	MONITOR	DIXTAL	DX2020	17/05/2019	MONITOR QUEBRADO	10/07/2019	Pendente
121234	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3051	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	17/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	20/05/2019	Encerrado
121235	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3123	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	17/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	31/05/2019	Encerrado
121236	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3178	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	17/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	31/05/2019	Encerrado
121237	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3263	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	17/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	31/05/2019	Encerrado
121238	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3275	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	17/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	31/05/2019	Encerrado
121239	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3443	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	17/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	31/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
121240	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3550	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	17/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	31/05/2019	Encerrado
121355	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3196	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	20/05/2019	CONTROLE DE MECANISMO NÃO FUNCIONA.	21/05/2019	Encerrado
121356	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	4044	MODULO DE PRESSAO INVASIVA	DIXTAL	DX 2010 DXAJIBPO	20/05/2019	AO SER CONECTADO AO MONITOR NÃO FAZ IDENTIFICAÇÃO	22/05/2019	Encerrado
121358	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2971	MONITOR	DIXTAL	DX2020	20/05/2019	CABOSENSOR DE TEMPERATURA QUEBRADO	22/05/2019	Encerrado
121376	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CRER.183	- x -	- x -	- x -	20/05/2019	FLUXOMETRO COM VAZAMENTO	20/05/2019	Encerrado
121377	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CRER.183	- x -	- x -	- x -	20/05/2019	FLUXOMETRO QUEBRADO	20/05/2019	Encerrado
121383	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	12194	OXIMETRO DE PULSO	ERAL MEDIT	G1B	20/05/2019	OXIMETRO NÃO ESTÁ CARREGANDO.	20/05/2019	Encerrado
121403	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3771	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK DS44 CBT	20/05/2019	NÃO ESTÁ INSULFLANDO	20/05/2019	Encerrado
121410	CRER	433 - GINÁSIO NEURO E FISIO ADULTO	10867	OXIMETRO DE PULSO	MD	UT 100	20/05/2019	APARELHO ESTA COM O CONECTOR DA TOMADA QUEBRADO	22/05/2019	Encerrado
121420	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	20/05/2019	Favor transportar equipamento para UTI, para realização de exame em leito, as 13:50	20/05/2019	Encerrado
121422	CRER	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	CRER.386	- x -	- x -	- x -	20/05/2019	fotoforo Nr:02 esta danificado fvr verificar por favor.	22/05/2019	Encerrado
121425	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	4120	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DS44-11CBT	20/05/2019	MANGUITO DANIFICADO	30/05/2019	Encerrado
121428	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475850	LAVADORA	SUZUKI	MLEXS50	20/05/2019	solicito reparo na lavadora que encontra com o tambor sem girar.	20/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
121447	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	20/05/2019	TRANSFERIR PARA UTRASSON	20/05/2019	Encerrado
121448	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11819	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	20/05/2019	BOMBA COM DEFEITO	25/06/2019	Encerrado
121456	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3490	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	20/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	20/05/2019	Encerrado
121493	CRER		8545	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	21/05/2019	O APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR NÃO FUNCIONA	23/05/2019	Encerrado
121494	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8543	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	21/05/2019	O SUGADOR NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	23/05/2019	Encerrado
121499	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	U0866345	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	HE DIAGNO	Advantage	21/05/2019	O referido HGT (sala 5) não está funcionando	22/05/2019	Encerrado
121500	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	483291	ESTIMULADOR	B.BRAUN	STIMUPLEX DIG RC	21/05/2019	O referido estimulador não está funcionando (sem corrente)	22/05/2019	Encerrado
121517	CRER	236 - SERV RAO X	480602	APARELHO RAO X	SIEMENS	MULTIX B	21/05/2019	Luz do colimador queimou.	23/05/2019	Encerrado
121522	CRER	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	21/05/2019	Informe que autoclave apresentou falha no alcance dos parâmetros	21/05/2019	Encerrado
121529	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8546	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	21/05/2019	CABEÇA DA CANETA ESTA AMASSADA, VER ROLAMENTOS	22/05/2019	Encerrado
121530	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	8855	BISTURI ELETRONICO	WEM	SS-501S	21/05/2019	Botão de corte se encontra travado	22/05/2019	Encerrado
121538	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	21/05/2019	Favor transportar equipamento para BERA, para realização de exame agora	21/05/2019	Encerrado
121620	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.206	- x -	- x -	- x -	22/05/2019	NÃO ATENDE AOS COMANDOS, CAMA DO LEITO A, PATRIMONIO DE Nº 0430 NÃO CONFERE.	22/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica

os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
121623	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	22/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	22/05/2019	Encerrado
121624	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	21/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	21/05/2019	Encerrado
121625	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	16/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	16/05/2019	Encerrado
121626	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	07/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	07/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica

os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
121627	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	06/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	06/05/2019	Encerrado
121628	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	02/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	21/05/2019	Encerrado
121629	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	03/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	03/05/2019	Encerrado
121630	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	08/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	08/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
121631	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	09/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	09/05/2019	Encerrado
121723	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	1654	LITOTRITOR PNEUMATICO	T-THOR	PRP	23/05/2019	Mangueira danificada, levando ao não funcionamento do aparelho	24/05/2019	Encerrado
121767	CRER	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	14/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	14/05/2019	Encerrado
121768	CRER	119 - SUPERV DE CME	2563	AUTOCLAVE	BAUMER	HI-VAC PLUS 520L (B526P)	13/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	13/05/2019	Encerrado
121829	CRER	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	06/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	06/05/2019	Encerrado
121833	CRER	119 - SUPERV DE CME	11909	OSMOSE REVERSA	BAUMER	H0100-060	14/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	14/05/2019	Encerrado
121834	CRER	119 - SUPERV DE CME	11907	OSMOSE REVERSA	BAUMER	H0100-060	14/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	14/05/2019	Encerrado
121835	CRER	119 - SUPERV DE CME	2566	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	14/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	14/05/2019	Encerrado
121836	CRER	119 - SUPERV DE CME	11910	OSMOSE REVERSA	BAUMER	H0100-060	14/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	14/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
121837	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	8462	CALANDRA	SUZUKI	CLM3080	09/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	09/05/2019	Encerrado
121838	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	8463	LAVADORA	SUZUKI	MLXS120	07/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	07/05/2019	Encerrado
121839	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475851	LAVADORA	SUZUKI	MLEXS50	07/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	07/05/2019	Encerrado
121840	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	8464	SECADOR	SUZUKI	SECADOR3100V	09/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	09/05/2019	Encerrado
121841	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475854	CALANDRA	SUZUKI	CLM2545	08/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	08/05/2019	Encerrado
121842	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475852	SECADOR	SUZUKI	SEC30	08/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	08/05/2019	Encerrado
121843	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475853	SECADOR	SUZUKI	SEC30	06/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	06/05/2019	Encerrado
121844	CRER	119 - SUPERV DE CME	2565	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	06/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	06/05/2019	Encerrado
121845	CRER	119 - SUPERV DE CME	11908	OSMOSE REVERSA	BAUMER	H0100-060	14/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	14/05/2019	Encerrado
121846	CRER	119 - SUPERV DE CME	10807	LAVADORA ULTRASSONICA	SANDERS	SW3000WJ	14/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	14/05/2019	Encerrado
121848	CRER	119 - SUPERV DE CME	2567	GABINETE	BAUMER	EA 3403	06/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	06/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
121851	CRER	119 - SUPERV DE CME	680529	GABINETE	BAUMER	EA-34-03	14/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	14/05/2019	Encerrado
121855	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475850	LAVADORA	SUZUKI	MLEXS50	06/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	06/05/2019	Encerrado
121888	CRER	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	24/05/2019	Informo que autoclave abortou durante o ciclo de formaldeído, apresentando falha no vaporizador	24/05/2019	Encerrado
122020	CRER	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	10023	ANALISADOR HEMATOLOGICO	HORIBA/AB	PENTRA 80	27/05/2019	Aparelho nao está ligando	28/05/2019	Encerrado
122026	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475850	LAVADORA	SUZUKI	MLEXS50	27/05/2019	solicito reparo na lavadora que encontra com o tambor sem girar.	05/06/2019	Encerrado
122027	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3945	ESTETOSCOPIO	VELCH ALLY	5079135	27/05/2019	COM DEFEITO, SEM DIAFRAGMA	27/05/2019	Encerrado
122029	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2971	MONITOR	DIXTAL	DX2020	27/05/2019	FIO SENSOR DE OXIMETRO COM ENTRADA QUEBRADA	27/05/2019	Encerrado
122030	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2972	MONITOR	DIXTAL	DX2020	27/05/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	31/05/2019	Encerrado
122033	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2967	MONITOR	DIXTAL	DX2020	27/05/2019	NÃO FAZ LEITURA DE CABO DE OXIMETRO	27/05/2019	Encerrado
122061	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2965	MONITOR	DIXTAL	DX2020	27/05/2019	OXIMENTRO NÃO ENCAIXA NA ENTRADA	28/05/2019	Encerrado
122082	CRER	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	477908	ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA	ROCHE	9180	21/05/2019	verifique a capsula de ref		
122202	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11550	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	28/05/2019	BOMBA INFUNDINDO ACIMA DO PROGRAMADO	24/06/2019	Encerrado
122216	CRER	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	28/05/2019	Solicito a troca dos filtros da Autoclave III, o mesmo estão com sujividade	28/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
122232	CRER	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	28/05/2019	Informe que autoclave finalizou o ciclo, porem não abre a porta.	28/05/2019	Encerrado
122254	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8546	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	28/05/2019	TROCA DE LÂMPADA QUEIMADA DO FOCO DA CADEIRA	28/05/2019	Encerrado
122292	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	28/05/2019	Favor transportar equipamento para BERA, para realização de exame agora	28/05/2019	Encerrado
122323	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	23/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	23/05/2019	Encerrado
122325	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	10/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	10/05/2019	Encerrado
122326	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	14/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	14/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
122328	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	17/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	17/05/2019	Encerrado
122329	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	15/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	15/05/2019	Encerrado
122351	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	430	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	22/05/2019	NÃO ATENDE AOS COMANDOS, CAMA DO LEITO A,	19/06/2019	Encerrado
122396	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2971	MONITOR	DIXTAL	DX2020	29/05/2019	SENSOR DE OXIMENTRO NÃO FAZ LEITURA	30/05/2019	Encerrado
122421	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	40719	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	29/05/2019	BOMBA PEDINDO SENHA	29/05/2019	Encerrado
122422	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	99991467	FOTOFORO	STEEL MED	< a definir >	29/05/2019	fotoforo esta com mal contato	29/05/2019	Encerrado
122423	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2969	MONITOR	DIXTAL	DX2020	29/05/2019	FIO SENSOR DE TEMPERATURA COM ENTRADA QUEBRADA	30/05/2019	Encerrado
122438	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3339	CENTRAL DE MONITORIZACAO P/ TELEMETRIA	DIXTAL	DX 20CTO-P	29/05/2019	CABO QUEBRADO COM MAL CONTATO	28/06/2019	Encerrado
122439	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3890	ESFIGMOMANOMETRO	PREMIUM	ESHS20IN	29/05/2019	RELOGINHO NÃO FUNCIONA	31/05/2019	Encerrado
122448	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	7187	MONITOR	DIXTAL	DX2023	29/05/2019	O referido monitor não liga	29/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
122525	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	99991847	ARMARIO	TROLLEY	TC-71	30/05/2019	Cabo apresenta dano e emissão de luz na coloração inapropriada	19/06/2019	Encerrado
122533	CRER		8545	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	30/05/2019	CONTRA ÂNGULO PROBLEMA NO EIXO. FRESA BASCULANDO	10/06/2019	Encerrado
122534	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8544	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	30/05/2019	FRESA ESTA BASCULANDO NA CABEÇA DO CONTRA ANGULO	10/06/2019	Encerrado
122616	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8546	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	31/05/2019	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SOLTOU A PARTE TRASEIRA E TODA A PARTE INTERNA DA MESMA	31/05/2019	Encerrado
122617	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8546	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	31/05/2019	A FRESA ESTA BASCULANDO NA CABEÇA DO CONTRA ANGULO E NÃO ESTA SEGURANDO A FRESA	10/06/2019	Encerrado
122647	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	7035	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	31/05/2019	Cúpula 2 com luz de emergência acesa	31/05/2019	Encerrado
122653	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11008	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31/05/2019	AUSENCIA DE GOTAS	24/06/2019	Encerrado
122654	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	12201	OXIMETRO DE PULSO	ERAL MEDIT	G1B	31/05/2019	NÃO ESTA LIGANDO	31/05/2019	Encerrado
122659	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3871	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	31/05/2019	Urgente: uma das cúpulas não acende	03/06/2019	Encerrado
122678	CRER	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	31/05/2019	Solicito a troca do Pré- Filtro da Autoclave I, o mesmo está com sujidade.	31/05/2019	Encerrado
122680	CRER	119 - SUPERV DE CME	2563	AUTOCLAVE	BAUMER	HI-VAC PLUS 520L (B526P)	31/05/2019	Solicito a troca do Pré- Filtro da Autoclave II, o mesmo encontra-se com sujidade.	31/05/2019	Encerrado
122690	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11538	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	31/05/2019	BOMBA NÃO LIGA	24/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
122691	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2963	MONITOR	DIXTAL	DX2020	31/05/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	31/05/2019	Encerrado
122709	CRER	119 - SUPERV DE CME	2567	GABINETE	BAUMER	EA 3403	31/05/2019	Informo que a porta não abre esta com pino travada e o material está dentro	20/06/2019	Encerrado
122810	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	531	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	03/06/2019	CAMA DO LEITO B , NÃO ATENDE AOS COMANDOS, APARTAMENTO 52	10/07/2019	Pendente
122814	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	10331	APARELHO RAO X MOVEL	XDENT	X70	30/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check list	30/05/2019	Encerrado
122815	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	10332	APARELHO RAO X MOVEL	XDENT	X70	30/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check list	30/05/2019	Encerrado
122816	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3338	APARELHO RAO X MOVEL	SIEMENS	POLYMOBIL	30/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check list	30/05/2019	Encerrado
122817	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3841	APARELHO RAO X MOVEL	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	30/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check list	30/05/2019	Encerrado
122818	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8530	APARELHO RAO X MOVEL	PROCION	ION 70X	30/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check list	30/05/2019	Encerrado
122819	CRER	154 - SERV MAMOGRAFIA	5094	AP. DE MAMOGRAFIA	GE	2230891 SENOGRAPHE D	30/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check list	30/05/2019	Encerrado
122820	CRER	110 - SERV TOMOGRAFIA	1141	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	SIEMENS	SOMATOM EMOTION 6 CANAIS	28/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check list	28/05/2019	Encerrado
122821	CRER	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	11860	AP. DE ANESTESIA BLINDADO	DRAGER	FABIUS MRI	30/05/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check list	30/05/2019	Encerrado
122881	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	10682	VENTILADOR PULMONAR	OXIMAG	MAGNAMED	20/05/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECK LIST	20/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
122887	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	31/05/2019	REALIZAR TREINAMENTO	31/05/2019	Encerrado
122889	CRER	110 - SERV TOMOGRAFIA	1141	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	SIEMENS	SOMATOM EMOTION 6 CANAIS	28/05/2019	TROCA DE PEÇAS	28/05/2019	Encerrado
122907	CRER	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	483831	AUTOCLAVE	FANEM	415	03/06/2019	Favor verificar a autoclave, pois não está esterilizando.	03/06/2019	Encerrado
122919	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CRER.467	- x -	- x -	- x -	03/06/2019	BOLSA PRESSÓRICA COM VAZAMENTO	10/06/2019	Encerrado
122920	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CRER.467	- x -	- x -	- x -	03/06/2019	CAPSULA DE VACUOMETRO QUEBRADA	10/06/2019	Encerrado
122921	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	GU1243554	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	HE DIAGNO	ACTIVE	03/06/2019	NÃO FUNCIONA (Já foi trocada a bateria)	03/06/2019	Encerrado
122923	CRER	426 - ENG. CLINICA - CRER	GB1123104	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	HE DIAGNO	advantage	03/06/2019	NÃO FUNCIONA (Já foi trocada a bateria)	03/06/2019	Encerrado
122924	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2967	MONITOR	DIXTAL	DX2020	03/06/2019	COM DEFEITO - NÃO ESTA AFERINDO PRESSÃO E SEM SINAL PARA SATURAÇÃO	04/06/2019	Encerrado
122944	CRER	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	99991469	FOTOFORO	STEEL MED	< a definir >	03/06/2019	esquipamento esta com mal contato	10/06/2019	Encerrado
122964	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	12207	OXIMETRO DE PULSO	ERAL MEDI	G1B	03/06/2019	APARELHO NÃO ESTÁ LIGANDO	03/06/2019	Encerrado
122990	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	31/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	31/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica

os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
122993	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	27/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	27/05/2019	Encerrado
122995	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	29/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	29/05/2019	Encerrado
122999	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	13/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	13/05/2019	Encerrado
123003	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	20/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	20/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
123014	CRER	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	8461	OSMOSE REVERSA	QUIMIS	Q842U220 220V	03/06/2019	FAVOR VERIFICAR A OSMOSE, POIS ESTÁ SAINDO ÁGUA EM ABUNDÂNCIA.	19/06/2019	Encerrado
123151	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	04/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	04/06/2019	Encerrado
123152	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	28/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	28/05/2019	Encerrado
123153	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	30/05/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	30/05/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
123155	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	03/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	03/06/2019	Encerrado
123185	CRER	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	04/06/2019	Informo que autoclave apresenta falha no prestotato	10/06/2019	Encerrado
123201	CRER	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	3893	ESFIGMOMANOMETRO	PREMIUM	ESHS20IN	30/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/05/2019	Encerrado
123202	CRER	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	9990243	ESFIGMOMANOMETRO	TYCOS	DS44	30/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/05/2019	Encerrado
123203	CRER	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	3145	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK DS4	30/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/05/2019	Encerrado
123205	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	99991514	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DS 4411CBT	30/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/05/2019	Encerrado
123206	CRER	19 - GER DEENFERMAGEM	952143	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DS44-11CBT	30/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/05/2019	Encerrado
123208	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3766	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK DS44 CBT	30/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/05/2019	Encerrado
123209	CRER	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	3940	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DS4	30/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/05/2019	Encerrado
123210	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	4124	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DS44-11CBT	30/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/05/2019	Encerrado
123211	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3160	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK DS4	30/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/05/2019	Encerrado
123212	CRER	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	11860	AP. DE ANESTESIA BLINDADO	DRAGER	FABIUS MRI	30/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/05/2019	Encerrado
123213	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	10682	VENTILADOR PULMONAR	OXIMAG	MAGNAMED	30/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/05/2019	Encerrado
123215	CRER	56 - SERV HIGIENIZACAO	9698	BALANÇA	MICHELETT	MIC 500	01/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	01/05/2019	Encerrado
123216	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	10892	MONITOR	DIXTAL	DX 2022+	04/06/2019	FIO SENSOR DE OXIMETRO COM ENTRADA QUEBRADA	04/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica

os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
123217	CRER	217 - SERV RESIDUOS HOSPITALARES	9699	BALANÇA	MICHELETT	MIC 500	01/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	01/05/2019	Encerrado
123219	CRER	SERV RAO - X	5154	BALANÇA	BALMAK	BKP- 500 B	01/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	01/05/2019	Encerrado
123224	CRER	56 - SERV HIGIENIZACAO	9698	BALANÇA	MICHELETT	MIC 500	21/05/2019	VERIFICAÇÃO INMETRO	31/05/2019	Encerrado
123228	CRER	217 - SERV RESIDUOS HOSPITALARES	9699	BALANÇA	MICHELETT	MIC 500	21/05/2019	VERIFICAÇÃO INMETRO	31/05/2019	Encerrado
123229	CRER	SERV RAO - X	5154	BALANÇA	BALMAK	BKP- 500 B	21/05/2019	VERIFICAÇÃO INMETRO	21/05/2019	Encerrado
123233	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3196	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	04/06/2019	CAMA COM DEFEITO NO MECANISMO	10/07/2019	Pendente
123234	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	4125	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DS44-11CBT	30/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/05/2019	Encerrado
123235	CRER	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	4111	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DS44-11CBT	30/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/05/2019	Encerrado
123236	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	4124	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DS44-11CBT	30/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/05/2019	Encerrado
123237	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	952144	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DS44-11CBT	30/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/05/2019	Encerrado
123290	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	4065	MARCAPASSO CARDÍACO EXTERNO	MEDTRONIC	5348	30/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/05/2019	Encerrado
123291	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	4063	MARCAPASSO CARDÍACO EXTERNO	MEDTRONIC	5348	30/05/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	30/05/2019	Encerrado
123305	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	04/06/2019	Favor transportar equipamento para BERA, para realização de exame agora	04/06/2019	Encerrado
123406	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	05/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	05/06/2018	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
123417	CRER	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/06/2019	Encerrado
123421	CRER	119 - SUPERV DE CME	2563	AUTOCLAVE	BAUMER	HI-VAC PLUS 520L (B526P)	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/06/2019	Encerrado
123422	CRER	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/06/2019	Encerrado
123426	CRER	168 - SERV REABILITACAO VISUAL	9333	AUTO REFRATOR	HUVITZ	HRK - 7000	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	28/06/2019	Encerrado
123427	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	3680	BALANÇA	PASSED	< a definir >	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123431	CRER	103 - LACTARIO	584	BALANÇA	OHAUS	AR5120410 G	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123433	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	184	BALANÇA	LUCATESO	PLATAFORMA 80X80	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123434	CRER	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	363	BALANÇA	MARTE	AL500	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123436	CRER	231 - SERV CLINICA DE AMPUTADOS	671	BALANÇA	EDO DO BR	2096 PP/02	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123438	CRER	132 - SUPERV NUTRICAO E DIETETICA	10339	BALANÇA	HERCULES	DEKO	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	25/06/2019	Encerrado
123439	CRER	132 - SUPERV NUTRICAO E DIETETICA	10340	BALANÇA	HERCULES	DEKO	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	25/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
123441	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	11618	BALANÇA	INI BLOC	ATX 224	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123443	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	2596	BALANÇA	FILIZOLA	BABY	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123444	CRER	82 - SERV FABRICACAO PROTESES	481239	BALANÇA	KERN	< a definir >	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123446	CRER	95 - SERV ALMOXARIFADO A	483386	BALANÇA	FILIZOLA	PERSONAL	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123447	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	5097	BALANÇA	BALMAK	BKF-200F DIGITAL	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123449	CRER	66 - SERV SEG HIG MED TRABALHO	5098	BALANÇA	BALMAK	BKF-200F DIGITAL	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/06/2019	Encerrado
123450	CRER	96 - SERV ALMOXARIFADO B	5099	BALANÇA	BALMAK	BKF-200F DIGITAL	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123451	CRER	161 - SERV PROGRAMA AGIR + SAUDE	5100	BALANÇA	BALMAK	BKF-200F DIGITAL	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	10/07/2019	Pendente
123454	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	5151	BALANÇA	BALMAK	BKF-200F DIGITAL	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123455	CRER	96 - SERV ALMOXARIFADO B	5152	BALANÇA	BALMAK	MC-50	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123457	CRER	97 - SERV ALMOXARIFADO N	5153	BALANÇA	BALMAK	BKH-300	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
123458	CRER	SERV RAO - X	5154	BALANÇA	BALMAK	BKP- 500 B	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123460	CRER	132 - SUPERV NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	8866	BALANÇA	CHARDER	MS 6000	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123464	CRER	27 - SERV REFEITÓRIO E PRODUÇÃO	9489	BALANÇA	BALMAK	ELC-15	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123467	CRER	56 - SERV HIGIENIZAÇÃO	9698	BALANÇA	MICHELETT	MIC 500	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123470	CRER	217 - SERV RESÍDUOS HOSPITALARES	9699	BALANÇA	MICHELETT	MIC 500	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	24/06/2019	Encerrado
123472	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRÚRGICO	8787	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	ESENIUS KA	INJECTOMAT	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	05/06/2019	Encerrado
123473	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRÚRGICO	8788	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	ESENIUS KA	INJECTOMAT	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	05/06/2019	Encerrado
123475	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRÚRGICO	8789	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	ESENIUS KA	INJECTOMAT	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	05/06/2019	Encerrado
123476	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRÚRGICO	8790	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	ESENIUS KA	INJECTOMAT	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	05/06/2019	Encerrado
123477	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS	475854	CALANDRA	SUZUKI	CLM2545	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	05/06/2019	Encerrado
123479	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DE ROUPAS	8462	CALANDRA	SUZUKI	CLM3080	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	05/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
123480	CRER	32 - SERV HIDROTERAPIA	10776	ELEVADOR DE PACIENTE	FREEDOM	< a definir >	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	17/06/2019	Encerrado
123483	CRER	54 - SERV PATRIMONIO	10777	ELEVADOR DE PACIENTE	FREEDOM	< a definir >	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	28/06/2019	Encerrado
123485	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	10778	ELEVADOR DE PACIENTE	FREEDOM	< a definir >	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	28/06/2019	Encerrado
123486	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	10779	ELEVADOR DE PACIENTE	FREEDOM	< a definir >	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	20/06/2019	Encerrado
123487	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	11786	FOCO CIRURGICO	SISMATEC	3LE LED	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	11/06/2019	Encerrado
123488	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	11786	FOCO CIRURGICO	SISMATEC	3LE LED	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	05/06/2019	Encerrado
123489	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	11787	FOCO CIRURGICO	SISMATEC	3LE LED	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	11/06/2019	Encerrado
123490	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3612	FOCO CIRURGICO	BAUMER	CENTRA	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	11/06/2019	Encerrado
123492	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3612	FOCO CIRURGICO	BAUMER	CENTRA	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	05/06/2019	Encerrado
123493	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3849	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	20/06/2019	Encerrado
123494	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3855	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	14/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
123495	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3871	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	20/06/2019	Encerrado
123496	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	7026	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	20/06/2019	Encerrado
123497	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	7035	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	20/06/2019	Encerrado
123498	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	7049	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	20/06/2019	Encerrado
123499	CRER	119 - SUPERV DE CME	2567	GABINETE	BAUMER	EA 3403	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/06/2019	Encerrado
123500	CRER	119 - SUPERV DE CME	680529	GABINETE	BAUMER	EA-34-03	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/06/2019	Encerrado
123501	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475851	LAVADORA	SUZUKI	MLEXS50	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	11/06/2019	Encerrado
123502	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475851	LAVADORA	SUZUKI	MLEXS50	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	11/06/2019	Encerrado
123503	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	8463	LAVADORA	SUZUKI	MLXS120	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	05/06/2019	Encerrado
123504	CRER	119 - SUPERV DE CME	10807	LAVADORA ULTRASSONICA	SANDERS	SW3000WJ	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	11/06/2019	Encerrado
123505	CRER	119 - SUPERV DE CME	10807	LAVADORA ULTRASSONICA	SANDERS	SW3000WJ	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	11/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
123506	CRER	119 - SUPERV DE CME	11907	OSMOSE REVERSA	BAUMER	H0100-060	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	25/06/2019	Encerrado
123508	CRER	119 - SUPERV DE CME	11908	OSMOSE REVERSA	BAUMER	H0100-060	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	05/06/2019	Encerrado
123509	CRER	119 - SUPERV DE CME	11909	OSMOSE REVERSA	BAUMER	H0100-060	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	25/06/2019	Encerrado
123511	CRER	119 - SUPERV DE CME	11910	OSMOSE REVERSA	BAUMER	H0100-060	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	25/06/2019	Encerrado
123514	CRER	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	8461	OSMOSE REVERSA	QUIMIS	Q842U220 220V	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	05/06/2019	Encerrado
123516	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475852	SECADOR	SUZUKI	SEC30	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/06/2019	Encerrado
123517	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475853	SECADOR	SUZUKI	SEC30	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/06/2019	Encerrado
123519	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	8464	SECADOR	SUZUKI	SECADOR3100V	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/06/2019	Encerrado
123520	CRER	119 - SUPERV DE CME	2565	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	25/06/2019	Encerrado
123521	CRER	119 - SUPERV DE CME	2566	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	26/06/2019	Encerrado
123522	CRER	96 - SERV ALMOXARIFADO B	5099	BALANÇA	BALMAK	BKF-200F DIGITAL	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	11/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
123523	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	8787	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	ESENIUS KA	INJECTOMAT	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	05/06/2019	Encerrado
123525	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	11787	FOCO CIRURGICO	SISMATEC	3LE LED	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	21/06/2019	Encerrado
123526	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	11788	FOCO CIRURGICO	SISMATEC	3LE LED	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	25/06/2019	Encerrado
123528	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3657	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	20/06/2019	Encerrado
123529	CRER	55 - SERV PROCESSAMENTO DEROUPAS	475850	LAVADORA	SUZUKI	MLEXS50	05/06/2019	REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME CHECKLIST	05/06/2019	Encerrado
123530	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	12194	OXIMETRO DE PULSO	ERAL MEDI	G1B	05/06/2019	OXIMETRO NÃO ESTÁ LIGANDO.POSTO 3	07/06/2019	Encerrado
123539	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	05/06/2019	Favor transportar equipamento do Bera para sala de USG.	05/06/2019	Encerrado
123559	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	435	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	05/06/2019	NÃO ATENDEAOS COMANDOS	07/06/2019	Encerrado
123561	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	383	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	05/06/2019	NÃO ATENDE AOS COMANDOS	07/06/2019	Encerrado
123637	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	10891	MONITOR	DIXTAL	DX 2022+	06/06/2019	CABO DE TEMPERATURA COM DEFEITO	06/06/2019	Encerrado
123640	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	7035	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	06/06/2019	Cúpula 2 com luz de emergência acesa	11/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
123644	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	06/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	06/06/2019	Encerrado
123691	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	8694	APARELHO DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICA	DVT	601E - BOMBA 02	06/06/2019	As travas dos cabos se encontram quebradas	10/07/2019	Pendente
123692	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3854	SISTEMA DE UROLOGIA COMPLETO	KARL STORZ	20134020	06/06/2019	A referida Fonte de luz apresenta superaquecimento	10/06/2019	Encerrado
123792	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	07/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	07/06/2019	Encerrado
123838	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.220	- x -	- x -	- x -	07/06/2019	HGTcom a tampa quebrada	07/06/2019	Encerrado
123845	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3200	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO LEITO RADIOTRANSF.	META	MT 0450	07/06/2019	MECANISMOS NÃO RESPONDEM	02/07/2019	Pendente
123846	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2971	MONITOR	DIXTAL	DX2020	07/06/2019	MECANISMOS NÃO RESPONDEM	07/06/2019	Encerrado
123847	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CRER.183	- x -	- x -	- x -	07/06/2019	HGT NÃO FUNCIONA	07/06/2019	Encerrado
123848	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.220	- x -	- x -	- x -	07/06/2019	HGT COM A TAMPA QUEBRADA	07/06/2019	Encerrado
123856	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	CRER.207	- x -	- x -	- x -	07/06/2019	FLUXOMETRO ESTÁ COM VAZAMENTO	10/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
123857	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11019	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	07/06/2019	VAZÃO LIVRE	25/06/2019	Encerrado
123982	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	6569	OXIMETRO DE PULSO	MINDRAY	PM60	10/06/2019	NÃO ACENDE O SENSOR	10/06/2019	Encerrado
123984	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	6569	OXIMETRO DE PULSO	MINDRAY	PM60	10/06/2019	Probel quebrado	10/06/2019	Encerrado
123987	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	10/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	10/06/2019	Encerrado
124006	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	99991466	FOTOFORO	STEEL MED	< a definir >	10/06/2019	fotoforo não liga por favor verificar.	14/06/2019	Encerrado
124008	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	SU1243554	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	HE DIAGNO	ACTIVE	10/06/2019	APARELHO COM A TAMPA QUEBRADA!	10/06/2019	Encerrado
124009	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3178	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	10/06/2019	CAMA NÃO FUNCIONA NENHUM COMANDO!	19/06/2019	Encerrado
124015	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	430	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	10/06/2019	NÃO ATENDE AOS COMANDOS	19/06/2019	Encerrado
124023	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CRER.467	- x -	- x -	- x -	10/06/2019	CAPSULA DE VACUOMETRO QUEBRADA	10/06/2019	Encerrado
124025	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CRER.467	- x -	- x -	- x -	10/06/2019	CAPSULA DE VACUOMETRO QUEBRADA	10/06/2019	Encerrado
124032	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	10/06/2019	Favor transportar equipamento para UTI, para realização de exame em leito, as 14:30	10/06/2019	Encerrado
124035	CRER	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	10/06/2019	Solicita Manutenção na AUTOCLAVE III, a mesma encontra-se com a resistência queimada.	10/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
124049	CRER	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	1230	RESSONANCIA MAGNETICA	SIEMENS	MAGNETOM AVANTO	10/06/2019	CILINDRO DE OXIGÊNIO PUXADO PELO CAMPO MAGNÉTICO	05/07/2019	Pendente
124060	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	10/06/2019	Favor transportar equipamento da UTI para a sala da ultrassonografia	10/06/2019	Encerrado
124121	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2967	MONITOR	DIXTAL	DX2020	11/06/2019	DEFEITO EM MODULO DE SATURAÇÃO	12/06/2019	Encerrado
124122	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2968	MONITOR	DIXTAL	DX2020	11/06/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	11/06/2019	Encerrado
124123	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2969	MONITOR	DIXTAL	DX2020	11/06/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	11/06/2019	Encerrado
124124	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2970	MONITOR	DIXTAL	DX2020	11/06/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	11/06/2019	Encerrado
124125	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2971	MONITOR	DIXTAL	DX2020	11/06/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	02/07/2019	Pendente
124129	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3849	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	11/06/2019	Cúpula 1 com luz de emergência acesa	11/06/2019	Encerrado
124130	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	11/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	11/06/2019	Encerrado
124134	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3639	MONITOR	DIXTAL	DX2023	11/06/2019	Urgente - Todas as funções, com excessão da oximetria, se encontram inoperantes	11/06/2019	Encerrado
124146	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3312	MONITOR	DIXTAL	DX2020	11/06/2019	ENTRADA CABO OXIMENTO ENTRADO	11/06/2019	Encerrado
124152	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2965	MONITOR	DIXTAL	DX2020	11/06/2019	CABO SENSOR DE OXIMENTRO QUEBRADO	11/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
124193	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	11/06/2019	Favor transportar equipamento para BERA, para realização de exame agora	18/06/2019	Encerrado
124349	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	12/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	12/06/2019	Encerrado
124353	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3677	MESA DE CIRURGIA	BARRFAB	BF 683	12/06/2019	Falha no comando pelo controle	17/07/2019	Pendente
124455	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2967	MONITOR	DIXTAL	DX2020	12/06/2019	MONITOR COM DEFEITO (NÃO FAZ LEITURA EM UM DOS PARAMETROS)	17/07/2019	Pendente
124492	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8543	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	13/06/2019	VAZAMENTO DE AR NA CADEIRA ODONTOLÓGICA	12/06/2019	Encerrado
124497	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3390	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	13/06/2019	VAZAMENTO DE AR PARTE TRAZEIRA	13/06/2019	Encerrado
124499	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	455	CAMA FOWLER CONTROLE REMOTO COM FIO	MERCEDES	MI 570 (JADE)	13/06/2019	CAMA NÃO ATENDE AOS COMANDOS	18/06/2019	Encerrado
124503	CRER	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	13/06/2019	Solicito a troca do Pré- Filtro da Autoclave I, o mesmo está com sujidade.	13/06/2019	Encerrado
124504	CRER	119 - SUPERV DE CME	2563	AUTOCLAVE	BAUMER	HI-VAC PLUS 520L (B526P)	13/06/2019	Solicito a troca do Pré- Filtro da Autoclave II, o mesmo encontra-se com sujidade.	13/06/2019	Encerrado
124505	CRER	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	13/06/2019	Solicito a troca do Pré- Filtro da Autoclave III, o mesmo encontra-se com sujidade.	13/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
124514	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	13/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	13/06/2019	Encerrado
124563	CRER	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	10335	COAGULOMETRO ANALISADOR	STAGO	START 4	07/06/2019	substituição impressora	07/06/2019	Encerrado
124628	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	14/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	14/06/2019	Encerrado
124630	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	11001	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124631	CRER	120 - SERV TERAPIA OCUPACIONAL	10040	ESFIGMOMANOMETRO	UNITEC	AD 2 PEDESTAL	14/06/2019	O EQUIPAMENTO NAO ESTA INFLANDO AR, PEÇO URGENCIA POIS É O UNICO EQUIPAMENTO DO SETOR. O MESMO ESTA AQUI NA SALA DO APOIO ADM DA DMR	14/06/2019	Encerrado
124632	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11548	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124633	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11535	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124635	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11533	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124637	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11851	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
124638	CRER	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	NB7627	ANALISADOR DE HEMOCULTURA	BD	BACTEC9050	11/06/2019	PREVENTIVA/INSTALAÇÃO	11/06/2019	Encerrado
124639	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11818	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124640	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11847	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124641	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3783	ARCO CIRURGICO	SIEMENS	SIREMOBIL COMPACT L	14/06/2019	Erros 4018 e 4029: não dispara raios	14/06/2019	Encerrado
124642	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11841	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124644	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8544	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	14/06/2019	ENCOSTO DA CABECEIRA SOLTO	18/06/2019	Encerrado
124645	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8539	AP. DE PROFILAXIA	ABI ATLANT	PROFI NEO	14/06/2019	POTENCIA DO ULTRASSOM FRACA	17/06/2019	Encerrado
124646	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11547	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124648	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11855	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124649	CRER	26 - SUPERV ANALISES CLINICAS	483831	AUTOCLAVE	FANEM	415	14/06/2019	Favor verificar a autoclave, pois está com cheiro forte de borracha queimada.	17/07/2019	Pendente
124650	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3238	ESTETOSCOPIO	VELCH ALLY	5079-145	14/06/2019	ESTETOSCOPIO QUEBRADO	17/07/2019	Pendente
124653	CRER	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	Setor312	- x -	- x -	- x -	14/06/2019	TERMOMETRO DIGITAL DESCALIBRADO	18/06/2019	Encerrado
124655	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	CRER.183	- x -	- x -	- x -	14/06/2019	TERMOMETRO DIGITAL DESCALIBRADO	18/06/2019	Encerrado
124656	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11848	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124657	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11557	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124658	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11557	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
124659	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	7522	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR	PHILIPS	M4735A HEARTSTART XL	14/06/2019	APARELHO DEU UM CURTO NO CABO DE FORÇA E AGORA NÃO LIGA. POSTO 3	14/06/2019	Encerrado
124660	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11809	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124662	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11829	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124663	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11829	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124664	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11813	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124665	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	6458	MICROSCOPIO	CARL ZEISS	OPMI VARIO 588	14/06/2019	O referido cabo apresenta defeito e não funciona	18/06/2019	Encerrado
124666	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11539	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124668	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	CRER.413	- x -	- x -	- x -	14/06/2019	Reparo de Estetoscópio infantil, Duo-sonic, B-D, pois o mesmo se encontra sem a borracha externa e não permite ausculta	17/06/2019	Encerrado
124669	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3864	MONITOR	GE	CARDIOCAP 5	14/06/2019	O referido Cabo ECG não está funcionando	17/06/2019	Encerrado
124670	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11816	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124671	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11857	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	atualização	14/06/2019	Encerrado
124675	CRER	11 - SERV URODINAMICA	2027	CJ. P/ URODINAMICA CONVENCIONAL	DYNAMED	DYNAPACK MPX 816	14/06/2019	Balança esta com os parafusos soltos por gentileza apertar os parafusos.	14/06/2019	Encerrado
124679	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11516	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	14/06/2019	DEFEITO DANDO SO AR NA LINHA	17/07/2019	Pendente

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
124687	CRER	119 - SUPERV DE CME	2565	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	14/06/2019	SOLICITO MANUTENÇÃO NA TERMODESINFECTORA I,A MESMAESTA COM VAZAMENTO DE ÁGUA	14/06/2019	Encerrado
124695	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3467	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	14/06/2019	Suporte de soro da referida cama se encontra frouxo	30/06/2019	Encerrado
124828	CRER	119 - SUPERV DE CME	2564	AUTOCLAVE	BAUMER	ESTERILIZADOR HI-VAC MX 360L (BT63P)	17/06/2019	Informe que o reservatorio apresenta vazamento de água	24/06/2019	Encerrado
124838	CRER	102 - SUPERV FARMACIA	587	SELADORA	SUPRIMAX	NM2	17/06/2019	A fita da seladora não está selando.	17/06/2019	Encerrado
124841	CRER	215 - DIRETORIA MULTIPROF DE REAB	10797	AP. ELETROESTIMULACAO	QUARK	DUALPEX 961	17/06/2019	CABO DO APAREHO ESTÁ COM DEFEITO. SEM CONEXÃO COM APARELHO.	18/06/2019	Encerrado
124842	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	7187	MONITOR	DIXTAL	DX2023	17/06/2019	O referido monitor não liga	18/06/2019	Encerrado
124876	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3311	MONITOR	DIXTAL	DX2020	17/06/2019	COMEÇA A CARREGAR E DESLIGA	17/06/2019	Encerrado
124930	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2963	MONITOR	DIXTAL	DX2020	18/06/2019	CABO SENSOR DE OXIMENTO QUEBRADO	26/06/2019	Encerrado
124931	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3302	MONITOR	DIXTAL	DX2020	18/06/2019	CABO DE ECG FIO DESCASCADO	18/06/2019	Encerrado
124933	CRER	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	TC082	TERMOMETRO	OMRON	MC245	18/06/2019	TERMOMETRO DIGITAL COM DEFEITO	18/06/2019	Encerrado
124934	CRER	72 - SERV ALMOXARIFADO CAF	TC041	TERMOMETRO	G.TECH	TH150	18/06/2019	TERMOMETRO DIGITAL COM DEFEITO	18/06/2019	Encerrado
124935	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3508	MONITOR	DIXTAL	DX2023	18/06/2019	Reparo das referidas braçadeiras: 1 com rasgo e consequente vazamento; 1 com mangueira solta.	18/06/2019	Encerrado
124936	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	18/06/2019	Favor transportar equipamento para UTI, para realização de exame em leito, as 12:00	18/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
124940	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8546	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	18/06/2019	O APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR NÃO ESTÁ LIGANDO	18/06/2019	Encerrado
124941	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	17/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	17/06/2019	Encerrado
124943	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	8854	BISTURI ELETRONICO	WEM	SS-501S	18/06/2019	O referido bisturi não faz a leitura das placas	19/06/2019	Encerrado
124944	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3639	MONITOR	DIXTAL	DX2023	18/06/2019	Fixação de uma das mangueiras da referida braçadeira	18/06/2019	Encerrado
124949	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	7506	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	18/06/2019	DEFEITO NO MECANISMO	19/06/2019	Encerrado
124980	CRER		8545	CADEIRA ODONTOLOGICA	KAVO	UNIK KART 4T	18/06/2019	O CONTRA ANGULO NÃO ESTÁ RODANDO COM FIRMEZA, BROCA FICA SOLTANDO. CME 00181	18/06/2019	Encerrado
124982	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	18/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	18/06/2019	Encerrado
124983	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	6B11231474	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	HE DIAGNO	Advantage	18/06/2019	NÃO LIGA MESMO APOS TROCA DE BATERA	18/06/2019	Encerrado
124984	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CRER.467	- x -	- x -	- x -	18/06/2019	VAVULA DE O2 COM DEFEITO	18/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
124988	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	18/06/2019	Favor transportar equipamento da UTI para a sala da ultrassonografia	18/06/2019	Encerrado
124996	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	CRER.467	- x -	- x -	- x -	18/06/2019	VAVULA DE O2 COM DEFEITO	18/06/2019	Encerrado
124997	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	4036	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	BR360R	18/06/2019	DANDO ERRO (software de tela incompatível)	02/07/2019	Pendente
124998	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	18/06/2019	Favor transportar equipamento para BERA, para realização de exame agora as 16:30	18/06/2019	Encerrado
125003	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	18/06/2019	Favor transportar equipamento do Bera para sala de USG.	18/06/2019	Encerrado
125004	CRER	119 - SUPERV DE CME	680529	GABINETE	BAUMER	EA-34-03	18/06/2019	Solicito Manutenção na Secadora a mesma não está esquentando em baixo e está travando a porta ao abrir e fechar.	18/06/2019	Encerrado
125015	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	8918	CONJUNTO ODONTOLOGICO	KAVO	< a definir >	18/06/2019	PONTEIRA DO APARELHO FOTOPLIMERIZADOR ESTA QUEBRADA	24/06/2019	Encerrado
125065	CRER	162 - COORD ATEND ODONTOLOGICO PACIE	11789	ESTIMULADOR		B.BRAUN	ENG. CLINICA -	19/06/19 08:55	agulha, o aparelho não reconhe	
125112	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11543	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	19/06/2019	TRAVA DE SEGURANÇA NÃO MEXE	10/07/2019	Pendente
125113	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11826	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	19/06/2019	DEFEITO NA TRAVA DE SEGURANÇA	10/07/2019	Pendente
125114	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3309	MONITOR	DIXTAL	DX2020	19/06/2019	MONITOR COM ALÇA QUEBRADA	25/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica

os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
125215	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	21/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	21/06/2019	Encerrado
125224	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	7026	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	21/06/2019	Braço da cúpula nº 1 se apresenta frouxo	24/06/2019	Encerrado
125228	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	8855	BISTURI ELETRONICO	WEM	SS-501S	21/06/2019	Fio da referida placa se encontra rompido	25/06/2019	Encerrado
125229	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3639	MONITOR	DIXTAL	DX2023	21/06/2019	Retirada de parte do pino plástico, pois o mesmo se quebrou e ficou parcialmente preso ao cabo	26/06/2019	Encerrado
125246	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	7049	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	21/06/2019	Braço da cúpula nº 2 se apresenta frouxo	24/06/2019	Encerrado
125382	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	24/06/2019	SOLICITO TRANSFERÊNCIA/DEVOLUÇÃO DA UTI PARA UTRASSON	25/06/2019	Encerrado
125395	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3776	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK DS44 CBT	24/06/2019	APARELHO COM DEFEITO	24/06/2019	Encerrado
125396	CRER	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	3768	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK DS44 CBT	24/06/2019	APARELHO COM DEFEITO	24/06/2019	Encerrado
125415	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	24/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	24/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
125418	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	3451	CAMA HOSPITALAR C/ MOTORIZACAO	META	MT 0450	24/06/2019	CAMA COM GRADES LADO ESQUERDO QUEBRADA, POSTO 3	10/07/2019	Pendente
125424	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3662	ARMARIO	OLYMPUS	< a definir >	24/06/2019	O cabo de conexão entre a câmara e o estabilizador apresenta mal contato	10/07/2019	Pendente
125438	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	6708	ESTETOSCOPIO	VELCH ALLY	5079135	24/06/2019	COM MEMBRANA SOLTA	28/06/2019	Encerrado
125484	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2971	MONITOR	DIXTAL	DX2020	25/06/2019	QUEBRADOE NÃO FAZ LEITURA DE PA	25/06/2019	Encerrado
125485	CRER	161 - SERV PROGRAMA AGIR + SAUDE	5100	BALANÇA	BALMAK	BKF-200F DIGITAL	25/06/2019	BALANÇA NÃO QUER LIGAR. FAZER REPARO COM URGENCIA (ACADEMIA)	10/07/2019	Pendente
125488	CRER	422 - SERV ALMOXARIFADO PATRIMONIO	3884	ESFIGMOMANOMETRO	PREMIUM	ESFH20AZ	25/06/2019	ESFIGMANOMETRO COM DEFEITO	25/06/2019	Encerrado
125489	CRER	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	3887	ESFIGMOMANOMETRO	PREMIUM	ESHS20IN	25/06/2019	BRAÇADEIRA RASGADA	25/06/2019	Encerrado
125490	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	2782	MICROMOTOR	NSK	VOLVERE VMAX	25/06/2019	Urgente - cirurgias otológicas semanalmente: dano em extremidade distal do cabo de força + não funcionamento do pedal.	26/06/2019	Encerrado
125492	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	25/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	25/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
125509	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	7179	ULTRASSOM	ESAOTE	MYLAB-50 XVISION	25/06/2019	SOLICITO TRANSFERENCIA DO APARELHO DE UTRASSON PARA REALIZAÇÃO DE DOPPLER NA UTI	25/06/2019	Encerrado
125511	CRER	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	25/06/2019	Informo que o filtro de 05 micra apresenta bastante sujidade visivel.	26/06/2019	Encerrado
125513	CRER	119 - SUPERV DE CME	2563	AUTOCLAVE	BAUMER	HI-VAC PLUS 520L (B526P)	25/06/2019	Informo que o filtro de 05 micra apresenta bastante sujidade visivel.	26/06/2019	Encerrado
125516	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	3785	VENTILADOR PULMONAR	NEW PORT	E360BR	25/06/2019	VENTILADOR PULMONAR NÃO ESTÁ SICLANDO E FAZENDO BARULHO. VERIFICAR COM URGENCIA (UTI - ESTÁ NA SALA DA SUPERVISORA MARIANA)	25/06/2019	Encerrado
125520	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	25/06/2019	Favor transportar equipamento para BERA, para realização de exame as 16:30	25/06/2019	Encerrado
125525	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	7179	ULTRASSOM	ESAOTE	MYLAB-50 XVISION	25/06/2019	SOLICITO TRANSFERÊNCIA/DEVOLUÇÃO DA UTI PARA UTRASSON	25/06/2019	Encerrado
125537	CRER	119 - SUPERV DE CME	2562	AUTOCLAVE	BAUMER	HI VAC PLUS 520L (B526P)	25/06/2019	SOLICITO A TROCA DOS PRÉ- FILTRO DA AUTOCLAVE I A MESMA ENCONTRA-SE COM GRANDE SUJIDADE	26/06/2019	Encerrado
125541	CRER	119 - SUPERV DE CME	2563	AUTOCLAVE	BAUMER	HI-VAC PLUS 520L (B526P)	25/06/2019	Solicito a troca do Pré- Filtro da Autoclave II, o mesmo encontra-se com sujidade.	26/06/2019	Encerrado
125558	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	25/06/2019	Favor transportar equipamento da UTI para a sala da ultrassonografia	26/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
125559	CRER	119 - SUPERV DE CME	9991719	OPTICA	KARL STORZ	27005BA	25/06/2019	otica de 30 graus utilizada no procedimento de retirada de duplo J na data de 21.06.19 apresentou enbassamento sem condições de uso conforme informado o cirurgião	26/06/2019	Encerrado
125581	CRER	113 - SERV ULTRASSONOGRRAFIA	8895	ULTRASSOM	PHILIPS	HD11 XE	26/06/2019	SOLICITO TRANSFERÊNCIA/DEVOLUÇÃO DA UTI PARA UTRASSON	26/06/2019	Encerrado
125584	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	26/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	26/06/2019	Encerrado
125589	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	3160	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK DS4	26/06/2019	NÃO ESTÁ INSULFLANDO	27/06/2019	Encerrado
125590	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	12196	OXIMETRO DE PULSO	ERAL MEDIT	G1B	26/06/2019	não está funcionando.	28/06/2019	Encerrado
125607	CRER	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	5045	OTOSCOPIO	VELCH ALLY	71050-C	26/06/2019	OTOSCOPIO COM DEFEITO, A LUZ NÃO ESTÁ ACENDENDO.	28/06/2019	Encerrado
125621	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	6U1243553	AP. MEDIDOR DE GLICOSE (HGT)	HE DIAGNO	ACTIVE	26/06/2019	NÃO FUNCIONA (Já foi trocada a bateria)	26/06/2019	Encerrado
125623	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2965	MONITOR	DIXTAL	DX2020	26/06/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	26/06/2019	Encerrado
125624	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2963	MONITOR	DIXTAL	DX2020	26/06/2019	MANGUITO DANIFICADO, RASGADO	26/06/2019	Encerrado
125678	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	3657	FOCO CIRURGICO	BAUMER	F5002	27/06/2019	Cúpula nº 1 não acende	27/06/2019	Encerrado
125679	CRER	457 - SUPERV ATEND ENFERM PAC INTERN	3156	ESFIGMOMANOMETRO	VELCH ALLY	DURASHOCK DS4	27/06/2019	Aparelho com vazamento (Posto3)	27/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
125680	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	CRER.243	- x -	- x -	- x -	27/06/2019	Esteto infantil sem membrana (Posto3)	20/07/2019	Pendente
125683	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	27/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	27/06/2019	Encerrado
125692	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	8790	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	ESENIUS KA	INJECTOMAT	05/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	05/06/2019	Encerrado
125694	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	8789	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	ESENIUS KA	INJECTOMAT	05/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	05/06/2019	Encerrado
125696	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	8788	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	ESENIUS KA	INJECTOMAT	05/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	05/06/2019	Encerrado
125697	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	8787	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	ESENIUS KA	INJECTOMAT	05/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	05/06/2019	Encerrado
125700	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	12192	OXIMETRO DE PULSO	ERAL MEDIT	G1B	27/06/2019	OXIMETRO ESTA CARREGANDO!	28/06/2019	Encerrado
125703	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11023	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/06/2019	Atualização de Software	25/06/2019	Encerrado
125704	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11550	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/06/2019	atualização do software	25/06/2019	Encerrado
125706	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11015	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/06/2019	atualização do software	25/06/2019	Encerrado
125708	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11502	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	27/06/2019	atualização do software	25/06/2019	Encerrado
125711	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11517	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/06/2019	atualização do software	25/06/2019	Encerrado
125712	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11010	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/06/2019	atualização do software	25/06/2019	Encerrado
125714	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11805	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/06/2019	atualização do software	25/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
125715	CRER	167 - POSTO 3 - SERV INTERNACAO	11184	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/06/2019	atualização do software	25/06/2019	Encerrado
125720	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	11524	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	27/06/2019	atualização do software	25/06/2019	Encerrado
125721	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11022	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/06/2019	atualização do software	25/06/2019	Encerrado
125727	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11022	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/06/2019	atualização do software	25/06/2019	Encerrado
125731	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11842	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	27/06/2019	atualização do software	25/06/2019	Encerrado
125733	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11008	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/06/2019	atualização do software	25/06/2019	Encerrado
125738	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11538	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/06/2019	atualização do software	25/06/2019	Encerrado
125739	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11006	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/06/2019	atualização do software	25/06/2019	Encerrado
125741	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	99991467	FOTOFORO	STEEL MED	< a definir >	27/06/2019	Equipamento com mal contato, não está ligando. Setor curativo.	27/06/2019	Encerrado
125742	CRER	166 - POSTO 2 - SERV INTERNACAO	11176	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	27/06/2019	SENSOR DE GOTAS ESTRAGADOS .POSTO 3	20/07/2019	Pendente
125763	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11819	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	25/06/2019	Encerrado
125767	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	2966	MONITOR	DIXTAL	DX2020	27/06/2019	MANGUITO DANIFICADO, VAZANDO	28/06/2019	Encerrado
125769	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11832	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	25/06/2019	Encerrado
125770	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11824	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	25/06/2019	Encerrado
125771	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11834	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	25/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	25/06/2019	Encerrado
125775	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11006	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	01/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	01/06/2019	Encerrado
125776	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11534	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	01/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	01/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
125777	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11012	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	01/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	01/06/2019	Encerrado
125778	CRER	148 - UTI - SUPERV DE ENFERMAGEM	11545	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	01/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	01/06/2019	Encerrado
125779	CRER	165 - POSTO 1 - SERV INTERNACAO	11502	BOMBA DE INFUSAO	SAMTRONIC	ST1000	01/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	01/06/2019	Encerrado
125781	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	8788	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	ESENIUS KA	INJECTOMAT	05/06/2019	REALIZAR SEGURANÇA ELÉTRICA	05/06/2019	Encerrado
125782	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	8789	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	ESENIUS KA	INJECTOMAT	05/06/2019	REALIZAR SEGURANÇA ELÉTRICA	05/06/2019	Encerrado
125783	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	8787	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	ESENIUS KA	INJECTOMAT	05/06/2019	REALIZAR SEGURANÇA ELÉTRICA	05/06/2019	Encerrado
125784	CRER	118 - SUPERV DE CENTRO CIRURGICO	8790	BOMBA DE SERINGA DE CONTRASTE	ESENIUS KA	INJECTOMAT	05/06/2019	REALIZAR SEGURANÇA ELÉTRICA	05/06/2019	Encerrado
125809	CRER	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	476587	CABINE ACUSTICA P/ AUDIOMETRIA	REDUSOM	RS180ST	12/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	12/06/2019	Encerrado
125812	CRER		476588	CABINE ACUSTICA P/ AUDIOMETRIA	REDUSOM	RS180STD	12/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	12/06/2019	Encerrado
125813	CRER	136 - SERV CONC PROTESES AUDITIVAS	7172	CABINE ACUSTICA P/ AUDIOMETRIA	OTOBEL	< a definir >	12/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	12/06/2019	Encerrado
125814	CRER	136 - SERV CONC PROTESES AUDITIVAS	7173	CABINE ACUSTICA P/ AUDIOMETRIA	OTOBEL	AUDIOMETRIA	12/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	12/06/2019	Encerrado
125815	CRER		7601	SISTEMA DE AMPLIFICACAO AUDIOMETRIA EM CAMPO LIVRE	STICA ORLA	FF-70-SO-400	12/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	12/06/2019	Encerrado
125816	CRER		7602	SISTEMA DE AMPLIFICACAO AUDIOMETRIA EM CAMPO LIVRE	STICA ORLA	FF-70-SO-400	12/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	12/06/2019	Encerrado
125817	CRER	111 - SERV RESSONANCIA MAGNETICA	CRER.369	- x -	- x -	- x -	19/06/2019	Realizar manutenção preventiva conforme check list	24/06/2019	Encerrado
125818	CRER	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	477918	CAMPO LIVRE	ACOUSTIC	FF-70/2	12/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	12/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
125819	CRER	476 - POSTO 4 - SERV INTERNACAO	Setor324	- x -	- x -	- x -	28/06/2019	REALIZAR TREINAMENTO	28/06/2019	Encerrado
125821	CRER	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	477920	CAMPO LIVRE	ACOUSTIC	FF-70/2	12/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	12/06/2019	Encerrado
125822	CRER	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	476589	IMPEDANCIOMETRO	ERACOUST	AZ27	12/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	12/06/2019	Encerrado
125823	CRER	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	476590	IMPEDANCIOMETRO	ERACOUST	AZ27	12/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	12/06/2019	Encerrado
125825	CRER	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	6868	AUDIOMETRO CLINICO	ERACOUST	AC 33	12/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	12/06/2019	Encerrado
125826	CRER		476585	AUDIOMETRO CLINICO	ERACOUST	AD229B	12/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	12/06/2019	Encerrado
125827	CRER	136 - SERV CONC PROTESES AUDITIVAS	6869	AUDIOMETRO CLINICO	ERACOUST	AD229B	12/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	12/06/2019	Encerrado
125828	CRER		476586	AUDIOMETRO CLINICO	ERACOUST	AD229B	12/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	12/06/2019	Encerrado
125829	CRER	164 - SERV DE EXAMES DE AUDIOLOGIA	6633	AUDIOMETRO CLINICO	ERACOUST	PA5	12/06/2019	REALIZAR CALIBRAÇÃO	12/06/2019	Encerrado
125831	CRER	107 - ÁREAS COMUNS	CRER.12	- x -	- x -	- x -	28/06/2019	REALIZAR INSPEÇÃO / RONDA NOS SETORES FISIOTERAPIA, GEAD, LABORATORIO, CONSULTORIOS, ODONTOLOGIA, INTERNAÇÃO, CME, UTI E C.C	28/06/2019	Encerrado
125833	CRER	130 - SERV VIDEO LARINGOSCOPIA	5267	MICROSCOPIO	DFV	150018 M1232	28/06/2019	As lampadas do microscopio estão queimadas e necessaria a troca.	01/07/2019	Agendada
125848	CRER	123 - COORD ATEND AMBULATORIAL	99991467	FOTOFORO	STEEL MED	< a definir >	28/06/2019	EQUIPAMENTO COM DEFEITO. A LUZ DO APARELHO ESTÁ QUEIMADA.	28/06/2019	Encerrado

Anexo I - Relação de Ordens de Serviços Engenharia Clínica										
os	un	setor	id	família	marca	modelo	abertura	descrição do serviço	previsão	status
125879	CRER	149 - SUPERV FISIOTERAPIA EM UTI	3795	BIPAP	ESPIRONIC	SYNCHRONY II	28/06/2019	BIPAP NÃO ESTÁ SICRANDO E FAZENDO BARULHO. FAZER REPARO COM URGENCIA (SALA DA SUPERVIÇÃO DA UTI)	10/07/2019	Pendente
125958	CRER	119 - SUPERV DE CME	2566	TERMODESINFECTORA	BAUMER	TWE 2000 400P	30/06/2019	TERMODESIFECTORA APRESENTANDO DESCONFIGURAÇÃO	05/07/2019	Pendente