

Ord. Compra: 33909 Solicitação: 16608 Solic: SERV ENGENHARIA CLINIC

Nº Processo: 1786/2014 Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 04/05/2017

Fornecedor: 19160 SIEMENS HEALTHCARE - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
CNPJ/CPF: 01.449.930/0006-02 Insc Est.:
Endereço: RUA DONA FRANCISCA Nr.: 8300 Compl.:
Bairro: ZONA INDUSTRIAL NORTE Cep: 89219600
Cidade: JOINVILLE UF: SC Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): OLÍVIA CANOVA SILVA, THIAGO FREITAS, THALITA SILVA GUIMARAES

Telefone Comercial : 11 3908-3695



Comprador: AGIR - ASSOC GOIANA INTEGR REABILITACAO
Endereço: AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO Nº 1655 CNPJ: 05.029.600/0001-04
Cidade: GOIANIA Insc. Est.: isento
Bairro: SETOR: NEGRAO DE LIMA Fone/Fax: 3995 5475 -
Responsável: DUILIO TADEU ALVES DE SOUZA CEP: 74653230 UF: GO

Sr. Fornecedor: RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S): DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 14:00 ÀS 17:00H.
FORMA DE PAGAMENTO: CASO A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S)/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S)
OCORRA ATÉ SEXTA-FEIRA, O PAGAMENTO SERÁ EFETIVADO NA SEXTA-FEIRA DA SEMANA
SUBSEQUENTE, SALVO PROGRAMAÇÃO DE DATA POSTERIOR PELO FORNECEDOR, ATRAVÉS
DE DEPÓSITO EM CONTA OU BOLETO BANCÁRIO.
OBS.: EM CASO DE DEPÓSITO EM CONTA, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS
BANCÁRIOS, REFERENTES A EMPRESA CADASTRADA NESTA ORDEM DE COMPRA.

AS CERTIDÕES ABAIXO DEVERÃO SER ENTREGUES EM CONJUNTO COM A NOTA FISCAL, PARA
REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO:

- 1.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA
UNIÃO;
- 2.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS;
- 3.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO ESTADO DE GOIÁS.
- 4.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS JUNTO AO MUNICÍPIO (ISSQN) DA SEDE DA EMPRESA.
- 5.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA

Período p/ Entrega: 04/05/2017 à 04/09/2017 Moeda: R\$ -

% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00

Observação: ESTA ORDEM DE COMPRA REFERE-SE AO PROCESSO Nº 1786/14 - VOL. I E II

INFORMAMOS QUE A INFORMAÇÃO ABAIXO DEVERÁ CONSTAR DA NOTA FISCAL:

* CONVÊNIO MS Nº. 812436/2014

O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE SEGUINDO A DESCRIÇÃO E O SOLICITADO NA CARTA
COTAÇÃO Nº 1786/14

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | Vi.Unit. | Vi Desc. | %Des | VI IPI | VI Total |
|---------|---|---------|-----------|---------|------------|-----------------|----------|------|--------|------------|
| 31186 | APARELHO DE RAIO-X TELECOMANDAD O COM FLUROSCOPIA | SIEMENS | | UNIDADE | 1,0000 | 650.000,00 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 650.000,00 |

Especificação: * UMINOS RF CLASSIC L.L. 23, PL F55:

MESA C/ POSICIONAMENTO VERTICAL. SUPORTE DO TUBO DE RAO-X INTEGRADO AO
TUBO TELESCÓPICO. UNIDADE DE SERIÓGRAFO LOCALIZADO EMBAIXO DA MESA P/
AQUISIÇÃO EM CASSETES C/ ALTA RESOLUÇÃO, RAO-X DE 23CM L.L E CÂMERA CMOS-
TV COM LIH. GERADOR HF POLYDOROS F55 COM 55KW OPTITOP 150/40/80HC-100 RAO-
X.

- SISTEMA DE CONFIGURAÇÃO:

CONJUNTO DE SUPORTE INCLINÁVEL C/ CURSO LONGITUDINAL E UMA MONTAGEM C/
UM COLIMADOR AUTOMÁTICO E UM DISPOSITIVO EM CASSETE NA PARTE INFERIOR DA
MESA.

- POSICIONAMENTO DO PACIENTE NA MESA:

INCLINAÇÃO DE +90° A MÁX. 17° TRENDELENBURG;
ALTURA DA MESA NA POSIÇÃO HORIZONTAL DE 89CM;
SUPERFÍCIE DA MESA C/ DIM. 120X80CM, DESLOCAMENTO TRANSVERSAL E
LONGITUDINAL MONITORIZADO, TAMPO RADIOLUSCENTE 193X55CM.

- ESTATIVA PORTA-TUBO:

DESLOCAMENTO LONGITUDINAL 135CM;

PROJEÇÃO OBLÍQUA MÁX. +/- 40° EM TODAS AS POSIÇÕES SELECIONÁVEL EM 0°;

SUPORTE SUSTENTAÇÃO C/ MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO DE +/- 90° A -180°

AJUSTE DO MOTORIZADO DO SID 115CM OU 150CM;

CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO

| Produto | Fabricante | Lote | Qt. Cons. | Unidade | Qtd Compr. | VI.Unit. | VI Desc. | %Des | VI IPI | VI Total |
|---|------------|------|-----------|---------|------------|----------|----------|------|--------|----------|
| - OPERAÇÃO: POR CONTROLE VIA TOUCHSCREEN, SISTEMA DE INTERFACE E CONTROLE DE GERADOR, DISPOSITIVOS DO SERIOGRAFO E PRIMÁRIOS DO COLIMADOR; PEDAL P/ FLUORSCOPIA E ACESSO CONSOLE DE CONTROLE E NA SALA DE EXAME; - ACESSÓRIOS INCLUSOS: MANOPLA FRONTAL, AXIAL; SUPORTE DO TRILHO, AJUSTE TRASEIRO E AXIAL, GRADE DE PROTEÇÃO DO TRILHO, CABEÇA-PE, REMOVÍVEL; SUPORTE P/ OMBROS (1 PAR), AJUSTE TRIDIMENSIONAL; SUPORTE P/ OS PÉS, AJUSTE AXIAL 44CM, PODE SER USADO NOS MOVIMENTOS DA CABEÇA AO PÉ; - SERIOGRAFO TOTALMENTE AUTOMÁTICO E MULTIFORMATO: DISPOSITIVO DE CASSETE C/ SENSOR AUTOMÁTICO; SUBDIVISÃO DOS CASSETES HORIZONTAL/VERTICAL EM 2X, 3X, 4X UNIDIRECIONAL; IONTOMAT TEM 3 CÂMARAS DE CAMPO P/ CONTROLE DE EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICA; - COLIMADOR DE SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ACSS: LOCALIZADOR DE ILUMINAÇÃO DE TODO O CAMPO E COLIMAÇÃO RETANGULAR COM AJUSTE MONITORIZADO; COLIMADOR ROTACIONAL EM +/- 45° ATRAVÉS DO CENTRO DO FEIXE DE RAIOS-X; SUPORTE DO TUBO DE RAIOS-X E COLIMADOR PODEM SER ROTACIONAIS DE +90° À 180° P/ PROJEÇÕES OBLÍQUAS OU AQUISIÇÕES NA UNIDADE DE BUCKY MURAL; - SISTEMA DE TV RAIOS-RAYCAM: SISTEMA DE TV DE ALTA RESOLUÇÃO; GERAÇÃO DE IMAGEM DIGITAL; ARMAZENAMENTO DA ÚLTIMA IMAGEM FLUOROSCOPIA; - OPTITOP 150/40/80HC-100X RAY TUBE ASSEMBLY: TUBO DE ÂNODO ROTATIVO C/ ALTA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE CALOR E ALTA CAPACIDADE TÉRMICA P/ PEQUENOS PONTOS FOCALIS; VOLTAGEM NOMINAL (PONTO FOCO C/ VALORES NOMINAIS ACC. IEC 336) 40KW: FOCO PEQUENO 0.6 80KW: FOCO GRANDE 1.0; VELOCIDADE DO ÂNODO >/- 8,5000 R/MIN, ÂNGULO DO ÂNODO 12°; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE CALOR DO ÂNODO 580KJ (783 KHU) ACC. TO IEC 613; FILTRAGEM TOTAL (IEC 601-1-3) 2.5MM AL EQUI; * 2X DISPL. 19" + TORLLEY F. E-ROOM: - CARRO SUPORTE P/ MONITOR DE IMAGENS C/ 2 MONITORES FLAT PAINEL DE 17" INCLINÁVEL. - TECNOLOGIA TFT, TELA FINA E PLANA C/ SEGUNDO PLANO AZUL; - LIVRE DE CINTILAÇÃO E DISTORÇÃO; - DIAGONAL DA IMAGEM: 17"; - RESOLUÇÃO: 1,280X1,024; - BRILHO MÁXIMO: 230CD/M²; * BUCKY WALL STAND, RIGHT: - UNIDADE DE PAREDE BUCKY C/ ALTURA AJUSTÁVEL GABINETE CAPAPULTA C/ GRADE TRANSPARENTE E IONTOMAT E TRÊS CAMPOS DE CÂMARA. DESTRO OPERAÇÃO BUCKY; - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA: UNIDADE DE BUCKY NO PISO, SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE GRADE C/ UM GABINETE BUCKY DE ALTURA AJUSTÁVEL P/ CASSETES COM FILME DE TRANSPARÊNCIA. SISTEMAS E/OU TELAS DE ARMAZENAMENTO DE FÓSFORO COMO O SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE IMAGEM. BUCKY STAND: AJUSTE DE ALTURA VERTICAL DA CONTRA BALANCEADA GABINETE CATAPULTA, FACILMENTE MÓVEIS BUCKY C/ A FAIXA DE DESLOCAMENTO SEGUINTE (VIGA CENTRAL-PISO); - C/ TUBO PRINCIPAL, O GABINETE BUCKY PODE PASSAR DE 77CM A 182CM; - C/ O TUBO DE SUSPENSÃO DE TETO, O GABINETE BUCKY PODE PASSAR DE 37CM A 173CM; * SISTEMA INTERCOMUNICADOR: - SISTEMA INTERFACE P/ COMUNICAÇÃO ENTRE SALAS DE EXAMES E DE CONTROLE; - TENSÃO NOMINAL: 3N~/PE.380V/440V/480V +/- 10%; * SIEMENS DIRECT (AL: ECCN:N); * QUADRO DE FORÇA. | | | | | | | | | | |

AGIR
 Fis 625
 U
 Rubrica

Detalhamento:

| | |
|--|------------|
| Total dos Produtos(+): | 650.000,00 |
| Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: | 0,00 |
| Valor Total do IPI(+): | 0,00 |
| Valor dos Descontos(-): | 0,00 |
| Valor Outros (+): | 0,00 |
| Valor Total (=): | 650.000,00 |

[Handwritten signature]

CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO

[Large handwritten signature]

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| COMPRADOR(A) <i>Comprador Mat: 1573</i> | SILMONIA FERNANDES GER. CORP SUPRIMENTOS | CLAUDEMIRO DOURADO SUP. ADM. FINANCEIRO | SERGIO DAHER SUP. EXECUTIVO |
| Data <i>04/05/2017</i> | Data <i>04/05/2017</i> | Data <i>04/05/2017</i> | Data <i>04/05/2017</i> |

